



Clarius Ultrasound Scanner Benutzerhandbuch

Haftungsausschluss:

Dieser Haftungsausschluss bezieht sich auf alle im Lieferumfang des Clarius Ultrasound Scanners enthaltenen Drucksachen.

Dieses Handbuch ist in Lizenz und unter folgenden Geschäftsbedingungen verfügbar: <https://www.clarius.me/terms-conditions/>. Sie dürfen dieses Handbuch ausschließlich gemäß der Lizenz verwenden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen wurden von Clarius Mobile Health Corp. („Clarius“) entwickelt, sind vertraulich und werden der Person oder Körperschaft, an die sie sich wenden, zur ausschließlichen Verwendung bereitgestellt. Die Unterlagen müssen daher streng vertraulich behandelt werden. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Clarius kopiert, reproduziert, wiederveröffentlicht, geändert, verkauft, offengelegt oder verteilt werden. Das unberechtigte Kopieren oder Verteilen dieses Handbuchs verletzt nicht nur das Urheberrecht, sondern kann sich auch nachteilig auf die Fähigkeit von Clarius auswirken, dem Benutzer Aktualisierungen und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen.

Clarius hat Sorgfalt walten lassen, um die Richtigkeit dieses Dokuments sicherzustellen; in manchen Situationen sind Revisionen jedoch nicht möglich. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden, und Clarius übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen. Clarius behält sich das Recht vor, an den hier beschriebenen Produkten ohne weitere Ankündigung Änderungen vorzunehmen, um Zuverlässigkeit, Funktionsweise oder Design zu verbessern. Clarius kann jederzeit an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten bzw. Programmen Verbesserungen oder Änderungen vornehmen.

Diese Unterlagen können Materialien enthalten, die durch Dritte urheberrechtlich und/oder markenrechtlich geschützt wurden und deren Verwendung nicht in jedem Fall vom Eigentümer des geistigen Eigentums ausdrücklich autorisiert wurde. Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Urheberrechte und/oder Marken sind das alleinige und ausschließliche Eigentum der jeweiligen Inhaber.

„Clarius“, das Clarius Logo, „Ultrasound Anywhere“, „Point-and-Shoot Ultrasound“ und „Act One“ sind Marken oder eingetragene Marken und exklusives Eigentum von Clarius.

Alle in Clarius verwendeten Namen (sei es online, in gedruckter Form oder in anderen Medien) sind fiktiv und werden hier als Beispiele und zum Zweck der Demonstration der Verwendung des Clarius Ultrasound Scanners verwendet. Eventuelle Ähnlichkeiten mit echten Personen sind rein zufällig.

© 2017 Clarius Mobile Health Corp.

Alle Rechte vorbehalten. Eine vollständige oder teilweise Reproduktion oder Übertragung in jeglicher Form und auf jegliche Art und Weise, sei es elektronisch, mechanisch oder anderweitig, ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers untersagt.

Veröffentlicht in Kanada.

15-03-00020

Inhaltsverzeichnis

<i>Über dieses Handbuch</i>	1
<i>Zielgruppe</i>	1
<i>Typografische Vereinbarungen</i>	2
Touchscreen-Gesten	2
Bildzeichen.....	3
Symbolübersicht.....	3
Chapter 1: Über den Clarius Ultrasound Scanner	9
Beschreibung des Ultraschallgeräts.....	10
Abmessungen des Ultraschallgeräts	12
Verwendung des Produkts.....	12
Verwendungszweck.....	12
Kontraindikationen	17
Hardware.....	17
Garantie	17
Entsorgung.....	18
Sicherheit.....	18
Datensicherheit	18
Netzwerksicherheit.....	18
Datenschutz.....	19
Integrität.....	19
Verfügbarkeit	20
Rechenschaftspflicht.....	20
Systemanforderungen.....	20
Chapter 2: Quick Tour	22
Überblick über die Benutzeroberfläche.....	22
Bildzeichen	22
Menüoptionen.....	25
Überblick über die Bildschirme	30
Anmeldeseite	30

Seite Ultraschallgeräte	31
Seite Workflows	32
Angaben zum Patienten	34
Seite Indikationen.....	34
Seite Bildgebung.....	35
Seite Prüfen.....	36
Seite Eindrücke.....	36
Systemfunktionen	37
Statusleuchten.....	37
Akustische Benachrichtigungen	38
Ruhemodus.....	38
Automatische Abschaltung.....	39
Ultraschallgerät-Positionsanzeiger	39

Chapter 3: Verwendung des Clarius Ultrasound Scanners 40

Herunterladen der Clarius App	40
Apple iOS	40
Android™	41
Aktualisieren des Clarius Ultrasound Scanners.....	41
Softwareaktualisierungen	41
Firmware-Aktualisierungen.....	41
Einlegen und Herausnehmen des Akkus.....	42
Einlegen des Akkus.....	42
Herausnehmen des Akkus.....	42
Ein- und Ausschalten des Systems	43
Starten der Clarius App.....	43
Beenden der Clarius App.....	43
An- und abmelden	43
Anmelden.....	43
Abmelden.....	44
Verbinden Ihres Smartphones oder Tablets mit einem Clarius Ultraschallgerät.....	44
Verbinden von Android™-Geräten mit Ultraschallgeräten.....	44
Verbinden von Apple iOS-Geräten mit Ultraschallgeräten	45
Verwalten von Untersuchungen	46
Starten neuer Untersuchungen	46
Unterbrechen einer Untersuchung	47
Beenden einer Untersuchung	47
Wiederaufnahmen einer unterbrochenen Untersuchung.....	48

Verwalten der Patienteninformationen	48
Eingeben von Patienteninformationen	48
Eingeben der Indikationen	49
Auswahl der Scanmodi	49
B-Modus	49
Color-Flow-Bildgebung	50
Power-Doppler-Bildgebung	53
M-Modus	53
Bildgebung	55
Anpassen der Verstärkung	55
Verwenden der Mittellinie	58
Nutzung der Nadelverstärkung	59
Standbild/Bildfreigabe von Kinodarstellungen	60
Speichern von Kinodarstellungen und Bildern	61
Vergrößern und verkleinern	63
Ändern der Tiefe	63
Drehen von Bildern	64
Verwendung von Anmerkungen	65
Verwenden der Messwerkzeuge	67
Verwendung des View-Sharing-Modus	69
Verwendung von Chromecast™	71
Prüfen der Ergebnisse	72
Prüfen von Kinodarstellungen und Bildern	72
Löschen von Elementen	72
Eingeben von Eindrücken	73
Wartung	73
Wartung der Hardware	73
Systemwartung	75
Hilfe	76
Zusätzliche Schulung	76
Fehlermeldungen	76
Benötigen Sie Hilfe?	76

Chapter 4: Zubehör **77**

Clarius Dock	77
Teile	78
Inbetriebnahme	80
Verwendung von Clarius Dock	81
Wartung	82

Fehlerbehebung.....	82
Clarius Fan.....	83
Clarius Clip-on.....	83
Chapter 5: Reinigung und Desinfektion.....	85
Reinigung.....	86
Reinigung des Clarius Ultraschallgeräts.....	86
Reinigung des Clarius Dock.....	87
Reinigung des Clarius Fan.....	87
Reinigung des Clarius Clip-on.....	88
Desinfektion	88
Desinfektion des Clarius Ultraschallgeräts	88
Desinfektion des Clarius Fan.....	90
Desinfektion des Clarius Clip-on	91
Spaulding-Klassifikation.....	92
Chapter 6: Sicherheit.....	93
Über den diagnostischen Ultraschall.....	93
Interaktion mit Materialien.....	93
Geschichte	93
Studien	94
Vorzüge und Risiken.....	94
Sicherheitsthemen	95
Produktsicherheit	95
Akkusicherheit.....	96
Sicherheit bei der Reinigung.....	97
Klinische Sicherheit.....	99
Biologische Sicherheit	99
ALARA-Prinzip	102
Brandschutz und elektrische Sicherheit.....	112
Elektromagnetische Sicherheit	113
Chapter 7: Referenzen.....	119
Konformitätserklärung.....	119
Der Clarius Ultrasound Scanner	119
Autorisierter Vertreter.....	119
Produktklassifizierung.....	119

Produktseriennummer.....	120
Technische Daten des Systems	120
Technische Daten der Schallsonde.....	121
Normen	122
Biokompatibilität	122
Chemisch.....	122
Elektrische Sicherheit.....	122
Bundesbestimmungen.....	122
Kennzeichnung.....	123
Qualität.....	123
Sicherheit und Datenschutz	125
Funk.....	125
Tabellen der akustischen Ausgangsleistung.....	126
C3-45-Schallsonde: B-Modus und M-Modus	126
C3-45-Schallsonde: Farbdoppler-Modus	128
C3-60-Schallsonde: B-Modus und M-Modus	130
C3-60-Schallsonde: Farbdoppler-Modus	132
C7-Schallsonde: B-Modus und M-Modus.....	134
C7-Schallsonde: Farbdoppler-Modus.....	136
L7-Schallsonde: B-Modus und M-Modus	138
L7-Schallsonde: Farbdoppler-Modus	140
L7-Schallsonde: Nadelverstärkungs-Modus	142
L7-Schallsonde: Augenmodus.....	144
Leitfäden zur Kontrolle von Bioeffekten	146
Reinigungs- und Desinfektionsmittel.....	146
Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.....	146
Daten zu Reinigungs- und Desinfektionsmitteln	147
Bekannte Defekte	148
Glossar der Begriffe	148
Akustische Ausgangsleistungen.....	148
Akustische Artefakte	151

Über dieses Handbuch



Um ein kostenloses Druckexemplar dieses Handbuchs zu erhalten, gehen Sie zu www.clarius.me/contact-us, und wenden Sie sich an Clarius.

Dieses Dokument ist als Bestandteil des Erwerbs eines Clarius Ultrasound Scanners lizenziert und erfüllt internationale behördliche Bestimmungen wie die der FDA. Die Verwendung dieses Dokuments durch unbefugte Personen ist streng untersagt.

Dieses Dokument enthält die folgenden Informationen:

- Über den Clarius Ultrasound Scanner: Beschreibt das Produkt und die technischen Daten.
- Quick Tour: Zeigt Ihnen die ersten Schritte bei der Verwendung des Produkts für Ultraschalluntersuchungen.
- Verwendung des Clarius Ultrasound Scanner: Macht Sie mit den Leistungsmerkmalen und Konzepten vertraut, bietet Hilfestellung beim Einrichten des Systems und erläutert die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten.
- Zubehör: Beschreibt zusätzliches Zubehör, das Sie für die Verwendung mit Ihrem Clarius Ultraschallgerät kaufen können.
- Reinigung und Desinfektion: Erläutert, wie Sie das Ultraschallgerät reinigen und desinfizieren.
- Sicherheit: Führt wichtige Sicherheitsstandards, -prinzipien und -richtlinien an, die bei der Verwendung des Produkts zu beachten sind.
- Referenzen: Enthält Informationen zu Produktnormen, behördlichen Vorschriften, Geschäftsbedingungen sowie ein Glossar der Begriffe und Daten zur akustischen Leistung.



Der Zugriff auf die Benutzerdokumentation kann beeinflusst werden durch: Internetverfügbarkeit und-zugriff, Verfügbarkeit der Website sowie lokale elektromagnetische Störstrahlung.

Zielgruppe

Ihr Clarius Scanner beinhaltet eine einjährige Garantie. Es enthält Anleitungen und Referenzmaterial zur Verwendung und Wartung des Produkts.

Typografische Vereinbarungen

Touchscreen-Gesten

Geste	Bezeichnung der Geste	Beschreibung
	Ziehen	Berühren Sie den Bildschirm mit einem Finger, und ziehen Sie den Finger über den Bildschirm, ohne ihn zwischendurch hochzuheben.
	Doppeltippen	Berühren Sie den Bildschirm zweimal hintereinander kurz mit demselben Finger.
	Pinchen	Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern, und ziehen Sie die Finger zusammen.
	Tippen	Berühren Sie ein Steuerelement mit einem Finger.
	Drücken und halten	Berühren Sie den Bildschirm kurzzeitig, ohne den Finger zu bewegen.
	Spreizen	Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern, und ziehen Sie die Finger auseinander.
	Wischen	Berühren Sie den Bildschirm mit dem Finger, und bewegen Sie den Finger schnell nach rechts, links, oben oder unten.

Bildzeichen

Bildzeichen	Bezeichnung des Bildzeichens	Beschreibung
	Warnung	Mögliche Risiken, die über die angemessene Kontrolle von Clarius hinausgehen.
	Vermeiden	Dieses Bildzeichen weist auf Vorgehen hin, die zu vermeiden sind.
	Hinweis	Dieses Bildzeichen weist auf Informationsmaterial oder hilfreiche Vorschläge hin.

Symbolübersicht

An Ihrem Clarius Produkt, dem Zubehör und der Verpackung können folgende Normensymbole angebracht sein:

NORM: ISO 7000 – GRAPHISCHE SYMBOLE FÜR BETRIEBSMITTEL – REGISTRIERTE SYMBOLE

Symbol	Referenz	Titel	Beschreibung
	3082	Hersteller	Gibt den Medizingerätehersteller gemäß den EU-Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG an.
	2497	Herstellungsdatum	Gibt das Datum an, an dem das Medizingerät hergestellt wurde.
	2607	Verfallsdatum	Gibt das Datum an, ab dem das Medizingerät nicht mehr verwendet werden darf.
	2492	Chargencode	Gibt den Chargencode des Herstellers an, anhand dessen die Charge bzw. Warenpartie identifiziert werden kann.
	2493	Katalognummer	Gibt die Katalognummer des Herstellers an, anhand deren das Medizingerät identifiziert werden kann.

NORM: ISO 7000 – GRAPHISCHE SYMBOLE FÜR BETRIEBSMITTEL – REGISTRIERTE SYMBOLE

	2498	Seriennummer	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, anhand deren das Medizingerät identifiziert werden kann.
	2499	Steril	Gibt an, dass das Medizingerät einem Sterilisationsprozess unterzogen wurde.
	2500	Sterilisiert mittels aseptischer Verarbeitungsverfahren	Gibt an, dass das Medizingerät unter Verwendung aseptischer Verarbeitungsverfahren hergestellt wurde.
	2501	Sterilisiert mittels Ethylenoxid	Gibt an, dass das Medizingerät unter Verwendung von Ethylenoxid sterilisiert wurde.
	2502	Sterilisiert mittels Strahlung	Gibt an, dass das Medizingerät unter Verwendung von Strahlung sterilisiert wurde.
	2503	Sterilisiert mittels Dampf oder trockener Hitze	Gibt an, dass das Medizingerät unter Verwendung von Dampf oder trockener Hitze sterilisiert wurde.
	2608	Nicht erneut sterilisieren	Gibt an, dass das Medizingerät nicht erneut sterilisiert werden darf.
	2609	Nicht steril	Gibt an, dass das Medizingerät keinen Sterilisationsprozess durchlaufen hat.
	2606	Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist	Gibt an, dass das Medizingerät nicht verwendet werden darf, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet wurde.
	3084	Steriler Flüssigkeitsweg	Gibt an, dass das Medizingerät einen sterilen Flüssigkeitsweg beinhaltet in Fällen, wo andere Teile des Medizingeräts, einschließlich des Gehäuses, eventuell unsteril ausgeliefert werden.
	0621	Vorsicht! Zerbrechlich!	Gibt an, dass das Medizingerät kaputt gehen oder beschädigt werden kann, wenn es nicht vorsichtig behandelt wird.
	0624	Vor Sonnenlicht schützen	Gibt an, dass das Medizingerät vor Lichtquellen geschützt werden muss.

NORM: ISO 7000 – GRAPHISCHE SYMBOLE FÜR BETRIEBSMITTEL – REGISTRIERTE SYMBOLE

	0615	Vor Wärme- und Strahlungsquellen schützen	Gibt an, dass das Medizingerät vor Wärme- und Strahlungsquellen geschützt werden muss.
	0626	Vor Nässe schützen	Gibt an, dass das Medizingerät vor Feuchtigkeit geschützt werden muss.
	0534	Untere Temperaturgrenze	Gibt die untere Temperaturgrenze an, der das Medizingerät bedenkenlos ausgesetzt werden kann.
	0533	Obere Temperaturgrenze	Gibt die obere Temperaturgrenze an, der das Medizingerät bedenkenlos ausgesetzt werden kann.
	0632	Temperaturgrenze	Gibt die Temperaturgrenzen an, denen das Medizingerät bedenkenlos ausgesetzt werden kann.
	0224	Luftfeuchtigkeit	Gibt den Luftfeuchtigkeitsbereich an, dem das Medizingerät bedenkenlos ausgesetzt werden kann.
	2621	Luftdruckbereich	Gibt den Luftdruckbereich an, dem das Medizingerät bedenkenlos ausgesetzt werden kann.
	0659	Biologische Risiken	Gibt an, dass mit dem Medizingerät potenzielle biologische Risiken verbunden sind.
	1051	Nicht wiederverwenden	Gibt an, dass das Medizingerät zur einmaligen Verwendung oder zur Verwendung an nur einem Patienten während einer einzelnen Prozedur vorgesehen ist.
	1641	Gebrauchsanleitung beachten	Gibt an, dass der Benutzer die Gebrauchsanleitung hinzuziehen muss.
	0434A	Vorsicht	Gibt an, dass der Benutzer die Gebrauchsanleitung hinzuziehen muss, um sich über wichtige Vorsichtshinweise zu informieren, wie etwa Warnungen oder Sicherheitshinweise, die aus verschiedenen Gründen nicht auf dem Medizingerät selbst angegeben werden können.
	2494	Kontrolle	Gibt ein Kontrollmaterial an, mit dem die Leistungsmerkmale eines anderen Medizingeräts nachgewiesen werden sollen.

NORM: ISO 7000 – GRAPHISCHE SYMBOLE FÜR BETRIEBSMITTEL – REGISTRIERTE SYMBOLE

	2495	Negativkontrolle	Gibt ein Kontrollmaterial an, mit dem die Ergebnisse innerhalb des erwarteten negativen Bereichs nachgewiesen werden sollen.
	2496	Positivkontrolle	Gibt ein Kontrollmaterial an, mit dem die Ergebnisse innerhalb des erwarteten positiven Bereichs nachgewiesen werden sollen.
	3083	Produkt zur In-vitro-Diagnostik (IVD) zur Leistungsevaluierung	Gibt an, dass das IVD-Gerät nur zur Evaluierung seiner Leistungsmerkmale vorgesehen ist, bevor das Gerät für den diagnostischen Gebrauch auf den Markt gebracht wird.
	2715	Ort der Probennahme	Auf Medizinprodukten/medizinischen Geräten oder einer Blutverarbeitungsanwendung: Gibt an, dass das Produkt oder die Anwendung ein System enthält, das speziell für die Entnahme von Proben einer bestimmten, in dem Medizinprodukt/medizinischen Gerät bzw. in dem Blutbehälter aufbewahrten Substanz vorgesehen ist.
	2722	Flüssigkeitsweg	Gibt an, dass ein Flüssigkeitsweg vorliegt.
	2724	Nicht pyrogen	Gibt an, dass das Medizingerät nicht pyrogen ist.
	2726	Tropfen pro Milliliter	Gibt die Anzahl der Tropfen pro Milliliter an.
	2727	Flüssigkeitsfilter mit Porengröße	Gibt an, dass das Infusions- bzw. Transfusionssystem des Medizingeräts einen Filter einer bestimmten Porengröße enthält.
	2728	Einwegventil	Gibt an, dass das Medizingerät ein Ventil mit nur einer Flussrichtung enthält.
	2610	Patientennummer	Eine eindeutige Nummer, die einem einzelnen Patienten zugewiesen ist.
	1135	Allgemeines Symbol für Wiederverwertung/ Recycling	Gibt an, dass das bezeichnete Teil oder sein Material Bestandteil eines Rückgewinnungs- oder Wiederaufbereitungsprozesses ist.
	2725	Enthält oder Anwesenheit von	Auf Medizinprodukten: Gibt an, dass das Produkt/Gerät die genannten Materialien oder Substanzen enthält.

An Ihrem Clarius Produkt, dem Zubehör und der Verpackung können folgende Normensymbole angebracht sein:

ANDERE NORMEN – GRAPHISCHE SYMBOLE FÜR BETRIEBSMITTEL – REGISTRIERTE SYMBOLE

Symbol	Norm	Referenz	Titel	Beschreibung
	ISO 7010	M002	Benutzerhandbuch /Broschüre lesen	Gibt an, dass der Benutzer das Benutzerhandbuch bzw. die Broschüre lesen muss, bevor er die Ausrüstung in Betrieb nimmt bzw. bedient.
	IEC 6417	5172	Gerät der Klasse II	Ein Gerät, das den Sicherheitsbestimmungen für Geräte der Klasse II gemäß IEC 60536 entspricht.
	IEC 6417	5957	Nur für den Einsatz im Innenbereich	Elektrische Ausrüstung, die hauptsächlich für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen ist.
	IEC 6417	5333	Anwendungsteil Typ BF	Ein Anwendungsteil vom Typ BF, das IEC 60601-1 erfüllt.

An Ihrem Clarius Produkt, dem Zubehör und der Verpackung können folgende andere Symbole angebracht sein:

ANDERE GRAPHISCHE SYMBOLE FÜR BETRIEBSMITTEL

Symbol	Titel	Beschreibung
	Inhalt ausreichend für <n> Tests	Gibt die Gesamtzahl der IVD-Tests an, die unter Verwendung der Reagenzien im IVD-Kit durchgeführt werden können.
	In-vitro-Diagnostikum	Gibt an, dass das Medizingerät zur Verwendung als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen ist.
	RoHS-kompatibel	Elektrische und elektronische Ausrüstung, die die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) erfüllt.
	Europäische Konformität	Entspricht der Richtlinie 93/42/EWG des Rates der Europäischen Union.

ANDERE GRAPHISCHE SYMBOLE FÜR BETRIEBSMITTEL

	Elektro- und Elektronik-Altgeräte	Erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Wenn in Verbindung mit diesem Symbol  oder  aufgeführt, können die Komponenten des Geräts Blei bzw. Quecksilber enthalten, die gemäß den lokalen, regionalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen der Wiederaufbereitung zugeführt oder entsorgt werden müssen. Die Hintergrundbeleuchtung eines LCD-Monitors enthält Quecksilber.
IP67	Schutzstufe gegen das Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten	Die Ausrüstung im Inneren des Gehäuses ist gegen das Eindringen von Werkzeugen und Drähten mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 mm sowie für 30 Minuten gegen das Eindringen von Flüssigkeiten in einer Tiefe von bis zu 1 m geschützt.
	Internationaler Code der Nomenklatur der Medizingeräte	Ein System der international vereinbarten allgemeinen Bezeichnungen zur Identifizierung von allen Medizinprodukten.
	Globale Artikelidentnummer	Kennung zum Abrufen von Produktinformationen aus einer Datenbank, häufig durch Einscannen der Nummer eines Produkts über einen Barcodescanner.
	Modellbezeichnung	Bezeichnung des Gerätemodells.
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft	Gibt den autorisierten Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft an.
	ANATEL	Erfüllt die Anforderungen der Brazilian Agency of Telecommunications.

Über den Clarius Ultrasound Scanner

1

Installieren, bedienen und warten Sie dieses Produkt unter Einhaltung der in diesem Handbuch dargelegten Sicherheits- und Bedienabläufe, und verwenden Sie es ausschließlich für den beabsichtigten Verwendungszweck. Nutzen Sie die in diesem Dokument enthaltenen Informationen mit gesundem klinischen Urteilsvermögen und gemäß den Leitlinien bester klinischer Praxis.


Dieses Produkt unterliegt der Rechtsprechung des Zuständigkeitsbereichs, in dem das Produkt verwendet wird. Installieren, bedienen und warten Sie dieses Produkt ausschließlich auf eine Art und Weise, die den entsprechenden rechtskräftigen Gesetzen bzw. Bestimmungen entspricht.



- Die Produktverpackung muss mit dem Medizingerät zusammen aufbewahrt werden. Nicht entsorgen.
- Wenn das Produkt inkorrekt verwendet oder für Zwecke eingesetzt wird, die nicht beabsichtigt sind und nicht von Clarius ausdrücklich angegeben wurden, sind Clarius oder seine Beauftragten dadurch möglicherweise von ihrer gesamten Verantwortung oder von einem Teil ihrer Verantwortung für sich ergebende Nichteinhaltung, Schäden oder Verletzungen entlastet.
- Die Verwendung tragbarer und mobiler HF-Kommunikationsausrüstung kann sich auf den Betrieb von Medizingeräten auswirken.
- Der Betrieb dieses Systems bei Vorliegen von entzündlichen Gasen oder Anästhetika kann zur Explosion führen.
- Installieren und betreiben Sie Medizingeräte stets unter Einhaltung der Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).
- Der Benutzer ist verantwortlich für Bildqualität und Diagnose.
- Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die folgenden beiden Bedingungen müssen für den Betrieb gegeben sein: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung verursachen und (2) muss alle empfangene Störstrahlung, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb hervorruft, annehmen.
- Dieses Produkt hat elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) unter Bedingungen einschließlich der Verwendung von konformen Peripheriegeräten bewiesen. Es ist wichtig, dass Sie kompatible Peripheriegeräte verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass das Gerät die Funkkommunikation von Radios, Fernsehern und anderen elektronischen Geräten stört.

Beschreibung des Ultraschallgeräts


Der Clarius Ultrasound Scanner ist ein tragbares, softwaregesteuertes, diagnostisches Mehrzweck-Ultraschallsystem zur Aufnahme und Anzeige von hochauflösenden Echtzeit-Ultraschalldaten über ein auf dem Markt erhältliches Apple-iOS- oder Android™-Gerät (COTS-Gerät). Die Clarius Ultrasound Scanner-Serie der drahtlosen Ultraschallgeräte besteht aus auf Bluetooth- und WLAN-gestützten Geräten, die über Wi-Fi Direct mit einem herkömmlichen Tablet/Smartphone kommunizieren können, sodass der Benutzer Ultraschallbilder exportieren und in verschiedenen Betriebsmodi anzeigen kann. Das Clarius Ultraschallgerät enthält einen Akku und ein Stromaggregat, einen Mehrkanal-Beamformer, einen Prescan-Converter und WLAN-Komponenten. Der Akku ist herausnehmbar und wird mit einem separaten Ladegerät geliefert.



Akkuhersteller	Clarius
Akku-Modellnummer	99-02-00001
Akkutyp	Lithium-Ionen
Akkumanagement	Mit der JEITA-Richtlinie kompatibles Ladegerät, im Akkusatz enthaltene Ladestandsanzeige mit Schutzschaltung, Zellausgleich und Temperaturüberwachung
Akkulebensdauer	500–1000 Entladezyklen, bevor sich die Ladekapazität verringert
Ladegerät	Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,5-0,2 A Ausgang: 12 VDC, 1,5 A
Ultraschallgerät	7,2 V/2350 mAh

- Clarius App
- Schallsonden:
 - C3 und C7: konvexe Ultraschallsonden, 192 Elemente
 - L7: lineare Ultraschallsonde, 192 Elemente

Das Konzept des Clarius Ultrasound Scanners und der zugehörigen Software besteht vorrangig darin, eine einfach zu bedienende, kostengünstige Hochleistungs-Ultraschallplattform für Lehr- und klinische Anwendungen bereitzustellen.



- Die Gegebenheiten in der Patientenumgebung können sich negativ auf die Schallsonde und die Ultraschalluntersuchung auswirken. Beispiel: (1) Chemikalien und Gase im OP (2) Höhen unter -382 m oder über 4000 m.
- Bestimmte Patientengruppen, wie Kinder, Schwangere und stillende Mütter, sind bei längerer Verwendung des Ultraschallgeräts anfälliger gegenüber der Belastung durch Schallenergie.
- Zwischen den Materialien der Schallsonde und den biologischen Geweben, Zellen und Körperflüssigkeiten des Patienten/Benutzers kann je nach beabsichtigtem Verwendungszweck des Ultraschallgeräts eine biologische Unverträglichkeit bestehen.
- Die Verwendung des Ultraschallgeräts in der Patientenumgebung kann bei Vorliegen der folgenden Bedingungen riskant sein: (1) Extreme Luftfeuchtigkeit ($\phi < 15\%$ und $\phi > 90\%$) (2) Umgebungstemperaturen, die extrem hoch (40 °C/104 °F) oder niedrig (0 °C/ 32 °F) sind

Der Benutzer muss eine ausgebildete medizinische Fachkraft (Arzt, Krankenpfleger, Techniker) sein und in der Verwendung von Ultraschall geschult sein. Die vom Ultraschallgerät generierten Bilder werden drahtlos an das Smartphone oder Tablet des Benutzers übertragen.

Vorsicht: Gemäß der Bundesgesetzgebung der USA darf dieses Produkt nur an einen Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden.



Wenn das Clarius Ultraschallgerät von einer unausgebildeten und nicht kompetenten Person erworben und verwendet wird, können möglicherweise keine hochwertigen Bilder erzielt werden.

Abmessungen des Ultraschallgeräts

Komponente	Länge (in/mm)	Breite (in/mm)	Höhe (in/mm)	Gewicht (oz/g)
Schallsonde (ohne Akku, mit Vorderteil L7)	6,7 in/169 mm	4,1 in/105 mm	1,6 in/41 mm	15,4 oz/437 g
Akku	2,8 in/70 mm	3,0 in/75 mm	0,7 in/17 mm	3,6 oz/103 g
Akku-Ladegerät (ohne Zwischenstecker)	3,2 in/80 mm	3,5 in/89 mm	1,3 in/32 mm	1,9 oz/55 g

Verwendung des Produkts

Verwendungszweck

Der Clarius Ultrasound Scanner umfasst ein softwarebasiertes Ultraschall-Bildgebungssystem und entsprechendes Zubehör für die diagnostische Bildgebung in folgenden Modi: B-Modus, M-Modus, Farbdoppler, Power-Doppler und kombiniert (B+M; B+Farbdoppler; und B+Power-Doppler). Das System ist angezeigt für die diagnostische Ultraschallbildgebung oder Flüssigkeitsströmungsanalyse in folgenden Anwendungen: ophthalmologisch, fetal, abdominal, intraoperativ (nicht-neurologisch), pädiatrische, kleines Organ, Schädel (Erwachsene), muskuloskelettal (konventionell, oberflächlich), Urologie, Gynäkologie, Herz (Erwachsene, Pädiatrie), fetales Echo, periphere Gefäße, Karotiden und bildgestützte Prozeduren, etwa beim Einführen von Kanülen in den Körper.

Das System ist ein transportables Ultraschallsystem für die Verwendung in Umgebungen, wo eine medizinische Versorgung durch ausgebildete medizinische Fachkräfte stattfindet.

Indikationen für die Verwendung Tabellen

SYSTEM: CLARIUS ULTRASOUND SCANNER
VERWENDUNGSZWECK: DIAGNOSTISCHE ULTRASCHALLBILDGEBUNG ODER FLÜSSIGKEITSSTRÖMUNGSANALYSE DES MENSCHLICHEN KÖRPERS:

Klinische Anwendung		Betriebsmodus					
Allgemein (Track 1 Only)	Spezifisch (Tracks 1 & 3)	B	M	Farbdoppler	Power-Doppler	Kombiniert (Angaben)	Sonstige*
Augen	Augen	N					
Fetale Bildgebung und sonstige	Fetal	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Abdominal	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Intraoperativ (Bauchorgane und Gefäße)	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Laparoskopie						
	Pädiatrie	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Kleines Organ (Schilddrüse, Prostata, Skrotum, Brust)	P		N	N	B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Schädel neonatal						
	Schädel Erw.	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Transrektal						
	Transvaginal						
	Transurethral						
	Transösophageal (nicht Kardio)						
	Muskuloskelettal (konventionell)	P		N	N	B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Muskuloskelettal (oberflächlich)	P		N	N	B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Intravaskulär						
Sonstige (Urologie, Gynäkologie)	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD		
Kardio	Kardio Erw.	N	N	N		B+M; B+CD	
	Kardio Päd.	N	N	N		B+M; B+CD	
	Intravaskulär (Kardio)						
	Transösophageal (Kardio)						
	Intrakardial						
	Sonstige (Fetal Echo)	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
Peripheres Gefäß	Peripheres Gefäß	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Sonstige (Karotiden)	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1

N = neue Indikation; P = bereits von der FDA zugelassen; E = in diesem Anhang hinzugefügt

Hinweis 1: Nadelverstärkung im B-Modus.

GERÄTENAME: C3 KONVEXE ULTRASCHALLSONDE
VERWENDUNGSZWECK: DIAGNOSTISCHE ULTRASCHALLBILDGEBUNG ODER FLÜSSIGKEITSSTRÖMUNGSANALYSE DES MENSCHLICHEN KÖRPERS:

Klinische Anwendung		Betriebsmodus					
Allgemein (Track 1 Only)	Spezifisch (Tracks 1 & 3)	B	M	Farbdoppler	Power-Doppler	Kombiniert (angeben)	Sonstige*
Augen	Augen						
Fetale Bildgebung und sonstige	Fetal	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Abdominal	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Intraoperativ (Bauchorgane und Gefäße)	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Laparoskopie						
	Pädiatrie	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Kleines Organ (Schilddrüse, Prostata, Skrotum, Brust)						
	Schädel neonatal						
	Schädel Erw.	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Transrektal						
	Transvaginal						
	Transurethral						
	Transösophageal (nicht Kardio)						
	Muskuloskeletal (konventionell)	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Muskuloskeletal (oberflächlich)						
	Intravaskulär						
Sonstige (Urologie, Gynäkologie)	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD		
Kardio	Kardio Erw.	N	N	N		B+M; B+CD	
	Kardio Päd.	N	N	N		B+M; B+CD	
	Intravaskulär (Kardio)						
	Transösophageal (Kardio)						
	Intrakardial						
	Sonstige (Fetal Echo)	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
Peripheres Gefäß	Peripheres Gefäß	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Sonstige (Karotiden)						

N = neue Indikation; P = bereits von der FDA zugelassen; E = in diesem Anhang hinzugefügt

Hinweis 1: Nadelverstärkung im B-Modus.

GERÄTENAME: C7 KONVEXE ULTRASCHALLSONDE
VERWENDUNGSZWECK: DIAGNOSTISCHE ULTRASCHALLBILDGEBUNG ODER FLÜSSIGKEITSSTRÖMUNGSANALYSE DES MENSCHLICHEN KÖRPERS:

Klinische Anwendung		Betriebsmodus					
Allgemein (Track 1 Only)	Spezifisch (Tracks 1 & 3)	B	M	Farbdoppler	Power-Doppler	Kombiniert (Angaben)	Sonstige*
Augen	Augen						
Fetale Bildgebung und sonstige	Fetal	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Abdominal	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Intraoperativ (Bauchorgane und Gefäße)	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Laparoskopie						
	Pädiatrie	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Kleines Organ (Schilddrüse, Prostata, Skrotum, Brust)	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Schädel neonatal						
	Schädel Erw.						
	Transrektal						
	Transvaginal						
	Transurethral						
	Transösophageal (nicht Kardio)						
	Muskuloskelettal (konventionell)	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Muskuloskelettal (oberflächlich)						
	Intravaskulär						
Sonstige (Urologie, Gynäkologie)	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD		
Kardio	Kardio Erw.	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Kardio Päd.	N	N	N		B+M; B+CD	
	Intravaskulär (Kardio)						
	Transösophageal (Kardio)						
	Intrakardial						
	Sonstige (Fetal Echo)	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
Peripheres Gefäß	Peripheres Gefäß	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	
	Sonstige (Karotiden)						

N = neue Indikation; P = bereits von der FDA zugelassen; E = in diesem Anhang hinzugefügt

Hinweis 1: Nadelverstärkung im B-Modus.

GERÄTENAME: L7 LINEARE ULTRASCHALLSONDE
VERWENDUNGSZWECK: DIAGNOSTISCHE ULTRASCHALLBILDGEBUNG ODER FLÜSSIGKEITSSTRÖMUNGSANALYSE DES MENSCHLICHEN KÖRPERS:

Klinische Anwendung		Betriebsmodus					
Allgemein (Track 1 Only)	Spezifisch (Tracks 1 & 3)	B	M	Farbdoppler	Power-Doppler	Kombiniert (Angaben)	Sonstige*
Augen	Augen	N					
Fetale Bildgebung und sonstige	Fetal						
	Abdominal	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Intraoperativ (Bauchorgane und Gefäße)	N	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Laparoskopie						
	Pädiatrie	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Kleines Organ (Schilddrüse, Prostata, Skrotum, Brust)	P		N	N	B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Schädel neonatal						
	Schädel Erw.						
	Transrektal						
	Transvaginal						
	Transurethral						
	Transösophageal (nicht Kardio)						
	Muskuloskelettal (konventionell)	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Muskuloskelettal (oberflächlich)	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Intravaskulär						
	Sonstige (Urologie, Gynäkologie)						
Kardio	Kardio Erw.						
	Kardio Päd.						
	Intravaskulär (Kardio)						
	Transösophageal (Kardio)						
	Intrakardial						
	Sonstige (Fetal Echo)						
Peripheres Gefäß	Peripheres Gefäß	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1
	Sonstige (Karotiden)	P	N	N	N	B+M; B+CD; B+PD	Hinweis 1

N = neue Indikation; P = bereits von der FDA zugelassen; E = in diesem Anhang hinzugefügt

Hinweis 1: Nadelverstärkung im B-Modus.

Kontraindikationen



Sehen Sie in den folgenden Situationen von einer Verwendung des Clarius Ultrasound Scanners ab, da es anderenfalls zu Bildern mit falschen Ergebnissen kommen kann:

- Patienten, die kürzliche eine OP hatten, durch die die Zusammensetzung des zu untersuchenden Gewebes geändert wurde (z. B. eine Mastektomie), da hierdurch die gemessene Dichte verzerrt bzw. geändert würde.
- Patienten, bei denen das zu untersuchende Gewebe Fremdartefakte (z. B. Implantate) enthält.
- Endokavitäre Verwendung (definiert als Verwendung einer Schallsonde nach Einführen in eine Körperhöhle oder ein Organ, z. B. Atrium, Ösophagus, Rektum oder Vagina).

Zur Verwendung in der Chirurgie

Bevor Sie das Clarius Ultraschallgerät in einem chirurgischen Eingriff verwenden, führen Sie die Anweisungen für eine High-Level-Desinfektion durch (eine Anleitung finden Sie unter *High-Level-Desinfektion* auf Seite 89) und bedecken Sie das Clarius Ultraschallgerät mit einer Schutzhülle:

- Verwenden Sie nur CIVCO REF 610-1212.
- Laden Sie die Gebrauchsanleitung von <http://civco.com/mmi/ultrasound/covers/general-purpose/Latex-Free-Wireless-Ultrasound-Probe-Covers-610-1212.htm> herunter, und lesen Sie die Informationen vollständig durch.

Reinigen Sie das Clarius Ultraschallgerät unmittelbar nach der Verwendung (eine Anleitung finden Sie unter *Reinigung des Clarius Ultraschallgeräts* auf Seite 86) und führen Sie anschließend erneut eine High-Level-Desinfektion durch.

Falls die Hülle während des chirurgischen Eingriffs beschädigt wird, entsorgen Sie die Hülle und führen Sie die gleiche Reinigung und High-Level-Desinfektion durch wie zuvor. Anschließend ist das Clarius Ultraschallgerät mit einer neuen Hülle zu bedecken, bevor es weiter verwendet wird.

Hardware

Garantie

Ihr Clarius Ultraschallgerät beinhaltet eine einjährige Garantie. Um eine erweiterte Garantie zu kaufen, gehen Sie auf www.clarius.me/contact-us, und wenden Sie sich an Clarius.

Entsorgung

Clarius nimmt aktiv am Schutz unseres natürlichen Lebensraums teil. Die Ausrüstung und das dazugehörige Zubehör wurden nach Maßgabe von Umweltschutzrichtlinien konzipiert und hergestellt; es wird beabsichtigt, dass die Entsorgung gleichfalls gemäß diesen Prinzipien erfolgt. Die in der Ausrüstung verwendeten Materialien, auf denen die Funktionalität aufbaut, sind umweltschädlich. Es ist daher erforderlich, dass Sie diese Materialien angemessen entsorgen.

Um eine angemessene Entsorgung des Clarius Ultraschallgeräts bzw. seiner Zubehörkomponenten zu gewährleisten, halten Sie sich an die lokal, regional und national geltenden Vorschriften. Alternativ können Sie die Ausrüstung an Clarius zurückgeben.



Die unsachgemäße Entsorgung des Clarius Ultraschallgeräts (nach Ablauf der Akkulebenszeit oder der Nutzungsdauer des Ultraschallgeräts) oder einer seiner Zubehörkomponenten trägt zur Anhäufung von Gefahrenstoffen in den Mülldeponien bei.

Sicherheit

Datensicherheit

Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei der Eingabe von Daten über die Clarius App für den Schutz Ihrer Anmeldedaten (z. B. Ihres Kennworts) und der persönlichen Angaben zu Ihren Patienten (z. B. der Namen) zu sorgen.

Netzwerksicherheit

Verwenden Sie für die Verbindung mit Ihrem Smartphone oder Tablet ein Netzwerk, das den WLAN-Standard 802.11n nutzt. Wir empfehlen, dass Sie dieses Netzwerk mit dem Sicherheitsprotokoll WPA (Wi-Fi Protected Access) oder WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) schützen.

Informationen zum Einrichten der Sicherheit für Ihr drahtloses Netzwerk finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Netzwerkausrüstung.



Es kann die Situation auftreten, dass kein drahtloser Zugangspunkt verfügbar ist. Bei Verwendung eines nicht vertrauenswürdigen drahtlosen Zugangspunkts können böswillige Parteien Ihre WLAN-Signale sehen, schädliche Aktionen durchführen und die Kommunikation zwischen den beiden Geräten einsehen. Wenn kein drahtloser Zugangspunkt verfügbar ist, verwenden Sie die Clarius App im Wi-Fi Direct-Modus, in dem die Signale automatisch verschlüsselt werden.

Zu Sicherheitszwecken:

- Verwenden Sie sichere Kennwörter.
- Verwenden Sie sichere drahtlose Ausrüstung mit der neusten Firmware und Software sowie mit sicheren Protokollen.

- Sperren Sie Ihre Geräte.

Die folgenden Handlungen können neue Risiken für Patienten, Bediener und Dritte mit sich bringen. Es liegt in der Verantwortung Ihres Unternehmens, diese Risiken zu identifizieren, zu analysieren und unter Kontrolle zu behalten:

- Ändern der Netzwerkkonfiguration
- Verbinden mit zusätzlichen Netzwerken oder Trennen der Verbindung mit bestehenden Netzwerken
- Anschaffen neuer Ausrüstung oder Aktualisieren der bestehenden Ausrüstung

Datenschutz

Der Datenschutz wird folgendermaßen gewährleistet:

- Das Ultraschallgerät enthält keine Informationen, anhand derer Patienten identifiziert werden können.
- Wenn das Ultraschallgerät eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellt, verschlüsselt und speichert es das WLAN-Kennwort.
- Die zwischen dem Smartphone oder Tablet und der Clarius App ausgetauschten Informationen werden verschlüsselt.
- Bilddaten enthalten keine Informationen, anhand derer der Patient oder der Benutzer identifiziert werden können, und werden unverschlüsselt übertragen. Wenn Sie diese Daten verschlüsseln möchten, nutzen Sie eine Verbindung mit einem:
 - WLAN, das nur vertrauenswürdige Parteien zulässt. Das WLAN verschlüsselt alle von anderen WLANs gesendeten Bilddaten.
 - Wi-Fi Direct-Netzwerk Das Wi-Fi Direct-Netzwerk verschlüsselt alle Bilddaten, und da keine weiteren Benutzer das Wi-Fi Direct-Netzwerk verwenden, ist der Datenschutz für die Bilddaten gewährleistet.
- Das Smartphone speichert Patienten- und Anwenderdaten an einem privaten Ort. Nach 30 Tagen im Clarius Cloud werden die Patientendaten entfernt.

Integrität

Die Integrität der Informationen, die zwischen dem Smartphone oder Tablet und der Clarius App ausgetauscht werden, wird folgendermaßen gewährleistet:

- Durch eine authentifizierte Verschlüsselung wird verhindert, dass böswillige Benutzer Daten abfangen und modifizieren können.
- Durch Integritätsprüfungen wird sichergestellt, dass die empfangenen Daten vollständig und gültig sind. Unvollständige oder ungültige Daten werden verworfen.
- Über WLAN verwendete TCP-Kanäle gewährleisten, dass die Daten korrekt zugestellt werden. Die Übertragung von Bilddaten erfolgt über einen UDP-Kanal.

Verfügbarkeit

Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann (d. h. wenn keine WLAN-Zugangspunkte verfügbar sind oder das Netzwerk ausgefallen ist), verwenden Sie das von Ihrem Smartphone oder Tablet verwaltete Wi-Fi Direct-Netzwerk. Das Wi-Fi Direct-Netzwerk ist eine Peer-to-Peer-Verbindung, die das WLAN-Protokoll verwendet und nicht zulässt, dass sich andere Benutzer damit verbinden. Auf diese Weise werden DDOS (Distributed Denial of Service)-Angriffe reduziert.

Wenn das Wi-Fi Direct-Netzwerk unterbrochen ist, überwacht sich das Smartphone oder Tablet weiterhin selbst und schaltet sich nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität ab. Dadurch werden die Übertragung akustischer Energie und die Akku-Nutzung reduziert.

Rechenschaftspflicht

Das Konzept der Rechenschaftspflicht gilt für den Clarius Ultrasound Scanner nicht. Die Eigentümerschaft (d. h. Verwendung durch den aktiven Benutzer) eines Smartphones oder Tablets wird jedoch jeweils einem Benutzer zugewiesen. Nachdem Sie begonnen haben, das Smartphone oder Tablet zu verwenden, kann sich kein anderer Benutzer mit demselben Smartphone oder Tablet verbinden. Alle zwischen dem Smartphone oder Tablet und der Clarius App übertragenen Daten gehören dem aktiven Benutzer.

Systemanforderungen

Wenn der Clarius Ultrasound Scanner in Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet verwendet wird, das die Mindestanforderungen nicht erfüllt, kann es zu minderwertigen Bildern, unerwarteten Ergebnissen und möglichen Fehldiagnosen kommen.

Damit die Clarius App ordnungsgemäß ausgeführt werden kann, muss das Smartphone oder Tablet die folgenden Mindestspezifikationen erfüllen:

Technische Merkmale:

- Unterstützung für Bluetooth LE v4.0+
- Unterstützung für Wi-Fi 802.11n und Wi-Fi Direct
- 8 GB Festplatte (on-board)
- 512 MB Speicher

Betriebssystem:

- Android™ 4.4.2 (API 19)+ oder Apple iOS 9.0+

Prozessor:

- Dual-Core-Prozessor (CPU)
- ARM-basierte CPU-Architektur (für Android™-basierte Geräte)

Display:

- Auflösung (in Pixel) von 960x640 (oder 640x960)
- Kontrastverhältnis von 800:1
- Unterstützung für OpenGL ES 2.0

Unterstützte Smartphones und Tablets:

Apple iOS:

- iPad 3. Generation+
- iPad Air+
- iPad Mini+
- iPhone 5S (iPhone 4S bietet teilweise Unterstützung für Wi-Fi 802.11n bei 2,4 GHz, nicht jedoch bei 5 GHz)
- iPod Touch 5. Generation+

Android™ 4.1+:

- Geräte mit Wi-Fi 802.11n
- Geräte mit BLE 4.1

Hinweis: Leistung von BLE (Bluetooth Low Energy) variiert je nach Modell.



- Der Zugriff auf die Benutzerdokumentation hängt davon ab, ob der Clarius Ultrasound Scanner ordnungsgemäß heruntergeladen und auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert wird.
- Bei Verwendung eines zu kleinen Smartphones oder Tablets ist ggf. die Auflösung für die Visualisierung kleiner Strukturen nicht ausreichend.

Quick Tour

2

Überblick über die Benutzeroberfläche

Bildzeichen

Menüsymbole

Menüsymbole sind Navigationselemente im oberen Bildschirmbereich, über die Sie auf eine andere Seite gelangen.

MENÜSYMBOLE

	Startseite		Seite Support
	Seite Ultraschallgeräte Seite QR-Code scannen.		Seite Einstellungen
	Menüliste anzeigen		Seite Untersuchungen
	Seite Info		Abmelden
	Clarius Cloud Webseite		

Werkzeugsymbole

Werkzeugsymbole sind Schaltflächen, die Sie auswählen können, um eine Aktion durchzuführen.

WERKZEUGSYMBOLE

	Ausgewähltes Element verwerfen		Bild speichern		Live-Ultraschallbild anhalten/freigeben Automatisches Standbild deaktivieren
	Zurück zur vorherigen Seite		Um das Bild zu spiegeln, dieses Symbol horizontal bzw. vertikal ziehen		Aktive Schallsonde trennen und ausschalten
	Zur nächsten Seite wechseln		Um mit der Messung zu beginnen, auf dieses Symbol tippen und ein Messwerkzeug auswählen		Die Facebook-Seite von Clarius öffnen
	Suchfeld anzeigen		Um eine Einzelmessung zu erstellen, auf zwei Bereiche auf dem Bild tippen		Die Twitter-Seite von Clarius öffnen
	Inhalt löschen		Um eine Doppelmessung zu erstellen, auf zwei Bildbereiche tippen und eine Linie zeichnen, Vorgang wiederholen und die zweite Linie zeichnen		Die LinkedIn-Seite von Clarius öffnen
	Senden		Um den Umfang zu zeichnen, den Finger um den interessierenden Bereich ziehen		Die Instagram-Seite von Clarius öffnen
	Bild vergrößern/ verkleinern		Um einen Kreis zu zeichnen, auf zwei Stellen des interessierenden Bereichs tippen		Die Google Plus-Seite von Clarius öffnen
	Die Werkzeugliste öffnen		Um die automatische Verstärkung ein- und auszuschalten, dieses Symbol aus der Werkzeugliste auswählen		Die YouTube-Seite von Clarius öffnen
	Kinodarstellung speichern		Mittellinie auf Live-Bildgebung anzeigen		B-Modus-Bildgebung verwenden
	Farbdoppler-Modus-Bildgebung verwenden		Power-Doppler-Modus-Bildgebung verwenden		Nadelverstärkung verwenden
	M-Modus-Bildgebung verwenden		Bild in normaler Geschwindigkeit		Bild in langsamer Geschwindigkeit
	Keht die Farben der Farbdoppler-Bildgebung um		Messung der Herzfrequenz		Zeitmessung

WERKZEUGSYMBOLE

	Wählen Sie ein Piktogramm aus den Optionen		Anmerkungen hinzufügen		
---	--	---	------------------------	--	--

Statussymbole


Statussymbole sind nicht auswählbare Anzeigen, die durch Animation oder durch ihre Farbe den Status einer Komponente angeben.

STATUSSYMBOLLE

	Die Qualität der Netzwerkverbindung ist gut. Gelb, orange und rot zeigen unterschiedliche Stufen der Überbelegung an.
	Bluetooth-Signal von einem Ultraschallgerät in der Nähe ist schwach, zufriedenstellend bzw. hervorragend.
	Für diese Verbindung wurde Wi-Fi Direct ausgewählt.
	Für diese Verbindung wurde WLAN ausgewählt.
	Die Clarius App wartet auf Ihre Auswahl (z. B. zur Aktualisierung der Firmware oder zur Auswahl des Netzwerks).
	Das ausgewählte Ultraschallgerät ist jetzt mit der Clarius App verbunden. Durch Tippen auf dieses Symbol werden Temperatur, Akkuladung und die Option zur Anzeige des QR-Codes angezeigt.
	Ultraschallgerät lädt ein neues Softwarepaket hoch.
	Ultraschallgerät führt eine Aktualisierung auf das neue Softwarepaket durch. Nehmen Sie während dieses Vorgangs nicht den Akku aus dem Ultraschallgerät.
	Ultraschallgerät ist kalt. Die Farbe Rot gibt an, dass es aufgewärmt ist. Durch Tippen auf dieses Symbol zeigen Sie die Temperatur in Grad Celsius an.
	Akkuladung des Ultraschallgeräts. Durch Tippen auf dieses Symbol zeigen Sie die verbleibende Akkuladung in Prozent an.
MI/TI	Anzeigen zur akustischen Darstellung.
	Bild ist vergrößert.
	Bild ist verkleinert.

STATUSSYMBOL

	Automatische Verstärkung ist eingeschaltet.
	Ultraschallgerät befindet sich im Ruhemodus.
	Anzahl der Untersuchungen, die darauf warten, auf die Clarius Cloud hochgeladen zu werden. Diese Bilder werden automatisch auf die Clarius Cloud hochgeladen, sobald eine Netzwerkverbindung aufgebaut wird.
	Anzahl der Untersuchungen, die sich in Arbeit befinden.

Menüoptionen**Support**


Zeigt die folgenden Schaltflächen an:

- Was ist neu: Öffnet die Clarius Website und leitet Sie zur Seite mit den häufig gestellten Fragen weiter.
- Lernprogramme: Öffnet die Clarius Website auf der Seite, die die Lernprogramme enthält.
- Benutzerhandbuch: Öffnet die Clarius Website auf der Seite, die die Benutzerhandbücher enthält.

- Technischer Support: Öffnet Ihr Standard-E-Mail-Konto mit bereits ausgefüllten Feldern, um Fragen zum Produkt zu stellen.
- Feedback: Öffnet Ihr Standard-E-Mail-Konto mit bereits ausgefüllten Feldern, um allgemeines Feedback zum Produkt zu geben.
- Protokolle senden: Das Clarius Ultraschallgerät sendet die Systemprotokolle an die Clarius Cloud. Weitere Informationen finden Sie unter *Senden von Aktivitätsprotokollen* auf Seite 75.

Einstellungen

Wenn Sie auf der Seite Einstellungen Veränderungen vornehmen, werden die neuen Werte nach der nächsten Anmeldung angezeigt.




- Platzierung steuern: Ort der Steuerungselemente auf der Bildgebungsseite. Die standardmäßige Anzeige ist links.
- Shutdown-Timeout (Minuten): Wählen Sie aus, nach wie viel Minuten der Inaktivität das Gerät heruntergefahren werden soll. Die Standardeinstellung beträgt fünf Minuten.
- Leistung des Ultraschallgeräts:
 - Hohe Leistungsfähigkeit: Optimale Stromversorgung
 - Strom sparen: Reduziert den Stromverbrauch für längere Scanzzeiten und weniger Wärmeentwicklung.
- Bildschirmkalibrierung: Um den Bildschirm in Ihrer aktuellen Betriebsumgebung optimal anzeigen zu können, stellen Sie den Kontrast auf Ihrem Smartphone oder Tablet mithilfe des horizontalen Schiebereglers für die Graustufenkalibrierung ein. Die Regulierung des Kontrasts ist nützlich, wenn Sie Ihr Smartphone oder Tablet durch ein anderes ersetzen, die Ansicht der aktuellen Untersuchung auf ein zweites Smartphone oder Tablet ausdehnen oder wenn die Helligkeit zweier verwendeter Bildschirme unterschiedlich ist.

Wenn Ihr Smartphone oder Tablet eine Funktion zur automatischen Helligkeitsregelung hat, empfiehlt es sich, diese Funktion zu deaktivieren. Die Helligkeitseinstellung wirkt sich nur auf die Monitoranzeige aus, nicht jedoch auf die gespeicherten Bilder.

- Lokaler Speicher: Drücken Sie , um die Protokolldateien zu löschen. Beachten Sie, dass es für den Clarius Support in bestimmten Situationen schwierig oder unmöglich sein kann, Hilfe bereitzustellen, wenn Sie Ihre Protokolldateien gelöscht haben.


Untersuchung



Auf dieser Seite sind die Untersuchungen aufgelistet, die in die Clarius Cloud hochgeladen wurden. Die Clarius App löscht diese Daten in folgenden Situationen automatisch:


- Sie werden seit einem Monat auf dieser Seite angezeigt.
- Die Clarius App wurde gelöscht und neu installiert.

Abgeschlossene Untersuchungen



Auf dieser Seite sind die Untersuchungen aufgelistet, die abgeschlossen sind.


Clarius Cast



Wenn der QR-Code®- / Barcodescanner verwendet wird und mehrere Barcodes eng nebeneinander dargestellt sind, kann der Rahmen angepasst werden, um nur einen Barcode im Fenster anzuzeigen.

Um Untersuchungen in Echtzeit zu verfolgen, können Sie bis zu fünf Mobilgeräte mit einem aktiven Clarius Ultraschallgerät verbinden. So können die Patienten ihre Untersuchung auf einem Mobilgerät verfolgen, während der Untersucher die Untersuchung mit einem eigenen Mobilgerät durchführt. Auf diese Weise können auch mehrere Studenten eine von einem Ausbilder durchgeführte Untersuchung live verfolgen (nur passiv). Eine Anleitung zur Verwendung des View-Sharing-Modus finden Sie unter *Verwendung des View-Sharing-Modus* auf Seite 69.

Info



Zeigt die folgenden Informationen an:

- Version der Clarius App und der Software des Clarius Ultraschallgeräts
- Copyright-Informationen

Links zu:

- Geschäftsbedingungen
- Datenschutzrichtlinie
- Danksagungen
- Über uns

Social-Media-Seiten für:




Abmelden

Wählen Sie diese Menüoption, um sich aus der Clarius App abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, während eine Untersuchung in Arbeit ist, wird die aktuelle Untersuchung von der Clarius App gespeichert, aber nicht an die Clarius Cloud gesendet.

Überblick über die Bildschirme

Anmeldeseite

Wenn Sie die Clarius App öffnen, wird ein Bildschirm angezeigt, über den Sie sich mit Ihrer Benutzer-ID und Ihrem Kennwort anmelden können.



- Konto erstellen: Über diese Option gelangen Sie zu einer Seite zur Kontoerstellung. Um ein neues Konto zu erstellen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse unter Verwendung der Domain an, unter der Sie vom Administrator registriert wurden, und erstellen Sie dann ein starkes Kennwort mit den folgenden Parametern:
 - Mindestens sechs Zeichen
 - Mindestens ein Großbuchstabe, eine Ziffer oder ein SonderzeichenSobald Sie registriert sind, können Sie zur Clarius Cloud wechseln und Informationen zu Ihrem Konto hinzufügen.
- Kennwort vergessen? Über diese Option gelangen Sie zur Clarius Webseite, auf der Sie Ihr Kennwort zurücksetzen können.
- Benötigen Sie Hilfe? Über diese Option gelangen Sie zur Clarius Webseite mit den Kontaktinformationen.

Seite Ultraschallgeräte

Nach der Anmeldung gelangen Sie zur Seite Ultraschallgeräte.

Auf dieser Seite sind die Clarius Ultraschallgeräte aufgeführt, die in der Clarius Cloud eingerichtet sind und auf die Sie Zugriff haben. Wenn die Clarius App das Gerät über Bluetooth erkennen kann, ist die Schallsonde in der Liste auswählbar. Ist die Schallsonde über Bluetooth nicht auffindbar, ist der Eintrag ausgegraut.

Das Symbol  neben einem Clarius Ultraschallgerät gibt an, dass Sie darauf keinen Zugriff haben. Damit Sie dieses Gerät verwenden können, muss Ihnen Ihr Administrator die entsprechenden Zugriffsrechte erteilen.



In der Liste der Clarius Ultraschallgeräte werden folgende Informationen angezeigt:

- Eine repräsentative Abbildung des Gerätetyps
- Die aktuell ausgewählte Schallsonde wird ganz oben auf der Liste angezeigt und mit  gekennzeichnet. Wenn Sie auf dieses Symbol tippen, wird die Schallsonde von Ihrem

Smartphone oder Tablet getrennt. Außerdem wird die Schallsonde ausgeschaltet.

- Die Bluetooth-RSSI (Signalstärke) .
- Der vom Benutzer angegebene Name des Ultraschallgeräts. Diesen Namen können Sie in der Clarius Cloud festlegen.
- Wie viel Zeit seit der letzten Aktivität verstrichen ist.

▼ So können Sie die Einstellungen Ihres Clarius Ultraschallgeräts auswählen:


Gehen Sie zur Seite Ultraschallgeräte, und tippen Sie auf , um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- Wi-Fi Direct: Das Ultraschallgerät baut eine Peer-to-Peer-Netzwerkverbindung mit einem WLAN-Protokoll auf.
- Den Namen Ihres WLANs
- Wi-Fi Direct-Kanal: Dies wird angezeigt, wenn Sie Wi-Fi Direct ausgewählt haben. Es wird empfohlen, die Option Auto ausgewählt zu belassen, da die Clarius App dann automatisch mit dem zuletzt verwendeten Clarius Ultraschallgerät verbunden wird.

Seite Workflows

Die Untersuchungstypen werden als Workflows bezeichnet. Ein Workflow besteht aus einer Reihe von Arbeitsschritten, die zur Durchführung einer Untersuchung erforderlich sind. Innerhalb eines Workflows stellen Sie alle Informationen zusammen, die erforderlich sind, um einen vollständigen, akkuraten Bericht für den prüfenden Arzt zu generieren.

Auf der Seite Workflows werden nur die Untersuchungstypen angezeigt, die für das ausgewählte Clarius Ultraschallgerät relevant sind. In den folgenden Tabellen sind Untersuchungen aufgelistet.



▼ So suchen Sie nach einem Workflow:

- Führen Sie einen Bildlauf durch die Optionen durch.
- Suchfeld anzeigen: Tippen Sie auf , um das Suchfeld anzuzeigen und Ihre Suchkriterien einzugeben. Die Clarius App kann auch nach teilweisen Übereinstimmungen suchen.

FÜR DIE C3-SCHALLSONDE VERFÜGBARE WORKFLOWS

Workflow	B-Modus	M-Modus	PWD	CWD
Abdomen	X		X	X
Blase	X		X	X
Kardio	X	X		X
Clarius Clip-on – Linear	X			
Schwierig	X		X	X
Lunge	X	X		
OB	X	X	X	X

FÜR DIE C7-SCHALLSONDE VERFÜGBARE WORKFLOWS

Workflow	B-Modus	M-Modus	PWD	CWD
Abdomen	X		X	X
Kardio	X	X		X
Kleine Teile	X		X	X

FÜR DIE L7-SCHALLSONDE VERFÜGBARE WORKFLOWS

Workflow	B-Modus	M-Modus	PWD	CWD	Nadelverstärkung
Brust	X		X	X	X
Lunge	X	X			
MSK	X		X	X	X
Nerven	X		X	X	X
Kleine Teile	X		X	X	X
Augen	X				
Gefäße	X	X	X	X	X

Angaben zum Patienten

Geben Sie hier die grundlegenden Informationen zum Patienten ein.


The screenshot shows the 'Angaben zum Patienten' (Patient Information) form on an iPad. The form is titled 'Angaben zum Patienten' and has a progress indicator with five steps. The fields are:

- PATIENTEN-ID
- NACHNAME
- VORNAME
- ZWEITER VORNAME
- GEBURTSDATUM
- LMP
- GESCHLECHT (with radio buttons for Weiblich, Männlich, Sonstige)
- ZUGANGSNUMMER

Sie können auf ein Feld tippen, um ein Barcode-Symbol anzuzeigen und mit dem Barcode-Scanner Ihres Mobilgerätes die Notfall-Armband-ID zu scannen. Das Akzessionsfeld ist ein spezielles Kennzeichen, das Bildern beim Hochladen in das DICOM-System zugeordnet wird.


Seite Indikationen

Hier können Sie Hinweise, beispielsweise zu Anamnese, aktuellen Symptomen, Allergien und Medikation des Patienten, eingeben.



Seite Bildgebung


Dies ist der Bildschirm, der die Live-Bildgebung zeigt.



Seite Prüfen


Nach Abschluss der Bildgebung können Sie die in der Untersuchung erfassten Ergebnisse auswerten und bearbeiten.

- Bilder
- Kinodarstellungen
- Messungen
- Berechnungen (unter Verwendung von Messungen, die entweder vom Benutzer oder automatisch vom System erfasst wurden)



Seite Eindrücke

Verwenden Sie diese Seite nach Prüfung der Bilder, um Ihre Ergebnisse aufzuzeichnen.



Systemfunktionen

Statusleuchten

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Statusleuchten des Clarius Ultraschallgeräts:

Farbe	Anzeige	Bedeutung
Blau	Blinkend	Der Scanner wird hochgefahren.
Blau	Durchgehend	Der Scanner ist bereit für eine Wi-Fi-Verbindung.
Grün	Blinkend	Der Scanner erstellt Bilder und das Live-Ultraschallbild wird über Clarius App angezeigt (hat Ultraschallausgabe).
Grün	Durchgehend	Der Scanner ist über Wi-Fi mit Clarius App verbunden und bereit, mit der Bildgebung zu beginnen.
Orange	Blinkend	Die Batterie ist fast leer.
Orange	Durchgehend	Scannerfehler (Software oder Hardware).
Violett	Blinkend	Die Software/Firmware wird aktualisiert.

Akustische Benachrichtigungen

In der folgenden Tabelle sind die akustischen Hinweise beschrieben, die das Clarius Ultraschallgerät ausgibt:

Töne	Bedeutung
1 kurzer Signalton	WLAN verbunden
2 kurze Signaltöne	Wi-Fi Direct aktiviert
2 Signaltöne kurz nacheinander	Komponenten des Ultraschallgeräts sind bereit
3 Signaltöne kurz nacheinander	Bluetooth ist bereit
2 aufsteigende Töne	Gerät wird eingeschaltet
2 absteigende Töne	Gerät wird ausgeschaltet
1 Signalton alle paar Sekunden	Akku-Ladestand kritisch niedrig
4 lange Alarmtöne	Integrierter Prozessor bereitet Softwareaktualisierung vor
4 kurze Signaltöne	Keine Netzwerkverbindung
4 Signaltöne kurz nacheinander	App-Suchanforderung (ausgewählter Rufton)
8 lange Alarmtöne	App-Suchanforderung (wichtig)

Ruhemodus

Im Ruhemodus wird das Display Ihres Smartphones oder Tablets ausgeschaltet, und alle aktuellen Funktionen werden unterbrochen. Dies trägt dazu bei, Akkuladung des Clarius Ultraschallgeräts zu einzusparen, während die Clarius App nicht in Verwendung ist.

Nach fünf Minuten der Inaktivität (keine Live-Ultraschalluntersuchung) bereitet sich das System auf den Ruhemodus vor. Die Clarius App zeigt einen 30-Sekunden-Countdown mit den folgenden Optionen an:

- Wenn Sie nichts unternehmen, wechselt das Clarius Ultraschallgerät in den Ruhemodus. Im Verbindungsstatusbereich wird das Symbol  angezeigt, und die Seite für die Live-Bildgebung befindet sich im Standbildmodus.
- Durch die Auswahl von Abbrechen verhindern Sie, dass das Clarius Ultraschallgerät in den Ruhemodus wechselt.

▼ So holen Sie das Clarius Ultraschallgerät aus dem Ruhezustand:

- Geben Sie die Seite für die Live-Bildgebung frei.
- Kehren Sie zur Seite Ultraschallgeräte zurück, und wählen Sie das Gerät erneut aus.

Automatische Abschaltung

Wenn keine Verbindung zwischen dem Clarius Ultraschallgerät und der Clarius App besteht (z. B. wenn Sie sich aus der Clarius App abgemeldet haben, das Clarius Ultraschallgerät jedoch nicht ausgeschaltet haben), schaltet sich das Clarius Ultraschallgerät automatisch ab, um Akkuladung zu sparen.

Ultraschallgerät-Positionsanzeiger

Wenn Sie das Clarius Ultraschallgerät verlegt haben, kann die Clarius App das Clarius Ultraschallgerät veranlassen, einen Signalton auszugeben.

▼ So finden Sie Ihr Clarius Ultraschallgerät:

Wechseln Sie zum Einstellungsmenü, und wählen Sie die Schaltfläche Identifizieren aus. Sie hören einen Signalton.

Verwendung des Clarius Ultrasound Scanner

3

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihren Clarius Ultrasound Scanner sicher und effektiv installieren und verwenden.

Lesen Sie den Abschnitt *Sicherheit* auf Seite 93 durch, bevor Sie mit dem Clarius Ultrasound Scanner umgehen.

Ihr Clarius Ultraschallgerät ist aktiviert und einsatzbereit. Sie müssen nur noch die Clarius App auf ein Apple iOS-Gerät oder ein Android™-Gerät herunterladen.

Herunterladen der Clarius App

Apple iOS

Sie müssen über ein iTunes-Konto verfügen und ein Kennwort erstellen.

1. Gehen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu <http://www.apple.com/ca/itunes/>.

Hierdurch wird die iTunes-Website geöffnet.

2. Suchen Sie nach der Clarius App.

Wenn Sie die Clarius App nicht finden können, liegt dies möglicherweise daran, dass Ihr Smartphone oder Tablet nicht den Mindestanforderungen genügt.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Installieren“, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hierdurch wird die App heruntergeladen.

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.

Hierdurch wird die Clarius App geöffnet.

Hinweis: Durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen Ihres iOS-Gerätes wird die Clarius App vom Startbildschirm entfernt. In diesem Fall müssen Sie die Clarius App neu installieren.

Android™

Die Clarius App ist im Google Play Store, einem von Google betriebenen Shop für digitale Medien, aus dem Sie Apps für Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen können, verfügbar. Bevor Sie die Clarius App installieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet die Mindestanforderungen erfüllt.

Sie müssen über ein Google-Konto verfügen und ein Kennwort erstellen.

1. Gehen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu <https://play.google.com>.

Hierdurch wird Google Play Store geöffnet.

2. Suchen Sie nach der Clarius App.

Wenn Sie die Clarius App nicht finden können, liegt dies möglicherweise daran, dass Ihr Smartphone oder Tablet nicht den Mindestanforderungen genügt.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Installieren“, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hierdurch wird die App heruntergeladen.

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.

Hierdurch wird die Clarius App geöffnet.

Aktualisieren des Clarius Ultrasound Scanner

Softwareaktualisierungen

Wenn eine App-Aktualisierung verfügbar wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail.

1. Öffnen Sie die Nachricht, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen und installieren“.
2. Tippen Sie auf das Symbol „Herunterladen“, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Firmware-Aktualisierungen

Wenn eine Aktualisierung der Software des Clarius Ultraschallgeräts erforderlich ist, werden Sie von der Clarius App darüber benachrichtigt und zur Aktualisierung aufgefordert.

1. Tippen Sie auf „Aktualisieren“.

Entfernen Sie während des Aktualisierungsvorgangs keinesfalls den Akku. Wenn der Akku-Ladestand zu niedrig ist, lehnt das System die Aktualisierung ab.

Während der Aktualisierung gibt das Clarius Ultraschallgerät ein violettes Blinken aus. Außerdem wird oben rechts im Bildschirm eine violette Anzeige eingeblendet. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen wurde, ändert sich die Farbe der Leuchte des Clarius Ultraschallgeräts zu Blau.

2. Stellen Sie erneut eine Verbindung zum Wi-Fi Direct-Netzwerk des Clarius Ultraschallgeräts her.

Einlegen und Herausnehmen des Akkus

Wenn der Akku fast oder ganz leer ist, laden Sie ihn unter Beachtung der Anweisungen unter *Wiederaufladen von Akkus* auf Seite 74 neu auf.

Einlegen des Akkus

▼ So legen Sie den Akku in das Clarius Ultraschallgerät ein:

1. Stellen Sie sicher, dass die Akkukontakte nach unten gerichtet sind und das Akkuetikett zum Clarius Ultraschallgerät hin zeigt.
2. Schieben Sie den Akku in das Clarius Ultraschallgerät, bis er einrastet.

Wenn die Akkukontakte erkannt werden, gibt das Clarius Ultraschallgerät einen Signalton aus.

Herausnehmen des Akkus

▼ So entnehmen Sie den Akku aus dem Clarius Ultraschallgerät:

1. Ziehen Sie die Lasche oben am Clarius Ultraschallgerät zurück.
Dadurch wird der Akku freigegeben.
2. Schieben Sie den Akku aus dem Clarius Ultraschallgerät heraus.

Ein- und Ausschalten des Systems

Starten der Clarius App



Bevor Sie den Clarius Ultrasound Scanner in Betrieb nehmen, sorgen Sie dafür, dass Sie sowohl das Clarius Ultraschallgerät als auch Ihr Smartphone oder Tablet mit der darauf installierten Clarius App zur Hand haben.

▼ So öffnen Sie die Clarius App auf Ihrem Smartphone oder Tablet:

Gehen Sie zum Startbildschirm Ihres Smartphones oder Tablets, und tippen Sie auf .

Die Clarius App wird geöffnet und zeigt den Anmeldebildschirm an.

Als Nächstes können Sie ein Ultraschallgerät auswählen.

Beenden der Clarius App

So schalten Sie das System aus:

- Schließen Sie die Clarius App, indem Sie nach oben über den Bildschirm wischen.
- Trennen Sie die WLAN-Verbindung.

Wenn Sie die Clarius App schließen, ohne die Untersuchung zu beenden, wird die Untersuchung vom System unterbrochen.

An- und abmelden

Anmelden

Wenn Sie die Clarius App öffnen, wird ein Bildschirm angezeigt, über den Sie sich mit Ihrer Benutzer-ID und Ihrem Kennwort anmelden können.

Abmelden

▼ So melden Sie sich ab:

1. Wählen Sie die Menüoption „Abmelden“.
2. Wählen Sie „Ja“.

Wenn Sie angemeldet bleiben möchten, wählen Sie „Nein“.

Verbinden Ihres Smartphones oder Tablets mit einem Clarius Ultraschallgerät

Sobald der Wartezustand des Clarius Ultraschallgeräts die maximale Zeitspanne erreicht hat, unterbricht die Clarius App die Verbindung Ihres Mobilgerätes mit dem Clarius Ultraschallgerät, sodass das Clarius Ultraschallgerät für andere Mobilgeräte verfügbar wird. Informationen zur Einstellung der maximalen Wartezeit finden Sie unter *Einstellungen* auf Seite 26.

Verbinden von Android™-Geräten mit Ultraschallgeräten

▼ So verbinden Sie Ihr Android™-Gerät mit einem Clarius Ultraschallgerät:

1. Tippen Sie auf der Seite „Ultraschallgeräte“ auf das Bild oder den Namen des Clarius Ultraschallgeräts, das Sie auswählen möchten.

Dadurch wird das gewünschte Clarius Ultraschallgerät aktiviert, und es wird versucht, es mit dem WLAN des Smartphones oder Tablets zu verbinden. Wenn das Clarius Ultraschallgerät einen Signalton ausgibt und die Leuchte blau blinkt, ist Wi-Fi Direct aktiviert. Sobald ein weiterer Signalton ertönt und die Leuchte durchgehend blau leuchtet, ist das Clarius Ultraschallgerät bereit für die WLAN-Verbindung.



Wenn die Statusleuchte nichts anzeigt (Akku leer) oder orange leuchtet (niedriger Akku-Ladestand), laden Sie den Akku wieder auf.

2. Wenn im Statuskreis ein Häkchen angezeigt wird, tippen Sie aus „Verbinden“, um Wi-Fi Direct mit dem Clarius Ultraschallgerät zu verbinden. Dadurch gelangen Sie zu den WLAN-Einstellungen.
3. Wählen Sie den Wi-Fi Direct-Namen des Clarius Ultraschallgeräts aus. Für die erstmalige Anmeldung benötigen Sie das WLAN-Kennwort des Clarius Ultraschallgeräts. Sie können das Kennwort kopieren und einfügen.

Sie werden gefragt, ob Clarius auf Ihren Standort zugreifen darf. Wählen Sie entweder „**Nie**“ oder „**Während der Verwendung**“.

4. Drücken Sie „**Beitreten**“.
5. Wählen Sie oben links „**Zurück zu Clarius**“ aus. Wenn die Clarius App seit Ihrer letzten Anmeldung aktualisiert wurde, werden Sie vom System aufgefordert, die Software des Clarius Ultraschallgeräts zu aktualisieren.

Die Statusleuchte am ausgewählten Clarius Ultraschallgerät leuchtet blau auf, was darauf hinweist, dass das Gerät mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden ist. Alle anderen Clarius Ultraschallgeräte verbleiben im Standby-Modus.

Workflows, die für das ausgewählte Clarius Ultraschallgerät relevant sind, werden aktiviert.

Wählen Sie als Nächstes einen Workflow aus. Informationen dazu finden Sie unter *Starten neuer Untersuchungen* auf Seite 46.

Verbinden von Apple iOS-Geräten mit Ultraschallgeräten

▼ So verbinden Sie Ihr Apple iOS-Gerät mit einem Clarius Ultraschallgerät:

1. Tippen Sie auf der Seite „Ultraschallgeräte“ auf das Bild oder den Namen des Clarius Ultraschallgeräts, das Sie auswählen möchten.

Dadurch wird das gewünschte Clarius Ultraschallgerät aktiviert, und es wird versucht, es mit dem WLAN des Smartphones oder Tablets zu verbinden. Wenn das Clarius Ultraschallgerät einen Signalton ausgibt und die Leuchte blau blinkt, ist Wi-Fi Direct aktiviert. Sobald ein weiterer Signalton ertönt und die Leuchte durchgehend blau leuchtet, ist das Clarius Ultraschallgerät bereit für die WLAN-Verbindung.



Wenn die Statusleuchte nicht (Akku leer) oder orange leuchtet (niedriger Akku-Ladestand), laden Sie den Akku wieder auf.

Wenn im Statuskreis ein Häkchen angezeigt wird, zeigt die Clarius App den Namen des WLAN-Netzwerks und das Kennwort des ausgewählten Clarius Ultraschallgeräts an. Merken Sie sich den Netzwerknamen. Das Kennwort wird von der Clarius App gespeichert, sodass Sie es sich nicht merken müssen.

2. Gehen Sie zur Seite „Einstellungen“ Ihres Smartphones oder Tablets, wählen Sie den Bereich „WLAN“ aus, und tippen Sie auf den Namen des WLANs Ihres Clarius Ultraschallgeräts. Dadurch wird das Kennwort automatisch in das Feld eingefügt (geschieht im Hintergrund).
3. Kehren Sie zur Clarius App zurück.

Die Statusleuchte am ausgewählten Clarius Ultraschallgerät leuchtet blau auf, was darauf hinweist, dass das Gerät mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden ist. Alle anderen Clarius Ultraschallgeräte verbleiben im Standby-Modus.

Workflows, die für das ausgewählte Clarius Ultraschallgerät relevant sind, werden aktiviert.

Wählen Sie als Nächstes einen Workflow aus. Informationen dazu finden Sie unter *Starten neuer Untersuchungen* auf Seite 46.

Verwalten von Untersuchungen



- Benachrichtigungen und Alarme von Anwendungen anderer Hersteller können Sie oder die Clarius App unterbrechen und damit die Untersuchung stören. Konfigurieren Sie Ihr Smartphone oder Tablet entsprechend den Sicherheitsrichtlinien Ihrer Einrichtung.
- Ein Schwingungsbereich, der für das Ultraschallgerät zu hoch ist, kann dazu führen, dass das Gerät während einer Untersuchung nicht richtig funktioniert.
- Die Verwendung eines falschen Geltyps oder die Kombination verschiedener Geltypen kann sowohl Risiken für den Patienten als auch minderwertige Bilder zur Folge haben.
- Die folgenden Aktionen können zu fehlerhaften Bildern führen: Fehlausrichtung des Clarius Clip-on beim Anschluss an das Ultraschallgerät, Auswahl einer inkompatiblen Untersuchungsart für das verwendete Clarius Clip-on oder Anschluss eines Clarius Clip-on während einer bereits laufenden Untersuchung.

Damit das Schallstrahlenbündel ordnungsgemäß übertragen wird, verwenden Sie ausschließlich Aquasonic 100, und zwar nur bis zu seinem Verfallsdatum. Laden Sie die Gebrauchsanleitung von www.parkerlabs.com/ herunter, und lesen Sie die Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



Verwenden Sie keine:

- Mineralöhlhaltigen Produkte oder Gele auf Lotionsbasis
- Handdesinfektionsgele
- Ultraschallgeräte, die eine Zeitlang mit Gel bedeckt waren

Starten neuer Untersuchungen

Bevor Sie eine neue Untersuchung starten, müssen Sie ein Clarius Ultraschallgerät auswählen. Informationen zur Auswahl eines Clarius Ultraschallgeräts finden Sie unter *Verbinden Ihres Smartphones oder Tablets mit einem Clarius Ultraschallgerät* auf Seite 44.

▼ So beginnen Sie eine neue Untersuchung:

Wählen Sie einen der folgenden Workflows aus der Seite Live-Bildgebung aus:

- Abdomen
- Blase
- Brust
- Kardio
- Clarius Clip-on – Herz
- Clarius Clip-on – Linear
- Schwierig

- Lunge
- MSK
- Nerven
- OB/GYN
- Augen
- Kleine Teile
- Gefäße

In der Clarius App wird der zuletzt verwendete Workflow oben im Bildschirm angezeigt.

Nachdem Sie einen Workflow ausgewählt haben, können Sie die Angaben zu Ihrem Patienten eingeben. Siehe *Eingeben von Patienteninformationen* auf Seite 48.

Unterbrechen einer Untersuchung

Wenn Dateneingaben vorzunehmen sind, für die der Patient nicht anwesend sein muss (beispielsweise bei Messungen, die an aufgenommenen Bildern vorgenommen werden), können Sie die Untersuchung unterbrechen und damit als nicht abgeschlossen kennzeichnen, sodass Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu ihr zurückkehren können.

Eine Untersuchung wird unterbrochen durch:

- Beenden der Clarius App
- Tippen auf 

Beenden einer Untersuchung

Nachdem Sie Ihre Eindrücke eingegeben haben, können Sie die Untersuchung beenden. Sobald eine Untersuchung beendet ist, wird diese als abgeschlossen gekennzeichnet und kann nicht erneut geöffnet oder wiederaufgenommen werden.

▼ So beenden Sie eine Untersuchung:

Tippen Sie auf der Seite „Eindrücke“ auf „Untersuchung beenden“, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Verwerfen: Dadurch werden die aktuelle Untersuchung und alle zugehörigen Bilder dauerhaft gelöscht. Die Clarius App leitet Sie zur Seite Workflows, wo Sie einen anderen Untersuchungstyp auswählen können.
- Senden: Hiermit beenden Sie die Untersuchung und kennzeichnen sie als abgeschlossen, selbst wenn Sie noch nicht alle Informationen in das Arbeitsblatt eingetragen haben, und bereiten Sie auf den Export in die Clarius Cloud vor. Die Clarius App stellt die Bilder in die Warteschlange, von wo sie auf Ihr Clarius Cloud Konto hochgeladen werden, sobald wieder eine Netzwerkverbindung hergestellt wird.

- Abbrechen: Über diese Option brechen Sie den Vorgang ab, sodass Sie die aktuelle Untersuchung fortsetzen können.

Wiederaufnahmen einer unterbrochenen Untersuchung

Wenn Sie zu dieser Untersuchung zurückkehren, können Sie zwar die Bildgebung nicht fortsetzen, haben jedoch Zugriff auf alle anderen Seiten.

▼ So setzen Sie eine laufende Untersuchung fort:

1. Gehen Sie entweder zur Seite Ultraschallgeräte oder Workflows.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie **„Untersuchung öffnen“**.

Die Anwendung bringt Sie zur Seite Angaben zum Patienten.

▼ So verwerfen Sie eine laufende Untersuchung:

1. Gehen Sie entweder zur Seite Ultraschallgeräte oder Workflows.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie **„Untersuchung beenden“**.

Verwalten der Patienteninformationen

Eingeben von Patienteninformationen

Nachdem Sie einen Workflow ausgewählt haben, wird die Seite Angaben zum Patienten angezeigt.

Füllen Sie die bereitgestellten Felder aus, bevor Sie mit der Untersuchung beginnen.

▼ So geben Sie Patientendaten ein:

1. Tippen Sie in ein Feld, um  anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf , um die Barcode-Seite anzuzeigen.
3. Richten Sie den Barcode des Patienten innerhalb des Rahmens aus.

Sobald die Clarius App den Barcode erfasst, kehrt sie zur Seite Angaben zum Patienten zurück und zeigt die Patientendaten in den Feldern an.

Alternativ können die Patientendaten manuell eingegeben werden.

Nachdem Sie alle erforderlichen Patienteninformationen eingegeben haben, tippen Sie auf

 , um zur nächsten Seite zu gelangen, wo Sie die Indikationen eingeben können. Informationen zum Eingeben der Indikationen finden Sie unter *Eingeben der Indikationen* auf Seite 49.

Eingeben der Indikationen

Die Seite Indikationen enthält eine Reihe von Kontrollkästchen und Feldern, über die Sie die Gründe für die Untersuchung angeben können.

Nachdem Sie alle Indikationen eingegeben haben, tippen Sie auf  , um zur nächsten Seite zu gelangen und mit der Bildgebung zu beginnen. Informationen zur Bildgebung finden Sie unter *Bildgebung* auf Seite 55.

Auswahl der Scanmodi

▼ So wählen Sie einen Modus aus:


1. Tippen Sie auf dem Bildgebungsbildschirm auf .
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 -  B-Modus-Bildgebung
 -  Color-Flow-Bildgebung (d. h. Farbdoppler)
 -  Power-Doppler-Bildgebung (d. h. Power-Doppler)
 -  M-Modus-Bildgebung

B-Modus

Zu Beginn einer Untersuchung wird standardmäßig B-Modus (Brightness Mode; Helligkeitsmodus) verwendet. Dieser auch als 2D Mode bezeichnete zweidimensionale Bildgebungsmodus verwendet eine Darstellung in Graustufen.

▼ So sehen Sie das Bild im B-Modus:

1. Tippen Sie auf dem Bildgebungsbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf .




Color-Flow-Bildgebung

Dieser Scanmodus berechnet die durchschnittliche Geschwindigkeit des Blutstroms in einem Gefäß, indem die Daten farbkodiert werden. Die Flussrichtung des Blutes in Richtung der Schallsonde und von ihr weg wird in Rot und Blau dargestellt.

▼ So sehen Sie das Bild im Farbdoppler-Modus:

Tippen Sie auf  und dann auf .



▼ So kehren Sie die Farben des Blutflusses um:

Tippen Sie auf .

▼ So sehen Sie das Bild in normaler oder langsamer Geschwindigkeit:

1. Tippen Sie auf , um eine Liste mit Optionen anzuzeigen.
2. Tippen Sie für die langsame Anzeige auf .
3. Tippen Sie auf , um zur Anzeige der normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.


▼ So verändern Sie die Größe des gelben Rahmens:

1. Ziehen Sie den gelben Rahmen, bis Pfeile angezeigt werden.
2.  gedrückt halten und vertikal oder diagonal ziehen.




▼ So verändern Sie die Form des gelben Rahmens:

1. Ziehen Sie den gelben Rahmen, bis Pfeile angezeigt werden.
2.  gedrückt halten und horizontal ziehen.



▼ So bewegen Sie den gelben Rahmen:

Ziehen Sie den gelben Rahmen zu einer neuen Stelle.




Power-Doppler-Bildgebung

Dieser Scanmodus wird zur Erfassung von Bildern verwendet, die mit dem Standard- oder Farbdoppler-Modus schwierig zu erfassen sind. Er ermöglicht eine detailliertere Darstellung des Blutflusses, insbesondere von Gefäßen innerhalb von Organen. Power-Doppler ist bei der Erkennung und Darstellung des Blutflusses empfindlicher als Farbdoppler, liefert jedoch keine Informationen über die Flussrichtung.

▼ So sehen Sie das Bild im Power-Doppler-Modus:

Tippen Sie auf  und dann auf .



Sie können den interessierenden Bereich ebenso wie im Farbdoppler-Modus in seiner Größe und Form verändern oder verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter *Color-Flow-Bildgebung* auf Seite 50.


M-Modus

Dieser Scanmodus erkennt die Geschwindigkeit bestimmter Organstrukturen, beispielsweise die fetale Herzfrequenz, indem er im B-Modus schnell aufeinanderfolgende Impulse auf einer einzigen Linie verwendet. In der Sonografie entspricht dies einem Video.

Das Beispiel links zeigt das Bild eines Herzens, das mit einer konvexen Schallsonde aufgenommen wurde. Das Beispiel rechts zeigt das Bild einer A. carotis, das mit einer linearen Schallsonde aufgenommen wurde.

▼ So sehen Sie das Bild im M-Modus:

Tippen Sie auf  und dann auf .



Über den Bild erscheint die M-Linie. Sie können deren Position verändern, bevor Sie das Spektrum hinzufügen.

▼ So verändern Sie die Position der Linie:

Auf die Linie tippen und halten und dann ziehen.

Sobald Sie die Linie loslassen, wird auf dem Bildschirm das Spektrum angezeigt.

Wenn Sie das Mobilgerät im Hochformat halten, wird das Bild über dem Spektrum angezeigt.
Wenn Sie das Mobilgerät im Querformat halten, wird das Bild links vom Spektrum angezeigt.

Messung der Herzfrequenz

Verwenden Sie die Herzfrequenzfunktion, wenn Sie den gesamten Herzzyklus im Spektrum sehen können und die Herzfrequenz berechnen wollen. Markieren Sie hierfür Anfang und Ende des Herzzyklus.

▼So messen Sie die Herzfrequenz:

1. Tippen Sie während der Live-Bildgebung auf .
2. Tippen Sie auf  und dann auf .

Zeitmessung

Verwenden Sie die Zeitmessfunktion, um die Zeit zwischen zwei Datenzeilen zu messen.

▼So messen Sie die Zeit zwischen zwei Datenzeilen:

1. Tippen Sie während der Live-Bildgebung auf .
2. Tippen Sie auf  und dann auf .

Bildgebung

Über den Kühlkörper und die Metallteile des Sondengehäuses wird Wärme abgegeben. Diese Teile dürfen Sie nicht länger als eine Minute berühren oder gegen den Patienten halten. Halten Sie die Schallsonde am schwarzen Gummigriff.

Wenn Sie zur Bildaufnahmeseite wechseln, um eine Untersuchung zu starten, wechselt das Clarius Ultraschallgerät automatisch vom Standby-Modus in den Scanmodus.

Eine typische Anwendung des Clarius Ultraschallgeräts wäre eine kontinuierliche Scanzeit von fünf Minuten, gefolgt von 10 Minuten im Standby-Modus (oder ausgeschaltet).

Anpassen der Verstärkung**Ein- und Ausschalten der automatischen Verstärkung**

Das System wählt standardmäßig die automatische Verstärkung aus. Wenn die automatische Verstärkung eingeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm  angezeigt. Durch die automatische Verstärkungsfunktion wird die Verstärkung von B-Modus-Bildern reguliert, indem Grundrauschen und Signalstärke im Bild detektiert werden. Sie können die automatische Verstärkungsfunktion ausschalten und die Verstärkung manuell anpassen.

▼ So schalten Sie die automatische Verstärkung ein bzw. aus:


Tippen Sie auf  und dann auf .



Falls manche Bilder durch die automatische Verstärkung zu hell oder zu dunkel erscheinen, können Sie die Verstärkung anpassen:

▼ So können Sie die automatische Verstärkung anpassen:

1. Ziehen Sie einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm.
In der Bildschirmmitte wird eine vertikale Linie angezeigt.
2. Schieben Sie die Balken nach links oder nach rechts, um die Verstärkung anzupassen.



Manuelles Anpassen der Verstärkung

▼ So passen Sie die Verstärkung manuell an:


1. Stellen Sie sicher, dass die automatische Verstärkung ausgeschaltet ist.

Wenn Sie das Symbol  sehen, dann ist die automatische Verstärkung eingeschaltet. Um die automatische Verstärkung auszuschalten, gehen Sie wie unter *Ein- und Ausschalten der automatischen Verstärkung* auf Seite 55 beschrieben vor.

2. Ziehen Sie einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm.

In der Bildschirmmitte werden drei vertikale Linien angezeigt.

3. Schieben Sie die Balken nach links oder nach rechts, um die Verstärkung anzupassen.




Indem Sie das Bild speichern, werden auch die Änderungen an der Verstärkung beibehalten.

Verwenden der Mittellinie

Die Mittellinie ist eine vertikale Punktlinie, die in der Mitte des Bildgebungsbildschirms angezeigt wird. Sie kann beispielsweise bei Nadelführungsprozeduren zur Führung der Nadel verwendet werden.

▼ So zeigen Sie das Führungswerkzeug an:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Live-Bildgebungsmodus befinden. In diesem Modus ist das Werkzeug aktiviert.
2. Wählen Sie  und anschließend . Die Mittellinie wird angezeigt.



▼ So blenden Sie das Führungswerkzeug aus:


- Wiederholen Sie die Schritte zur Anzeige dieses Werkzeugs.
- Halten Sie den Bildgebungsbildschirm an.

Nutzung der Nadelverstärkung

Bei der Verwendung einer linearen Schallsonde steht die Nadelverstärkung als Funktion in der Werkzeugliste zur Verfügung. Durch diese Funktion wird die Nadel innerhalb des Gewebes hervorgehoben und in Graustufen angezeigt.

▼ So verwenden Sie die Nadelverstärkung:

1. Tippen Sie auf dem Bildgebungsbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf .




Standbild/Bildfreigabe von Kinodarstellungen

Eine Kinodarstellung ist eine Sequenz von Standbildern, die in Videoform dargestellt wird. Das System behält die letzten 20 Sekunden der Bildgebung standardmäßig bei. Sie können später zurückspulen und sich diese Standbilder ansehen.

▼ So halten Sie eine Kinodarstellung an:

Tippen Sie während der Live-Bildgebung auf .



Hierdurch wird die Kinodarstellung unterbrochen. Das Symbol wird kleiner angezeigt, das Clarius Ultraschallgerät wechselt in den Standby-Modus, und die Leuchte ändert sich zu Blau.



Bei angehaltener Kinodarstellung können Sie:

- Beschriftungen zu den Bildern und der Kinodarstellung hinzufügen
- Messungen an Bildern vornehmen
- Kinodarstellungen und Bilder prüfen

Wird 30 Sekunden lang kein Scanvorgang festgestellt, wird der Live-Bildgebungsbildschirm automatisch eingefroren und das Clarius Ultraschallgerät wechselt vom Scanmodus zum Standby-Modus. Sie können diese Funktion des automatischen Standbilds deaktivieren.

▼ So deaktivieren Sie das automatische Standbild:

Drücken und halten Sie .

Das Symbol wird grün.



Die Funktion des automatischen Standbilds ist nun deaktiviert. Der Bildgebungsbildschirm läuft nun so lange weiter, bis Sie ihn manuell einfrieren.

▼ So aktivieren Sie das automatische Standbild:

- Drücken und halten Sie , bis das Symbol blau wird.
- Starten einer neuen Untersuchung.

Speichern von Kinodarstellungen und Bildern

Kinodarstellungen

▼ So zeichnen Sie eine Kinodarstellung auf:

1. Tippen Sie während der Live-Bildgebung auf  und halten Sie es gedrückt, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen.
2. Zeitdauer auswählen.

Die Live-Bildgebung kann 3, 5, 10, 20 oder 30 Sekunden lang aufgezeichnet werden.

3. Tippen Sie erneut auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

Während der Aufzeichnung der Live-Bildgebung wird neben dem Symbol ein Zähler angezeigt. Sobald der Zähler verschwindet, ist die Aufzeichnung gespeichert.

Um diese Videodatei wiederzufinden, müssen Sie diese in die Clarius Cloud hochladen. Wenn sich Ihr Mobilgerät das nächste Mal mit dem Netzwerk verbindet, geschieht dies automatisch. Sobald die Datei in der Clarius Cloud ist, kann sie angesehen werden.

Bilder

1. Tippen Sie während der Live-Bildgebung auf .
2. Fahren Sie mit dem Finger entlang des horizontalen Bildlaufbalkens, um die Sequenz der Standbilder aus der aufgenommenen Kinodarstellung anzuzeigen.
3. Entscheiden Sie, welches Bild Sie speichern möchten.
4. Tippen Sie auf .



Vergrößern und verkleinern

▼ So vergrößern Sie einen Bildbereich:

Spreizen Sie das Bild.

Alternativ können Sie auf  tippen und das Symbol zum Pluszeichen (+) hinauf ziehen.

▼ So verkleinern Sie einen Bildbereich:

Pinchen Sie das Bild.

Alternativ können Sie auf  tippen und das Symbol zum Minuszeichen (-) hinunter ziehen.

▼ So kehren Sie zur Standardeinstellung zurück:

Tippen Sie auf , und ziehen Sie es auf .

▼ So schwenken bzw. verschieben Sie das vergrößerte Bild:

Tippen Sie auf das Bild, und ziehen Sie es.


Ändern der Tiefe

Sie können die Tiefe im B-Modus bei Livebildern in der Standardansicht (nicht vergrößert oder verkleinert) verändern.

▼ So ändern Sie die Tiefe:

Fahren Sie mit dem Finger den vertikalen Balken entlang nach oben oder unten, um die Tiefe zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Auf dem Bildschirm wird eine Tiefenskala (in Zentimetern) angezeigt. Die Abstufungen der Skala hängen von der Tiefe und Größe des Displays ab.




Drehen von Bildern

Sie können ein Bild um seine Achse drehen, um es aus einem anderen Winkel zu betrachten.

▼ So drehen Sie ein Bild:

Drücken Sie  und halten Sie das Symbol gedrückt, während Sie es ziehen.




Verwendung von Anmerkungen

Kennzeichnung von Bildern

Zur Kennzeichnung von bestimmten Objekten oder zur Beschreibung eines gesamten Bildes können Sie Textfelder in den Bildgebungsbildschirm einfügen. Es gibt zwei Hauptarten von Beschriftungen:

- Beschriftung eines Bildes: Text, der sich auf die gesamte Kinodarstellung oder Aufnahme bezieht und in einer der vier Ecken des Bildgebungsbildschirms platziert ist. Bildbeschriftungen bleiben sichtbar, wenn Sie in die Clarius Cloud hochgeladen wurden.
- Angeheftete Beschriftungen: Text, der sich auf einen interessierenden Bereich bezieht und in der Nähe des Objekts platziert ist. Sie können Pfeile einfügen, um einen bestimmten Punkt des Objekts zu markieren. Angeheftete Beschriftungen werden entfernt, sobald die Bilder in die Clarius Cloud hochgeladen werden.



Beschriftungen können vor oder nach der Erfassung des Bildes erstellt werden.

▼ So erstellen Sie eine Beschriftung:

1. Tippen Sie auf  und wählen Sie .

Auf dem Bildschirm wird ein Textfeld angezeigt.

2. Geben Sie den Text ein und tippen Sie auf . Alternativ können Sie die Eingabetaste drücken.

Hinweis: Um mehrere Beschriftungen zu erstellen, tippen Sie auf .

Standardmäßig wird eine Bildbeschriftung erstellt und in der Ecke des Bildschirms platziert. Um daraus eine angeheftete Beschriftung zu machen, ziehen Sie das Textfeld zu einem interessierenden Bereich und ziehen Sie dann das -Symbol, um für einen spezifischen Punkt des Objekts einen Pfeil einzufügen. Sie können mehrere Pfeile für verschiedene Punkte im Bild einfügen. Wenn Sie die angeheftete Beschriftung zu einer anderen Stelle des Bildes ziehen, bleibt der Pfeil an der ursprünglichen Stelle verankert.

In der folgenden Tabelle ist das Verhalten von Textfeldern im Rahmen der Nutzung mit verschiedenen Bildgebungswerkzeugen zusammengefasst.

Aktion	Bildbeschriftung	Angeheftete Beschriftung
Hinein- und herauszoomen	Hinein- und herauszoomen hat keine Auswirkungen auf die Bildbeschriftung. Sie bleibt in der Ecke des Bildschirms.	Hinein- und herauszoomen belässt angeheftete Beschriftungen bei den Objekten. Wenn sich das Objekt außerhalb des Sichtbereiches befindet, wird das Textfeld am nächstgelegenen Bildschirmrand angezeigt, und die Pfeile bleiben mit dem Bild außerhalb des Sichtbereiches verbunden.
Standbild und Bildfreigabe	Bildbeschriftungen, die während der Live-Bildgebung erstellt werden, bleiben beim Standbild sichtbar.	Um eine angeheftete Beschriftung an einem Objekt anzubringen, muss ein Standbild erzeugt werden. Sobald Sie zur Live-Bildgebung zurückkehren, wird die angeheftete Beschriftung entfernt.
Kennzeichnung einer Kinodarstellung	Bildbeschriftungen, die in einer Kinodarstellung erstellt werden, bleiben auch während des Durchblätterns der Einzelbilder in der Ecke des Bildschirms.	Wird eine angeheftete Beschriftung in einer Kinodarstellung erstellt, ist das Textfeld nur im jeweiligen Einzelbild zu sehen.

Verwendung von Piktogrammen

Verwenden Sie Piktogramme (also von Symbolen, die den gescannten Objekten ähneln) als Symbole für die gescannten Körperbereiche und zur Darstellung von Platzierung und Winkel des Clarius Ultraschallgeräts in der jeweiligen Körperregion. Piktogramme liefern schnelle Informationen darüber, wie die jeweilige Körperregion gescannt wurde.

▼ So ordnen Sie einem Bild ein Piktogramm zu:

1. Tippen Sie zur Anzeige einer Liste von Werkzeugen auf  und wählen Sie dann das Piktogramm-Symbol aus.

Der Piktogramm-Bildschirm wird angezeigt.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm ein Diagramm aus.

Sie können das ausgewählte Diagramm wie ein Bild drehen. Informationen über das Drehen von Bildern finden Sie unter *Drehen von Bildern* auf Seite 64.

3. Ziehen Sie das Ultraschall-Diagramm auf einen Bereich.

Sie können das Ultraschall-Diagramm drehen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern berühren und drehen.

4. Wählen Sie das Häkchen-Symbol.

Dadurch kehren Sie zum Bildgebungsbildschirm zurück, auf dem das Piktogramm angezeigt wird. Sie können dieses Piktogramm über den gesamten Bildschirm bewegen.

Sobald das Bild erfasst wird, wird auch das Piktogramm gespeichert.

Verwenden der Messwerkzeuge

Im B-Modus können Messungen vorgenommen werden.

Um Messungen durchzuführen, tippen Sie auf , um eine Liste mit Werkzeugen anzuzeigen, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen.

Wenn Sie auf den Bildschirm tippen, um Ihre Punkte zu markieren, zeigt das System ein grünes Kreuz mit einem violetten Kreis an. Wenn Sie die Position der Endpunkte innerhalb des Bildes korrigieren möchten, setzen Sie den Finger auf den violetten Kreis, und ziehen Sie diesen, um die Endpunkte zu verschieben. Setzen Sie den Finger nicht direkt auf die grünen Kreuze, da Sie dadurch die Sicht auf die Endpunkte verdecken und die Endpunkte nicht ohne Weiteres akkurat verschieben können.

Für eine 2D-Abstandsmessung wird die Länge einer Geraden zwischen zwei Punkten mithilfe von zwei Messschiebern gemessen. Während Sie das Werkzeug zur 2D-Abstandsmessung verwenden, können Sie das Bild nicht vergrößern. Sobald Sie das Bild freigeben oder die Untersuchung beenden, entfernt das System die Maße aus dem Bild. Um die Maße beizubehalten, müssen Sie das Bild speichern.

Gängige Messwerkzeuge

-  Einzelmessung: Tippen Sie auf einen Bereich, um den ersten Punkt zu markieren, und dann auf einen anderen Bereich, um den zweiten Punkt zu markieren. Auf diese Weise erstellen Sie eine Abstandslinie zwischen den beiden Punkten. Wenn Sie das Blasenvolumen messen, können Sie aus unterschiedlichen Maßen (vor und nach der Miktion) auswählen. Das Volumen wird automatisch mit der folgenden Formel berechnet: $(\pi/6) \times \text{Länge} \times \text{Breite} \times \text{Höhe}$.
-  Doppelmessung: Tippen Sie auf einen Bereich, um den ersten Punkt zu markieren, und dann auf einen anderen Bereich, um den zweiten Punkt zu markieren. Auf diese Weise erstellen Sie eine Abstandslinie zwischen den beiden Punkten. Sie können pro Bild maximal zwei Abstände per Nachzeichnen erstellen.
-  Nachzeichnen: Drücken und halten Sie einen Bereich und ziehen Sie dann einen Kreis ein. Damit zeichnen Sie einen Umfang.

-  Ellipse: Tippen Sie auf einen Bereich, um den ersten Punkt zu markieren, und dann auf einen anderen Bereich, um den zweiten Punkt zu markieren. Die Anwendung markiert zwei weitere Punkte, um einen Kreis zu erstellen.
-  Vertikale Einzelmessung: Tippen Sie auf einen Bereich, um den ersten Punkt zu markieren, und dann auf einen anderen Bereich, um den zweiten Punkt zu markieren. Auf diese Weise erstellen Sie eine vertikale Abstandslinie zwischen den beiden Punkten.

OB/GYN-Messwerkzeuge

Im Rahmen einer OB/GYN-Untersuchung stehen Werkzeuge zur Berechnung des fetalen Wachstums zur Verfügung. Die folgenden OB/GYN-Messwerkzeuge werden zusammen mit Hadlock-Tabellen zur Berechnung des fetalen Gewichts (auf der Basis der durchschnittlichen Schwangerschaftsdauer) und des fetalen Alters (in Wochen und Tagen) verwendet. Falls Sie die gleiche Messung mehrere Male durchgeführt haben (wenn Sie beispielsweise die Länge des Femurs zweimal gemessen haben), verwendet die Clarius App den Durchschnittswert. Alle berechneten Werte werden auf der Seite Prüfen angezeigt.

- KU: Kopfumfang
- FL: Femurlänge
- BPD: biparietaler Durchmesser
- AC: Bauchumfang
- SSL: Scheitel-Steiß-Länge

Die folgenden OB/GYN-Maße werden bei der Berechnung des Fruchtwasserindex (AFI) verwendet.

- Q1: Quadrant 1
- Q2: Quadrant 2
- Q3: Quadrant 3
- Q4: Quadrant 4

Messgenauigkeit

Für Messungen an den Ultraschallbildern können Sie das Ultraschallsystem verwenden. Diese Messungen werden dann zusammen mit anderen klinischen Daten für die Diagnose herangezogen.

Stellen Sie niemals eine Diagnose auf, die ausschließlich auf Messungen beruht. Berücksichtigen Sie bei der Quantifizierung der Daten auch andere Faktoren. Die Genauigkeit der Messwerte hängt in hohem Maße von der Bildqualität ab, die wiederum sehr stark vom Systemdesign, der Scanmethode des Bedieners, der Vertrautheit mit den Systemsteuerelementen sowie von der Echogenität des Patienten beeinflusst wird.



Als Benutzer sind Sie für Bildqualität und Diagnose verantwortlich. Stellen Sie sicher, dass die zur Betrachtung und Diagnose herangezogenen Daten sowohl räumlich als auch zeitlich für die Messmethode ausreichend sind.



Bei Auswahl eines inkorrekten oder riskanten Bildgebungsmodus kann der Patient im Verlauf der Untersuchung einem Übermaß an akustischer Energie ausgesetzt werden.

Messgenauigkeitstabelle

2D-MESSBEREICH UND -GENAUIGKEIT

Messung	Relativer Fehler	Minimalbereich	Maximalbereich
Achsabstand	< $\pm 2\%$	$\leq 0,2\text{ mm}$	$\geq 24,0\text{ cm}$
Lateraler Abstand	< $\pm 2\%$	$\leq 0,2\text{ mm}$	$\geq 24,0\text{ cm}$



Ungenauere Messungen oder Fehlinterpretation von Untersuchungsergebnissen können zu Fehldiagnosen führen.

Verwendung des View-Sharing-Modus


Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass:

- Alle Mobilgeräte, die Sie für die aktuelle Übertragungssitzung verwenden, mit der gleichen Version der Clarius App laufen.
- Die Kamerafunktion der Clarius App eingeschaltet ist. Gehen Sie hierfür auf die Einstellungsseite Ihres Mobilgerätes, wählen Sie die Clarius App und schalten Sie die Kamera ein.

Bei Verwendung eines Android™-Gerätes müssen vor Beginn die mobilen Daten deaktiviert werden.

▼ So verwenden Sie den View-Sharing-Modus:

1. Gehen Sie zum ersten Gerät (dem so genannten „Scangerät“) und melden Sie sich bei der Clarius App mit Ihren Anmeldedaten an.
2. Verbinden Sie das Scangerät über das WLAN-Netzwerk mit einem Clarius Ultraschallgerät.
3. Gehen Sie zur Live-Bildgebungsseite, tippen Sie auf  und wählen Sie dann , um das Fenster Clarius Cast QR Code® anzuzeigen.



Das Wi-Fi-Direct-Netzwerk des Clarius Ultraschallgeräts verwendet stets die IP-Adresse 10.0.0.1. Wird eine andere IP-Adresse angezeigt, verwenden Sie nicht Wi-Fi Direct.

Um auf Wi-Fi Direct zu wechseln, gehen Sie auf die Seite Ultraschallgeräte und tippen Sie auf , um die Netzwerkoptionen anzuzeigen. Wählen Sie Wi-Fi Direct und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm




4. Gehen Sie zum zweiten Gerät (dem so genannten „Empfängergerät“) und melden Sie sich bei der Clarius App an.

Die in das Empfängergerät eingegebenen Anmeldedaten können sich von denen des Scangerätes unterscheiden (jeder Student kann sein eigenes Clarius Konto zur Anmeldung bei der Clarius App verwenden).

5. Verbinden Sie Ihr Empfängergerät mit dem Clarius Ultraschallgerät, indem Sie dasselbe Wi-Fi-Direct-Netzwerk und das gleiche Kennwort wie für das Scangerät verwenden.

6. Gehen Sie zum Hauptmenü und wählen Sie die Option Clarius Cast, um die Seite QR Code® scannen anzuzeigen.



7. Richten Sie den Scanbereich auf den QR-Code des Gerätes aus. Durch Ziehen der Ecken kann der Rahmen angepasst werden. Das Gerät erfasst den QR-Code automatisch.

Alternativ können Sie in den angezeigten Feldern die gleiche IP-Adresse (also 10.0.0.1) und die gleiche Portnummer wie für das Scangerät eingeben.

8. Tippen Sie auf .

Unmittelbar danach wird Ihnen das vom aktiven Clarius Ultraschallgerät erfasste Ultraschallbild angezeigt.

Das Empfängergerät kann ein erfasstes Bild vergrößern, aber keine weiteren Funktionen ausführen. Sobald der Untersucher die Verbindung seines Mobilgerätes zum Clarius Ultraschallgerät beendet, wird auch die Verbindung des Empfängergerätes mit dieser Schallsonde beendet.

Verwendung von Chromecast™

Informationen über Chromecast finden Sie unter:
https://store.google.com/magazine/google_cast_platform_story

Eine Anleitung zur Verbindung Ihrer Clarius App mit Ihrem TV finden Sie unter:
<https://support.google.com/androidtv/answer/3006709?hl=en>

Prüfen der Ergebnisse

Nach Abschluss der Bildgebung können Sie die in der Untersuchung erfassten Ergebnisse auswerten und bearbeiten:

- Bilder
- Kinodarstellungen
- Messungen
- Berechnungen, bezogen auf den aktuellen Modus oder die aktuelle Anwendung. Diese Berechnungen verwenden Messungen, die vom Benutzer (oder automatisch vom System) auf Bildern erfasst wurden.

Prüfen von Kinodarstellungen und Bildern

▼ So zeigen Sie Kinodarstellungen und Bilder während einer Untersuchung an:

Gehen Sie zum Abschnitt Prüfen.

▼ So zeigen Sie Miniaturbilder und -videos an:

Wischen Sie nach links und rechts oder nach oben und unten.

Löschen von Elementen

Sie können nicht benötigte Bilder und Kinodarstellungen auf der Seite Prüfen löschen, indem Sie neben dem Element auf das Symbol  tippen.

Nach der Prüfung tippen Sie auf , um zur nächsten Seite der Anwendung zu gelangen und Ihre Eindrücke einzugeben. Informationen zum Eingeben von Eindrücken finden Sie unter *Eingeben von Eindrücken* auf Seite 73.

Eingeben von Eindrücken

Nachdem Sie die Bilder geprüft haben, zeichnen Sie die Befunde aus der Untersuchung auf.

Nachdem Sie Ihre Eindrücke eingegeben haben, können Sie die Untersuchung beenden. Informationen zum Beenden der Untersuchung finden Sie unter *Beenden einer Untersuchung* auf Seite 47.

Wartung

Die einzigen Wartungsmaßnahmen, die erforderlich sind, sind die Reinigung und Desinfektion des Clarius Ultraschallgeräts und des Akkus gemäß den Anweisungen in *Reinigung und Desinfektion* auf Seite 85.

Führen Sie diese Wartungsmaßnahmen regelmäßig und immer dann aus, wenn sie erforderlich sind. Das System darf nur von geschultem Personal gewartet werden.



Wenn versäumt wird, der Clarius Ultrasound Scanner regelmäßig zu warten oder zu verifizieren, kann es zu unerkannten Funktionsfehlern kommen.

Wartung der Hardware

Testen von Ultraschallgeräten

Beim Einschalten des Systems werden das Ultraschallgerät hochgefahren und automatisch die internen Komponenten getestet. Die LED des Clarius Ultraschallgeräts leuchtet auf, und es wird ein Zweitonsignal ausgegeben. In der nachstehenden Tabelle werden diese Szenarien beschrieben:

Akkuzustand	Priorität	Visueller Hinweis	Audio-Hinweis
Akku niedrig	Gering	Status-LED blinkt orange	Kein

Außerdem führt das System eine Reihe von Tests im Hintergrund aus. Wenn Ihr Smartphone oder Tablet nicht mit einem drahtlosen oder Mobilfunknetz verbunden ist, werden die Protokolle in die Warteschlange gestellt, bis wieder eine Netzwerkverbindung aufgebaut wird. Gehen Sie für weitere Informationen zu www.clarius.me/contact-us, und wenden Sie sich an Clarius.

Wiederaufladen von Akkus

Da der Clarius Ultrasound Scanner mit Akku betrieben wird, müssen Sie den Akku bei Bedarf wiederaufladen. Es dauert ungefähr 1 ½ Stunden, bis ein leerer Akku voll aufgeladen ist. Ein voller Akku bietet ca. zwei Stunden Scanzeit bei typischen Untersuchungsverhalten und kann die Ladung im Ruhemodus zwei Wochen beibehalten.

Der Akku-Ladestand wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Akku-Ladestand auf ein Niveau absinkt, auf dem weniger als 10 Minuten Scanzeit verbleiben, wird eine visuelle Warnung für den Benutzer angezeigt. Akku-Warnmeldungen von Clarius Ultraschallgeräten im Ruhemodus über BLE werden für den Benutzer über die standardmäßigen Benachrichtigungsdienste des Mobilgerätes mit der Clarius App angezeigt.



Das Clarius Ultraschallgerät wird mit einem Akku-Ladestand von 30 % ausgeliefert. Laden Sie den Akku vor der Verwendung auf 100 % auf.



Wenn das Akku-Ladegerät an ein Netzteil angeschlossen wird, das nicht von Clarius hergestellt wurde und daher möglicherweise nicht die erforderlichen Spannungs- und Stromstärkewerte aufweist, kann es zur Beschädigung des Akku-Ladegeräts kommen.



Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem genannten Ladegerät.

Wenn Sie das Clarius Ultraschallgerät einschalten und es dann nicht verwenden, schaltet es sich der Reihe nach in die folgenden Modi, um die Temperatur zu reduzieren und Akkuladung zu sparen:

1. Nach 3 Sekunden wird die Bildfrequenz verringert.
2. Nach 30 Sekunden verringerter Bildfrequenz wird das Bild eingefroren.
3. Nach 10 Sekunden Standbildanzeige geht das Gerät in den Wartezustand.
4. Nach 5 Minuten im Wartezustand wird das Gerät heruntergefahren.

Der Akku bietet ca. 45 Minuten kontinuierliche Scanzeit und kann etwa sieben Tage im Standby-Modus bleiben.



Laden Sie den Akku nicht an Bord eines Flugzeugs auf.



Wird der Akku in einem Drehflügelflugzeug aufgeladen, könnte das Netzteil des Ladegerätes das elektrische System des Flugzeugs stören und zu einer Fehlfunktion mit nachfolgendem Versagen von Steuerung, Instrumenten und Kommunikationssystemen führen.

▼ So laden Sie den Akku auf:

1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Wandsteckdose ein.
2. Schließen Sie das Netzteil an die Buchse des Akku-Ladegeräts an.
3. Entnehmen Sie den Akku aus dem Clarius Ultraschallgerät. Beachten Sie dabei die Anweisungen unter *Herausnehmen des Akkus* auf Seite 42.
4. Legen Sie den Akku in einen Steckplatz des Akku-Ladegeräts ein.

Das Ladegerät weist folgende Statusleuchten auf:

- Orange: Akku wird gerade aufgeladen.
- Grün: Akku ist vollständig aufgeladen.

Aufbewahren von Ultraschallgeräten

So schützen Sie Ihr Clarius Ultraschallgerät:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät trocken ist, bevor Sie es einlagern.
- Lagern Sie es nicht bei extremen Temperaturen.
- Setzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus. Andernfalls werden zwar nicht die Sicherheit und Leistung des Clarius Ultraschallgeräts beeinträchtigt, aber die Oberfläche des Gehäuses kann sich verfärben.
- Lagern Sie das Gerät von anderer Ausrüstung getrennt.



Wenn das Ultraschallgerät bei Umgebungstemperaturen von unter -20 °C (-4 °F) oder über 50 °C (122 °F) gelagert oder transportiert wird, kann seine Leistung nachlassen, oder das Gerät kann unbrauchbar werden.

Systemwartung**Senden von Aktivitätsprotokollen**

Wählen Sie die Menüoption „Support“ aus, um zur Seite Support zu wechseln, und wählen Sie die Schaltfläche „Protokolle senden“. Dadurch werden Protokolle vom Clarius Ultraschallgerät heruntergeladen und anschließend mit den Protokollen aus der Clarius App kombiniert. Dieses Bündel wird auf die Clarius Cloud gesendet, wo es von einem Mitarbeiter von Clarius Support abgerufen werden kann. Die Protokolldateien enthalten Diagnoseinformationen.

Wenn die Protokolldateien zu groß werden, sollten Sie sie löschen, um Speicherplatz auf Ihrem Mobilgerät freizumachen. Sie löschen die Protokolldateien über das Einstellungsmenü.

Hilfe

Zusätzliche Schulung

Wenn Sie sich zusätzlich zum Clarius Ultrasound Scanner schulen möchten, arbeiten Sie die Lernprogramme unter www.clarius.me/category/education/ durch.

Fehlermeldungen

Der Clarius Ultrasound Scanner zeigt keine Fehlermeldungen an. Stattdessen gibt das Clarius Ultraschallgerät visuelle und Audiobenachrichtigungen aus.

- Eine Auflistung der visuellen Benachrichtigungen finden Sie unter *Statusleuchten* auf Seite 37.
- Eine Auflistung der Audiobenachrichtigungen finden Sie unter *Akustische Benachrichtigungen* auf Seite 38.

Benötigen Sie Hilfe?

Falls Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Lesen Sie Clarius häufig gestellte Fragen (FAQ) unter: www.clarius.me/faq/
- Wenden Sie sich an den Kundendienst unter +1-778-800-9975

Zubehör



Um dieses zusätzliche Zubehör zu bestellen, gehen Sie auf www.clarius.me/contact-us, und wenden Sie sich an Clarius:

- Clarius Dock (CIDN 99-02-00014): Diese Dockingstation ist eine Kombination aus Kühlgerät (für bis zu drei Clarius Ultraschallgeräte) und Akkuladegerät (für bis zu fünf Akkus).
- Clarius Fan (CIDN 99-02-00028): Wird dieser Lüfter an das Clarius Ultraschallgerät angebracht, ermöglicht dies eine längere Scanzeit.
- Clarius Clip-on: Durch die Anbringung eines dieser akustischen Distanzstücke wird die Funktion der Schallsonde unter folgenden Gesichtspunkten verbessert:
 - C3-L Clarius Clip-on (CIDN 99-02-00019): Ermöglicht die Verwendung der Schallsonde als lineares Array-Ultraschallgerät und die Platzierung von mehr Linien bei Gefäßscans im B-Modus.
- Clarius Strap: Der Gurt wird am Gerät befestigt und um das Handgelenk gelegt, sodass die Schallsonde während der Anwendung nicht herunterfallen kann.



Verwenden Sie den Clarius Strap nicht in einem chirurgischen Umfeld; nehmen Sie den Gurt von Ihrem Handgelenk und vom Clarius Ultraschallgerät ab.

Clarius Dock

Clarius Dock ist eine separate Zubehörkomponente, die für Ihren Clarius Ultrasound Scanner gekauft werden kann. Diese Dockingstation ist eine Kombination aus einem Kühlgerät für bis zu drei Schallköpfe, einem Akkuladegerät für bis zu fünf Akkus und einem USB-Ladegerät für zwei Geräte wie Smartphones und/oder Tablets.

Das Netzteil wird verwendet, um Clarius Dock mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Wechselstrom-Wandsteckdose anzuschließen.

Clarius Dock wurde für die Verwendung in medizinischen Facheinrichtungen entwickelt. Im Rahmen einer normalen Anwendung wird das Gerät den

Patienten nicht berühren. Es darf nicht in medizinischen Notfällen, beispielsweise bei einem Patiententransport, oder in der häuslichen Patientenversorgung verwendet werden. Clarius Dock kann auf einer Theke, einem Pult oder einem Tisch platziert werden. Es muss mehr als 1,5 m vom Untersuchungstisch oder vom Patientenbett entfernt platziert werden.

Das Clarius Dock wurde für die Verwendung mit den folgenden Clarius Produkten konzipiert:

- C3 Clarius Ultraschallgerät (CIDN 50-02-00003)
- C7 Clarius Ultraschallgerät (CIDN 50-02-00004)
- C7-VET Clarius Ultraschallgerät (CIDN 50-02-00007)
- L7 Clarius Ultraschallgerät (CIDN 50-02-00006)
- L7-VET Clarius Ultraschallgerät (CIDN 50-02-00008)
- Wiederaufladbares Lithium-Ionen-Akkupack (CIDN 99-02-00001)

Teile

Das Clarius Dock besteht aus folgenden Teilen:

- Eine komplett montierte Dockingstation (CIDN 99-02-00014).
- Ein Netzteil (CIDN 50-02-00024) mit einem für Steckdosen und Stromspannung Ihres Landes kompatiblen Netzkabel.




Abbildung 1: Clarius Dock




Abbildung 2: Ansicht von oben




Abbildung 3: Ansicht von rechts




Abbildung 4: Ansicht von hinten

Reinigen und desinfizieren Sie Ihr Clarius Dock, bevor Sie es verwenden. Eine Anleitung zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter *Reinigung und Desinfektion* auf Seite 85.

Technische Daten

Eingang	12 VDC, 11,5 A
Ausgangsleistung	8,4 VDC, 1,5 A x 5 (Ladegerät), 5,0 VDC, 2,3 A x 2 (USB)
Schutz vor Stromschlägen	Klasse II
Anwendungsteil	Keines
Schutz gegen das Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten	IP00
Betriebsmodus	Dauerbetrieb

Technische Daten des Systems

	Betriebsgrenzen	Transport- und Lagerungsbedingungen
Luftdruck	620 hPa bis 1060 hPa (3.954 m bis -38 m)	n. z.
Luftfeuchtigkeit	15 % bis 95 %s	0 % bis 95 %
Temperatur	10 °C (50 °F) bis 40 °C (113°F)	-20 °C (-4 °F) bis 50 °C (122 °F)

Inbetriebnahme

▼ So verwenden Sie Clarius Dock:

1. Reinigen und desinfizieren Sie die Ultraschallgeräte vor der Platzierung ins Clarius Dock.

Eine Anleitung zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter *Reinigung und Desinfektion* auf Seite 85.

2. Stecken Sie den Stecker der Gleichstromversorgung in das Clarius Dock.
3. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
4. Verbinden Sie den Stecker des Netzkabels mit einer Stromquelle.

Das Clarius Dock kann nun verwendet werden.



- Das Clarius Dock muss mehr als 1,5 m vom Untersuchungstisch / Patientenbett entfernt platziert werden.
- Berühren Sie nicht gleichzeitig den Patienten und das Clarius Dock.

- Bitte wenden Sie sich bei Beschädigungen des Netzkabels an Clarius, um Ersatz zu erhalten.

Verwendung von Clarius Dock

Verwendung der Kühleinheiten des Ultraschallgeräts

▼ So kühlen Sie das Clarius Ultraschallgerät:

Aktivieren Sie die Kühlfunktion, indem Sie den Schalter auf EIN schalten; die Leuchtanzeige des Schalters leuchtet grün.

Platzieren Sie die Schallsonde direkt im Kühlschlitz.

Die Akkus können herausgenommen werden oder in der Schallsonde verbleiben. Der Lüfter wird automatisch aktiviert. Es dauert etwa fünf Minuten, um eine Schallsonde auf Betriebstemperatur zu kühlen.



Die Lüfter laufen, während die Schallsonden in den Kühlschlitz platziert sind. Sobald die Schallsonden gekühlt sind, wird die Lüftung mit dem Schalter ausgeschaltet. Dadurch wird die Lebensdauer der Kühlvorrichtung maximiert.



Damit die Lüfter laufen können, muss der entsprechende Schalter auf EIN geschaltet sein.

Verwendung des Akkuladegeräts

▼ So laden Sie den Akku des Ultraschallgeräts auf:

1. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ultraschallgerät.
2. Legen Sie den Akku in einen Steckplatz des Ladegeräts ein. Der Akku rastet mit einem Klick ein.

Bei Problemen mit dem Einsetzen des Akkus: Platzieren Sie den Akku zunächst im Steckplatz, drücken Sie den Akku am vorderen Ende des Clarius Dock herunter und schieben Sie den Akku anschließend nach hinten, bis ein Klick zu hören ist.

Es dauert ungefähr 1 ½ Stunden, bis ein leerer Akku voll aufgeladen ist.

Ein Ladegerät weist folgende Statusleuchten auf:

- Orange: Akku wird gerade aufgeladen.
- Grün: Akku ist vollständig aufgeladen.
- Aus: Kein Akku eingesetzt, Akku nicht vollständig eingesetzt, keine Stromversorgung, Problem mit dem Akku.



Vermeiden Sie es, die Kontakte des Akkuladegeräts zu berühren. Es dürfen ausschließlich wiederaufladbare Clarius Lithium-Ionen-Batteriepacks (CIDN 99-02-00001) geladen werden.

Verwendung des Ladegeräts für Smartphones oder Tablets

Mit dem Clarius Dock kann jedes Smartphone oder Tablet geladen werden, das mit dem Clarius Ultrasound Scanner verwendet wird.

▼ So laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet:

1. Schließen Sie das Ladekabel Ihres Mobilgerätes wie in der Gebrauchsanweisung des Mobilgerätes beschrieben an das Mobilgerät an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit einem der beiden USB-Typ-A-Anschlüsse auf der Rückseite des Clarius Dock. Der Ladestatus wird auf dem Mobilgerät angezeigt.



Berühren Sie nicht den Patienten, während Sie die USB-Anschlüsse berühren. Berühren Sie den Patienten nicht mit einem Gerät, das mit den USB-Anschlüssen verbunden ist.

Wartung

Die einzig erforderlichen Wartungsarbeiten für das Clarius Dock sind Reinigung und Desinfektion. Reinigungshinweise finden Sie unter *Reinigung des Clarius Ultraschallgeräts* auf Seite 86. Desinfektionshinweise finden Sie unter *Desinfektion des Clarius Ultraschallgeräts* auf Seite 88.

Falls an Ihrem Clarius Dock Servicearbeiten erforderlich sind, wenden Sie sich an den Kundenservice von Clarius unter +1-778-800-9975.

Fehlerbehebung

▼ Es besteht keine Stromversorgung:

Möglicherweise ist der Stecker für die Gleichstromversorgung nicht vollständig an Clarius Dock angeschlossen. Schieben Sie den rechtwinkligen Teil des Steckers der Gleichstromversorgung vom Metallzylinder fort und führen Sie ihn erneut in die Buchse der Gleichstromversorgung des Clarius Dock ein.

- Der Stecker für die Gleichstromversorgung passt nur auf eine Weise. Achten Sie darauf, dass die rechtwinklige Seite (mit den Pfeilen) nach oben zeigt.
- Der Stecker für die Gleichstromversorgung liegt eng an, so dass Sie ihn möglicherweise vorsichtig hin und her bewegen müssen, um ihn ins Clarius Dock mit einem leichten Klick einrasten zu lassen.

Clarius Fan

Clarius Fan Wird am integrierten Kühlkörper eines beliebigen Clarius Ultraschallgeräts befestigt. Durch die Verwendung des Clarius Fan wird die Scanzeit verlängert.

▼So verwenden Sie Clarius Fan:

1. Richten Sie die Zacken des Lüfters am Ausgang des Kühlkörpers des Clarius Ultraschallgeräts aus.
2. Führen Sie die Zacken in den Ausgang ein und drücken Sie, bis sie einrasten.

Achten Sie darauf, dass die Zacken vollständig eingeführt sind.


Sobald das Clarius Ultraschallgerät eine Temperatur von 35 °C (95 °F) erreicht, wird der Lüfter automatisch aktiviert.

Reinigen und desinfizieren Sie Clarius Fan nach jeder Anwendung. Reinigungshinweise finden Sie unter *Reinigung des Clarius Fan* auf Seite 87. Desinfektionshinweise finden Sie unter *Desinfektion des Clarius Fan* auf Seite 90.

Clarius Clip-on

▼So verwenden Sie Clarius Clip-on:

1. Wählen Sie den gewünschten Clarius Clip-on Aufsatz aus.
2. Richten Sie den Aufsatz am Kopfende der Schallsonde wie in der Abbildung gezeigt aus.



3. Lassen Sie den Aufsatz einrasten.

Wenn Sie die Clarius App aufrufen und mit einer Untersuchung beginnen, wählen Sie die zum Aufsatz passende Untersuchung aus:

-  Clarius Clip-on – Linear

Reinigen und desinfizieren Sie Clarius Clip-on nach jeder Anwendung. Reinigungshinweise finden Sie unter *Reinigung des Clarius Clip-on* auf Seite 88. Desinfektionshinweise finden Sie unter *Desinfektion des Clarius Clip-on* auf Seite 91.

Reinigung und Desinfektion

5

Es ist wichtig, dass das Clarius Ultraschallgerät sofort nach der Verwendung gereinigt und desinfiziert wird. In diesem Kapitel werden Sie durch die Vorgehensweise zur Reinigung und Desinfektion geleitet.

Welche Klassifikation der Reinigung und Desinfektion Sie auswählen, hängt von der Art des Gewebes ab, mit dem das Clarius Ultraschallgerät in Kontakt kommt. Orientieren Sie sich an der *Spaulding-Klassifikation* auf Seite 92, um die korrekte Klassifikation zu finden.

Beachten Sie beim Reinigen und Desinfizieren Folgendes:

- Befolgen Sie die Vorgehensweisen in der Reihenfolge, in der sie in diesem Handbuch dargelegt werden, ohne Schritte auszulassen.
- Verwenden Sie nur Lösungen, die von Clarius Mobile Health befürwortet werden. Andere Lösungen könnten mit dem System inkompatibel sein und das Ultraschallgerät beschädigen.
- Befolgen Sie die Anweisungen, Empfehlungen und Richtlinien des Herstellers bezüglich der Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie die regional geltenden Vorschriften.
- Überprüfen Sie die Verfallsdaten, die Konzentration und die Wirksamkeit der verwendeten Chemikalien.
- Tragen Sie angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, entsprechend den Empfehlungen des Chemikalienherstellers.



- Durch wiederholte Verwendung und Reinigung können Sauberkeit und Sterilität der Hardware über die Lebensdauer hinweg (fünf Jahre für Schallsonde, Lüfter und Clarius Dock; zwei Jahre für Clarius Clip-on) nachlassen.
- Wenn ungeeignete Lösungen zur Reinigung des Ultraschallgeräts verwendet werden, kann die Geräteoberfläche beschädigt werden.
- Das Ultraschallgerät und seine Komponenten (einschließlich des Zubehörs) können den in diesem Handbuch dargelegten Reinigungs- bzw. Desinfektionsprozessen (einschließlich wiederholten Prozessen) nicht standhalten, und ihre Sicherheitsmerkmale können beschädigt werden bzw. abbauen.

- Wenn das Ultraschallgerät gereinigt oder desinfiziert wird, während der Akku installiert ist, kann es zu Kurzschluss oder Überhitzung des Akkus und dadurch zu Stromschlag und Verbrennungen kommen.
- Wird das Ultraschallgerät mit IPA (Isopropylalkohol) gereinigt bzw. desinfiziert, kann es davon Schaden nehmen.

Wenn in einem Notfall innerhalb eines kurzen Zeitraums mehrere Patienten nacheinander mit dem Ultraschallgerät untersucht werden, kann es durch unzureichende Reinigung und Desinfektion vor der Verwendung am nächsten Patienten zur Übertragung von Krankheitserregern an andere Patienten oder Benutzer kommen.

Reinigung

Reinigung des Clarius Ultraschallgeräts

Führen Sie vor der Reinigung eine Sichtprüfung des Ultraschallgeräts durch, um sicherzustellen, dass keine unakzeptablen Abnutzungserscheinungen, wie Korrosion, Verfärbung, Lochfraß oder geborstene Dichtungen, vorliegen. Wenn Beschädigungen sichtbar sind, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, und wenden Sie sich an Clarius Mobile Health.

Für die Reinigung des Ultraschallgeräts ist die richtige Reinigungsstufe auszuwählen. Bevor Sie beginnen, ermitteln Sie die Reinigungsstufe anhand der *Spaulding-Klassifikation* auf Seite 92. Wenn Sie die erforderliche Stufe ermittelt haben, nehmen Sie die Reinigungslösung zur Hand, und befolgen Sie die nachstehende Vorgehensweise.

▼ So reinigen Sie das Clarius Ultraschallgerät:

1. Stellen Sie sicher, dass das Clarius Ultraschallgerät ausgeschaltet ist.
2. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ultraschallgerät.



Es ist wichtig, dass Sie diese beiden Teile separat reinigen.

3. Befeuchten Sie zur Reinigung des Ultraschallgeräts ein weiches Tuch mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Alternativ können Sie auch ein befeuchtetes Desinfektionstuch verwenden.

Eine Auflistung geeigneter Reinigungsmittel finden Sie unter *Reinigungs- und Desinfektionsmittel* auf Seite 146.

4. Beginnen Sie auf der Oberseite des Ultraschallgeräts, und wischen Sie zum Scankopf hin. Entfernen Sie Gelspuren und Staub.
5. Reinigen Sie die Wärmesenke (Rillen entlang des Gerätekörpers). Schieben Sie dazu ein leicht mit einer Reinigungslösung befeuchtetes weiches Tuch (oder ein befeuchtetes Wischtuch) mit einem schlanken Einweginstrument, wie etwa einem Tupfer, entlang der Rille. Schieben Sie das Tuch hin und her, von einer Seite der Wärmesenke auf die andere.
6. Entsorgen Sie anschließend sowohl das Tuch als auch das Instrument.

7. Überzeugen Sie sich davon, dass alle Spuren von Gel, Staub und Körperflüssigkeiten entfernt wurden.
8. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. mit frischem Reinigungsmaterial.
9. Befeuchten Sie zur Reinigung des Akkus ein weiteres weiches Tuch mit einem geeigneten Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. Alternativ können Sie auch ein befeuchtetes Desinfektionstuch verwenden.
10. Entfernen Sie alle Spuren von Gel, Staub und Körperflüssigkeiten vom Akku.
11. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. mit frischem Reinigungsmaterial.

Halten Sie die beiden Teile nach erfolgter Reinigung separat, da sie einzeln desinfiziert werden müssen. Desinfektionshinweise finden Sie unter *Desinfektion des Clarius Ultraschallgeräts* auf Seite 88.



Da sich Partikel (z. B. Biologika, Ultraschallgel und Staub) in den Vertiefungen, Öffnungen und/oder Hohlräumen des Ultraschallgeräts absetzen, ist es leicht möglich, dass sich das Gerät nicht einfach bzw. korrekt reinigen lässt.

Reinigung des Clarius Dock

▼ So reinigen Sie das Clarius Dock:

1. Schalten Sie den Schalter für den Lüfter aus.
2. Nehmen Sie den Stecker der Gleichstromversorgung aus dem Clarius Dock.
3. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem befeuchteten Desinfektionstuch ab.

Eine Auflistung geeigneter Reinigungsmittel finden Sie unter *Reinigungs- und Desinfektionsmittel* auf Seite 146.

4. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. mit frischem Reinigungsmaterial.
5. Lassen Sie das Clarius Dock an der Luft trocknen.

Alternativ können Sie es mit einem sauberen, flusenfreien Tuch trocknen.

Reinigung des Clarius Fan

▼ So reinigen Sie das Clarius Fan:

1. Entfernen Sie das Clarius Fan vom Clarius Ultraschallgerät.
2. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem befeuchteten Desinfektionstuch ab.

Eine Auflistung geeigneter Reinigungsmittel finden Sie unter *Reinigungs- und Desinfektionsmittel* auf Seite 146.

3. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. mit frischem Reinigungsmaterial.

4. Lassen Sie das Clarius Fan an der Luft trocknen.

Alternativ können Sie es mit einem sauberen, flusenfreien Tuch trocknen.

Halten Sie die beiden Teile nach erfolgter Reinigung separat, da sie einzeln desinfiziert werden müssen.

Reinigung des Clarius Clip-on

▼ So reinigen Sie das Clarius Clip-on:

1. Entfernen Sie das Clarius Clip-on vom Clarius Ultraschallgerät.
2. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem befeuchteten Desinfektionstuch ab.
3. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. mit frischem Reinigungsmaterial.
4. Lassen Sie das Clarius Clip-on an der Luft trocknen.

Halten Sie die beiden Teile nach erfolgter Reinigung separat, da sie einzeln desinfiziert werden müssen.

Desinfektion

Desinfektion des Clarius Ultraschallgeräts

Bevor Sie mit der Desinfektion beginnen, stellen Sie sicher, dass das Ultraschallgerät ordnungsgemäß gereinigt ist (siehe *Reinigung* auf Seite 86).

Für die Desinfektion müssen Sie zunächst die angemessene Desinfektionsstufe auswählen. Ermitteln Sie die erforderliche Desinfektionsstufe anhand der *Spaulding-Klassifikation* auf Seite 92. Wenn Sie die erforderliche Stufe ermittelt haben, nehmen Sie das Desinfektionsmittel zur Hand, und befolgen Sie die nachstehenden Vorgehensweisen. Beachten Sie, dass für unterschiedliche Desinfektionsstufen nicht nur andere Desinfektionslösungen, sondern auch unterschiedliche Arbeitsschritte erforderlich sind.



Die Schallsonde wurde nicht für eine Sterilisation konzipiert. Sie kann vor oder zwischen den Anwendungen nicht sterilisiert werden.

Intermediate-Level-Desinfektion

Unter *Reinigungs- und Desinfektionsmittel* auf Seite 146 finden Sie eine Auflistung der Desinfektionsmittel, die für die Intermediate-Level-Desinfektion (mittlere Desinfektionsstufe) empfohlen werden.

Wenn das Ultraschallgerät mit offenen Wunden, Schleimhäuten oder Blut in Kontakt kommt, gilt die Desinfektionsstufe „semikritisch“, d. h. Sie müssen eine High-Level-Desinfektion (hohe Desinfektionsstufe) durchführen. Die Schritte dazu sind unter *High-Level-Desinfektion* auf Seite 89 aufgeführt.

1. Halten Sie den Akku weiterhin vom Ultraschallgerät getrennt.



Es ist wichtig, dass Sie diese beiden Teile separat desinfizieren.

2. Desinfizieren Sie das Ultraschallgerät, indem Sie es mit einem Tuch abwischen, das Sie mit einem geeigneten Desinfektionsmittel befeuchtet haben. Alternativ können Sie auch ein befeuchtetes Desinfektionstuch verwenden.
3. Desinfizieren Sie die Wärmesenke (Rillen entlang des Gerätekörpers). Schieben Sie dazu ein leicht mit einer Desinfektionslösung befeuchtetes weiches Tuch (oder ein befeuchtetes Wischtuch) mit einem schlanken Einweginstrument, wie etwa einem Tupfer, entlang der Rille. Schieben Sie das Tuch hin und her, von einer Seite der Rille auf die andere.
4. Entfernen Sie das Desinfektionstuch aus der Rille.
5. Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen. Alternativ können Sie es mit einem sauberen, flusenfreien Tuch trocknen.
6. Untersuchen Sie das Ultraschallgerät auf Beschädigungen, wie etwa Risse, durch die Flüssigkeiten eindringen können. Wenn Beschädigungen sichtbar sind, verwenden Sie das Gerät nicht, und wenden Sie sich an Clarius Mobile Health.
7. Desinfizieren Sie den Akku und den Akkuanschluss, indem Sie die Teile mit einem Tuch abwischen, das Sie mit einem geeigneten Desinfektionsmittel befeuchtet haben. Alternativ können Sie auch ein befeuchtetes Desinfektionstuch verwenden.



Der Akkuanschluss ist empfindlich. Gehen Sie behutsam damit um.

8. Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen. Alternativ können Sie es mit einem sauberen, flusenfreien Tuch trocknen.
9. Untersuchen Sie den Akku auf Beschädigungen, wie etwa Risse, durch die Flüssigkeiten eindringen können. Wenn Beschädigungen sichtbar sind, verwenden Sie das Gerät nicht, und wenden Sie sich an Clarius Mobile Health.

High-Level-Desinfektion

Unter *Reinigungs- und Desinfektionsmittel* auf Seite 146 finden Sie eine Auflistung der Desinfektionsmittel, die für die High-Level-Desinfektion empfohlen werden.

1. Halten Sie den Akku weiterhin vom Ultraschallgerät getrennt.



Es ist wichtig, dass Sie diese beiden Teile separat desinfizieren.

2. Mischen Sie die Desinfektionslösung gemäß den Anweisungen, die hinsichtlich von Konzentration und Kontaktzeit auf dem Etikett des Produkts angegeben sind.
3. Legen Sie das Ultraschallgerät und den Akku für 45 Minuten bei einer Temperatur von 23 °C (73 °F) in ein Desinfektionsbad mit CIDEX® OPA.



Es ist wichtig, dass Sie die beiden Teile separat und voneinander losgelöst eintauchen.

4. Spülen Sie das Ultraschallgerät und den Akku wie in den Anweisungen zum Desinfektionsmittel angegeben ab.
5. Lassen Sie beide Teile an der Luft trocknen. Alternativ können Sie es mit einem sauberen, flusenfreien Tuch trocknen.
6. Untersuchen Sie die Teile auf Beschädigungen, wie etwa Risse, durch die Flüssigkeiten eindringen können. Wenn Beschädigungen sichtbar sind, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, und wenden Sie sich an Clarius Mobile Health.

Desinfektion des Clarius Fan

Bevor Sie mit der Desinfektion beginnen, stellen Sie sicher, dass das Clarius Fan ordnungsgemäß gereinigt ist (siehe *Reinigung des Clarius Fan* auf Seite 87).

Da das Clarius Fan nicht in Flüssigkeiten getaucht werden darf, müssen Sie stets ein Intermediate-Level-Desinfektionsmittel verwenden. Unter *Reinigungs- und Desinfektionsmittel* auf Seite 146 finden Sie eine Auflistung der Desinfektionsmittel, die für die Intermediate-Level-Desinfektion (mittlere Desinfektionsstufe) des Clarius Fan empfohlen werden.

1. Achten Sie darauf, dass das Clarius Fan vom Ultraschallgerät getrennt ist.



Es ist wichtig, dass Sie diese beiden Teile separat desinfizieren.

2. Desinfizieren Sie das Clarius Fan, indem Sie es mit einem Tuch abwischen, das Sie mit einem geeigneten Desinfektionsmittel befeuchtet haben. Alternativ können Sie auch ein befeuchtetes Desinfektionstuch verwenden.
3. Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen. Alternativ können Sie es mit einem sauberen, flusenfreien Tuch trocknen.
4. Untersuchen Sie das Clarius Fan auf Beschädigungen, wie etwa Risse. Wenn Beschädigungen sichtbar sind, verwenden Sie den Lüfter nicht, und wenden Sie sich an Clarius Mobile Health.

Desinfektion des Clarius Clip-on

Bevor Sie mit der Desinfektion beginnen, stellen Sie sicher, dass das Clarius Clip-on ordnungsgemäß gereinigt ist (siehe *Reinigung des Clarius Clip-on* auf Seite 88).

Für die Desinfektion müssen Sie zunächst die angemessene Desinfektionsstufe auswählen. Ermitteln Sie die erforderliche Desinfektionsstufe anhand der *Spaulding-Klassifikation* auf Seite 92. Wenn Sie die erforderliche Stufe ermittelt haben, nehmen Sie das Desinfektionsmittel zur Hand, und befolgen Sie die nachstehenden Vorgehensweisen. Beachten Sie, dass für unterschiedliche Desinfektionsstufen nicht nur andere Desinfektionslösungen, sondern auch unterschiedliche Arbeitsschritte erforderlich sind.

Intermediate-Level-Desinfektion

Unter *Reinigungs- und Desinfektionsmittel* auf Seite 146 finden Sie eine Auflistung der Desinfektionsmittel, die für die Intermediate-Level-Desinfektion (mittlere Desinfektionsstufe) des Clarius Clip-on empfohlen werden.

1. Achten Sie darauf, dass das Clarius Clip-on vom Ultraschallgerät getrennt ist.



Es ist wichtig, dass Sie diese beiden Teile separat desinfizieren.

2. Desinfizieren Sie das Clarius Clip-on, indem Sie es mit einem Tuch abwischen, das Sie mit einem geeigneten Desinfektionsmittel befeuchtet haben. Alternativ können Sie auch ein befeuchtetes Desinfektionstuch verwenden.
3. Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen. Alternativ können Sie es mit einem sauberen, flusenfreien Tuch trocknen.
4. Untersuchen Sie das Clarius Clip-on auf Beschädigungen, wie etwa Risse. Wenn Beschädigungen sichtbar sind, verwenden Sie das Clarius Clip-on nicht, und wenden Sie sich an Clarius Mobile Health.

High-Level-Desinfektion

Unter *Reinigungs- und Desinfektionsmittel* auf Seite 146 finden Sie eine Auflistung der Desinfektionsmittel, die für die High-Level-Desinfektion des Clarius Clip-on empfohlen werden.

1. Achten Sie darauf, dass das Clarius Clip-on vom Ultraschallgerät getrennt ist.



Es ist wichtig, dass Sie diese beiden Teile separat desinfizieren.

2. Mischen Sie die Desinfektionslösung gemäß den Anweisungen, die hinsichtlich von Konzentration und Kontaktzeit auf dem Etikett des Produkts angegeben sind.

3. Legen Sie das Clarius Clip-on für 45 Minuten bei einer Temperatur von 23 °C (73 °F) in ein Desinfektionsbad mit CIDEX® OPA.
4. Spülen Sie das Clarius Clip-on wie in den Anweisungen zum Desinfektionsmittel angegeben ab .
5. Lassen Sie das Clarius Clip-on an der Luft trocknen. Alternativ können Sie es mit einem sauberen, flusenfreien Tuch trocknen.
6. Untersuchen Sie die Teile auf Beschädigungen, wie etwa Risse. Wenn Beschädigungen sichtbar sind, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, und wenden Sie sich an Clarius Mobile Health.

Spaulding-Klassifikation

Die für Ihr Clarius Ultraschallgerät erforderliche Stufe der Reinigung und Desinfektion beruht auf dem Spaulding-Klassifikationssystem. Durch Einhaltung der korrekten Klassifizierung tragen Sie dazu bei, Kreuzkontaminationen und Infektionen zu minimieren.

Die einzelnen Spaulding-Klassifikationen erfordern, dass die Ausrüstung einer bestimmten Stufe der Reinigung und Desinfektion unterzogen wird, bevor sie für die nächste Untersuchung verwendet werden darf. Bestimmen Sie je nach Verwendungsart Ihres Ultraschallgeräts, welche Spaulding-Klassifikation zutrifft.

SPAULDING-KLASSIFIKATION

Klasse	Verwendung	Methode
Unkritische Klasse	Berührung von intakter Haut	Reinigung, gefolgt von Intermediate-Level-Desinfektion
Semikritische Klasse	Berührung von Schleimhäuten und verletzter Haut	Reinigung, gefolgt von High-Level-Desinfektion

Sicherheit

6

Dieses Kapitel bietet Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts sowie Informationen zu Sicherheitsrichtlinien. Beachten Sie insbesondere die Warn- und Vorsichtshinweise, und befolgen Sie sie vor, während und nach dem Betrieb des Produkts:

- Warnhinweise beinhalten Informationen, die für Ihre Sicherheit als Bediener sowie für die des Patienten entscheidend sind.
- Vorsichtshinweise zeigen mögliche Beschädigungen des Produkts auf, die Ihre Garantie oder Ihren Servicevertrag ungültig machen können oder durch die Patienten- oder Systemdaten verloren gehen können.

Über den diagnostischen Ultraschall

Interaktion mit Materialien

Bei Verwendung von diagnostischem Ultraschall werden die Schallwellen auf einen interessierenden Bereich gerichtet. Auf dem Weg zu diesem Bereich interagieren die Schallwellen mit dem dort angetroffenen Material. Diese Interaktion wird durch die Charakteristika der Ultraschallwelle sowie durch die physikalischen Eigenschaften des Materials bestimmt, durch das sich die Schallwelle ausbreitet. Der Frequenzbereich für den diagnostischen Ultraschall liegt bei 2 MHz bis 15 MHz.

Geschichte

In der zweiten Hälfte der 1940er Jahre wurde Ultraschallenergie von Dr. George Ludwig am Naval Medical Research Institute, Bethesda, Maryland, USA, erstmals zu medizinischen Zwecken am menschlichen Körper angewendet. Der Physiker und gebürtige Engländer John Wild (1914–2009) verwendete Ultraschall bereits 1949 erstmals zur Beurteilung der Dicke von Darmgewebe und gilt daher als „Vater des medizinischen Ultraschalls“. Nachfolgende Fortschritte auf diesem Gebiet wurden in mehreren Ländern gleichzeitig erzielt.

Studien

Studien zur Exposition und ihren Auswirkungen wurden bei Schallstärkepegeln durchgeführt, die weit über denen liegen, die in der Praxis des diagnostischen Ultraschalls verwendet werden. Dadurch wurden zwei Mechanismen erkannt, durch die biologische Systeme geändert werden:

- Thermischer Mechanismus: Erhitzen von Weichgewebe und Knochen
- Nicht-thermischer Mechanismus: Mechanische Phänomene, wie Kavitation

Diese Mechanismen werden weiter unten erläutert.

Vorzüge und Risiken

Der Einsatz von Ultraschall ist aufgrund seiner vielen klinischen Vorzüge und seiner ausgezeichneten Sicherheit weit verbreitet. In mehr als drei Jahrzehnten der Verwendung sind keine negativen Langzeitnebenwirkungen dieser Technologie bekannt geworden.

Das Thema Sicherheit rückt zunehmend in den Mittelpunkt, da immer mehr Anwendungen gefunden werden und die Industrie technisch ausgeklügelte Ultraschallgeräte hervorbringt, die mehr diagnostische Informationen liefern denn je. Der Dialog zwischen der medizinischen Gemeinschaft, den Herstellern und der FDA hat zu einem Standard geführt, der höhere Ausgangsleistungen und somit bessere diagnostische Fähigkeiten zulässt.

Vorzüge von Ultraschall:

- Viele diagnostische Verwendungszwecke
- Sofortige Ergebnisse mit hochwertigen Informationen
- Verwendung anstelle von, ergänzend zu oder in Verbindung mit anderen Prozeduren
- Kosteneffektiv
- Tragbar
- Patientenakzeptanz
- Erwiesene Sicherheit

Risiken von Ultraschall:

Es besteht das Potenzial, dass durch Erhitzung und Kavitation unerwünschte Bioeffekte verursacht werden.

„... die Vorzüge des vernünftigen Einsatzes von diagnostischem Ultraschall für den Patienten überwiegen eventuell vorliegende Risiken.“-- AIUM

Sicherheitsthemen

Verwenden Sie den Clarius Ultrasound Scanner erst, nachdem Sie die Informationen in diesem Abschnitt vollständig gelesen und verstanden haben. Wenn das System ohne ausreichende Sicherheitskenntnisse betrieben wird, kann es zu tödlichen oder schweren körperlichen Verletzungen kommen.

In diesem Abschnitt werden allgemeine Sicherheitshinweise dargelegt. Auf spezielle Aufgaben bezogene Sicherheitsinformationen werden im jeweiligen Verfahren angemerkt. Der Clarius Ultrasound Scanner ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen bzw. zur Verwendung auf Anweisung und unter Aufsicht eines zugelassenen Arztes, der für die Unterweisung der Gerätenutzung ausgebildet ist.

„Diagnostischer Ultraschall gilt als sichere, effektive und hochgradig flexible Bildgebungsmodalität, die auf schnelle und kosteneffiziente Weise klinisch relevante Informationen über die meisten Körperteile liefern kann.“-- WHO (Weltgesundheitsorganisation)

Produktsicherheit

Clarius ist für die Sicherheit der Ultraschallgeräte verantwortlich. Die Sicherheit Ihres Smartphones oder Tablets liegt in Ihrer eigenen Verantwortung. Befolgen Sie vor, während und nach der Verwendung stets die mit Ihrem Smartphone oder Tablet gelieferten Sicherheitsrichtlinien.

Warnhinweise zum Produkt



Die folgenden Aktionen können zu tödlichen oder anderen schweren Verletzungen führen:

- Wenn Sie das System oder das Clarius Dock ohne adäquate Einweisung in die sichere und effektive Bedienung verwenden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das System sicher und effektiv bedienen können, sehen Sie von der Verwendung ab.
- Der Versuch, die Sicherheitsfunktionen des Systems oder des Clarius Dock zu entfernen, zu ändern, außer Kraft zu setzen oder zu behindern.
- Die Verwendung des Systems oder des Clarius Dock in Verbindung mit Produkten, die Clarius nicht als mit dem System kompatibel anerkennt, oder die Verwendung des Produkts für unbeabsichtigte Zwecke.



- Beenden Sie die Verwendung umgehend, wenn Sie eine Funktionsstörung von System, Schallsonde oder Clarius Dock vermuten. Gehen Sie zu www.clarius.me/contact-us, und wenden Sie sich an Clarius.
- Um zu vermeiden, dass Sie und Ihr Patient Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind, dürfen Sie das System nicht verwenden, wenn eine Systemkomponente oder das Clarius Dock bekanntermaßen oder vermutlich defekt oder inkorrekt eingestellt ist. Das System darf erst wieder in Verwendung genommen werden, wenn es repariert wurde.
- Um die Effektivität des Systems und die Sicherheit des Patienten, des Benutzers und anderer Personen zu gewährleisten, dürfen Sie das System nur dann an Patienten anwenden, wenn Sie adäquate Kenntnisse über die Funktionen des Systems besitzen.
- Konfigurieren Sie Ihr Smartphone oder Tablet entsprechend den Sicherheitsrichtlinien Ihrer Einrichtung. Beispielsweise können sich Benachrichtigungen und Warnmeldungen von Anwendungen anderer Hersteller störend auf eine Untersuchung auswirken.

Produktkompatibilität

Der Clarius Ultrasound Scanner wird mit einem Akku, einem Akku-Ladegerät und einem Netzteil für das Ladegerät ausgeliefert. Je nachdem, in welchem Land Sie das Produkt erworben haben, enthält der Lieferumfang möglicherweise auch ein Päckchen Ultraschallgel für eine Anwendung. Verwenden Sie Ihr System oder das Clarius Dock nicht in Kombination mit anderen Produkten oder Komponenten, die nicht von Clarius hergestellt sind, es sei denn, sie werden von Clarius ausdrücklich als kompatible anerkannt.

Änderungen und Ergänzungen zum System dürfen nur von Clarius oder von Dritten vorgenommen werden, die von Clarius speziell dazu autorisiert wurden. Solche Änderungen und Ergänzungen müssen den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die innerhalb des betreffenden Zuständigkeitsbereichs rechtskräftig sind, und die gute fachliche Praxis einhalten. Systemänderungen und -ergänzungen, die ohne eine einschlägige Ausbildung oder unter Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile vorgenommen werden, können zu Beschädigungen am System sowie zu körperlichen Verletzungen führen.

Akkusicherheit



Wenn der Akku sich nicht vollständig aufladen lässt, tauschen Sie ihn aus.

- Halten Sie den Akku von Wärmequellen fern. Beispielsweise dürfen Sie den Akku nicht in der Nähe von Heizkörpern oder offenen Flammen aufladen.
- Werfen Sie den Akku nicht zur Entsorgung ins Feuer.
- Kontakte nicht öffnen, zerdrücken, durchstechen oder kurzschließen.
- Wenn der Akku ausläuft oder einen Geruch verströmt, entnehmen Sie ihn aus dem Ultraschallgerät und wenden Sie sich an den technischen Support von Clarius.
- Wenn der Akku einen Geruch oder Wärme abgibt, verformt oder verfärbt ist oder während der Verwendung, des Ladevorgangs oder der Lagerung auf irgendeine Weise auffällig ist, entfernen Sie ihn umgehend und verwenden Sie ihn nicht mehr. Wenn Sie Fragen zum Akku haben, gehen Sie zu www.clarius.me/contact-us und wenden Sie sich an Clarius.
- Wenn der Akku länger als einen Monat ungenutzt bleiben soll, halten Sie ihn auf einem Ladestand zwischen 40 % und 50 %, um seine Lebenszeit zu verlängern, und lagern Sie ihn bei Temperaturen zwischen -20 °C (-4° F) und 20 °C (68° F).



Durch die folgenden Aktionen kann der Akku beschädigt werden:

- Zurücksenden eines beschädigten Akkus ohne entsprechende Anweisungen durch den technischen Support von Clarius.
- Kurzschließen des Akkus, indem der positive und der negative Pol direkt mit Metallobjekten verbunden werden.
- Verwenden des Akkus bei Temperaturen unter -20 °C (-4 °F) oder über 60 °C (140 °F).
- Laden des Akkus bei Temperaturen unter 10 °C (50 °F) oder über 45 °C (113 °F).
- Übermäßige Kraftanwendung beim Einlegen des Akkus in das System. Die Polarität der Akkupole liegt fest und kann nicht umgekehrt werden.
- Anschließen des Akkus an eine Steckdose.

- Laden des Akkus unter Verwendung von Ausrüstung, die nicht von Clarius hergestellt wurde. Laden Sie den Akku stets mit dem von Clarius bereitgestellten Ladegerät auf.
- Vermeiden Sie es, die Akkukontakte zu berühren.
- Setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht aus.

Sicherheit bei der Reinigung

Reinigung und Wartung des Ultraschallsystems und der Peripheriegeräte sowie des Clarius Dock sind von großer Wichtigkeit. Eine gründliche Reinigung ist insbesondere für die periphere Ausrüstung von Bedeutung, da diese elektromechanische Teile enthält. Wenn die Schallsonde ständiger übermäßiger Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, leidet sowohl die Leistung als auch die Zuverlässigkeit des Produkts.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Schallsonde und Clarius Dock entsprechend den relevanten Anweisungen in diesem Handbuch zu reinigen und zu desinfizieren. Anweisungen zum Reinigen und Desinfizieren des Clarius Ultraschallgeräts finden Sie unter *Reinigung* auf Seite 86.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel



- Verwenden Sie nur die von Clarius empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Vermeiden Sie Aceton, Methylethylketon (MEK), Verdünnung und andere starke Lösungs- und Scheuermittel.
- Tragen Sie bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten stets eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- Desinfektionsmittel werden aufgrund ihrer chemischen Verträglichkeit mit den Produktmaterialien (und nicht aufgrund ihrer biologischen Wirksamkeit) empfohlen. Informationen zur biologischen Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln finden Sie in den Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller dieser Produkte, der Food and Drug Administration (FDA) und der Centers for Disease Control der USA.
- Wenn eine fertige Lösung verwendet werden soll, überprüfen Sie das Verfallsdatum.
- Welches Desinfektionsniveau das Ultraschallsystem erfordert, hängt von dem Gewebetyp ab, mit dem es in Berührung kommt. Stellen Sie sicher, dass das Desinfektionsmittel für die Schallsonde und die jeweilige Anwendung angemessen sind. Lesen Sie außerdem die Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektionsmittels sowie die Empfehlungen der Association for Professionals in Infection Control, der FDA und der Centers for Disease Control der USA.
- Reinigen Sie die Schallsonde und Clarius Dock nach jeder Verwendung. Dies ist ein wichtiger Arbeitsschritt, der vor der Desinfektion durchzuführen ist.
- Stellen Sie für die Desinfektion der Schallsonde oder des Clarius Dock sicher, dass Konzentration und Kontaktzeit der Lösung ausreichen, um eine Desinfektion zu erzielen.
- Die Schallsonde kann beschädigt werden, wenn Sie eine nicht empfohlene Desinfektionslösung oder eine inkorrekte Konzentration verwenden und wenn Sie das Gerät tiefer und länger eintauchen als empfohlen.
- Befolgen Sie bei der Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln die Empfehlungen und Anweisungen des Herstellers.

Minimieren der Auswirkungen von Desinfektionsmittelrückständen

Bei Verwendung eines Desinfektionsmittels auf OPA-Basis können Rückstände der Lösung auf der Schallsonde oder auf dem Clarius Dock verbleiben, wenn Sie die Herstelleranweisungen nicht genau befolgen.

Um die Auswirkungen von OPA- oder anderen Desinfektionsmittelrückständen zu minimieren, empfiehlt Clarius Folgendes:

- Befolgen Sie die Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers gewissenhaft.
- Begrenzen Sie die Zeit, die das Ultraschallgerät in der Desinfektionslösung verbringt, auf die vom Hersteller des Desinfektionsmittels empfohlene Mindestzeit.

Faktoren, die sich auf die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels auswirken

Die folgenden Faktoren beeinflussen die Wirksamkeit einer Desinfektionslösung:

- Anzahl und Aufenthaltsort von Mikroorganismen
- Widerstandsfähigkeit der Mikroorganismen
- Konzentration und Stärke der Desinfektionsmittel
- Physikalische und chemische Faktoren
- Organische und anorganische Materialien
- Expositionszeit
- Biofilme

Pflege des Ultraschallgeräts

Fussel, Staub und Licht (einschließlich Sonnenlicht) haben keine Auswirkungen auf die grundlegende Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Schallsonde.



- Sorgen Sie dafür, dass das Ultraschallgerät nicht mit scharfen Gegenständen, wie Scheren, Skalpellen oder Kauterisationsmessern, in Berührung kommt.
- Setzen Sie das Ultraschallgerät keinen harten Stößen aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen von Ultraschallgeräten keine Chirurgenbürste. Selbst bei der Verwendung weicher Bürsten kann das Ultraschallgerät beschädigt werden.
- Die Ultraschallgeräte müssen völlig trocken sein, bevor sie weggepackt werden. Muss die Schallkopflinse bzw. das Schallfenster nach der Reinigung abgetrocknet werden, so tupfen Sie sie mit einem weichen Tuch ab, anstatt sie abzuwischen.
- Verwenden Sie nur flüssige Lösungen zur Desinfektion von Ultraschallgeräten.
- Prüfen Sie die Linse des Schallfensters wie in *Reinigung* auf Seite 86 beschrieben regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen, um ein Nachlassen der Bildqualität und Hautabschürfungen beim Patienten zu vermeiden.



Durch die folgenden Aktionen kann das Ultraschallgerät beschädigt werden:

- Reinigen oder Desinfizieren des Geräts unter Verwendung von Methoden, die von Clarius nicht genehmigt sind.
- Verwenden von Papier oder scheuernden Produkten. Solche Objekte beschädigen die weiche Linse des Schallfensters des Ultraschallgeräts. Wenn die Linse so beschädigt ist, dass die Schallkopfelemente frei liegen, verwenden Sie die Schallsonde nicht mehr, sondern gehen Sie zu www.clarius.me/contact-us und wenden Sie sich umgehend an Clarius. Frei liegende Schallkopfelemente können am Patienten Verbrennungen oder Stromschlag verursachen.
- Einweichen des Ultraschallgeräts für längere Zeit. Halten Sie sich an die vom Hersteller des Desinfektionsmittels empfohlene Einweichzeit und-tiefe.

Pflege des Clarius Dock



- Das Clarius Dock muss völlig trocken sein, bevor es weggepackt wird.
- Verwenden Sie nur flüssige Lösungen zur Desinfektion von Clarius Dock.
- Die Reinigung oder Desinfektion eines Clarius Dock mit Verfahren, die von Clarius nicht zugelassen sind, können zu Beschädigungen führen.

Klinische Sicherheit

Sicherheit beim Umgang mit Nadeln



- Wenn die Nadel nicht sichtbar ist, führen Sie die Nadelprozedur nicht durch.
- Dünne Nadeln können sich beim Eindringen in das Gewebe biegen. Prüfen Sie die Position der Nadel, indem Sie das von der Nadel zurückkehrende Ultraschallecho identifizieren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie zur Ortung der Nadel kein falsches Nadelbild verwenden. Durch Nachhall oder andere Gewebeartefakte hervorgerufene falsche Nadelbilder können irreführend sein.

Sicherheit bei Verwendung von Defibrillation

Wenn während des Einsatzes des Clarius Ultrasound Scanners eine Defibrillation erforderlich ist, verwenden Sie Defibrillatoren ohne geerdete Patientenschaltkreise. Sie können ermitteln, ob der Patientenschaltkreis des Defibrillators geerdet ist, indem Sie sich im Wartungshandbuch des Produkts oder bei einem Biomedizintechniker informieren.

Entfernen Sie vor der Defibrillation alle Teile des Systems, die mit dem Patienten in Berührung sind.

Biologische Sicherheit



- Wenn ein System sprunghafte oder ungleichmäßige Bildaktualisierungen aufweist, verwenden Sie es nicht. Solche Erscheinungen weisen auf Hardwarefehler hin, die behoben werden müssen, bevor das Produkt wieder verwendet werden kann.
- Halten Sie sich an das ALARA-Strahlenschutzprinzip (As Low As Reasonably Achievable- so niedrig wie sinnvollerweise erreichbar).

Latex

Clarius Ultrasound Scanner enthalten keinen Naturkautschuk.

Beachten Sie die folgenden FDA-Empfehlungen zur Erhöhung des Bewusstseins gegenüber Latexallergie:

- Nehmen Sie Fragen zur Empfindlichkeit gegenüber Latex in die Patientenanamnese auf. Diese Empfehlung ist insbesondere für Patienten der Chirurgie und Radiologie, für Patienten mit Spina bifida sowie für Mitarbeiter des Gesundheitswesens von Bedeutung. Geeignet sind etwa Fragen danach, ob der Patient auf das Tragen von Latexhandschuhen oder das Aufblasen eines Luftballons mit Juckreiz, Hautausschlag oder Pfeifatmung reagiert. Kennzeichnen Sie die Patientenakte von Patienten mit einer positiven Anamnese.
- Wenn eine Empfindlichkeit gegenüber Latex vermutet wird, könnten Sie über dem Latexhandschuh einen weiteren Handschuh tragen, der keinen Latex enthält. Wenn sowohl der Therapeut als auch der Patient allergisch sind, könnte ein Latexhandschuh in der Mitte verwendet werden. (Latexhandschuhe, die als „hypoallergen“ gekennzeichnet sind, verhindern nicht in jedem Fall eine unerwünschte Wirkung.)
- Rechnen Sie mit einer möglichen allergischen Reaktion, wann immer Latex mit Schleimhäuten in Berührung kommt.
- Wenn bei Auftreten einer allergischen Reaktion Latex als Auslöser vermutet wird, weisen Sie den Patienten auf eine mögliche Latexempfindlichkeit hin und ziehen Sie eine immunologische Analyse in Betracht.
- Raten Sie dem Patienten an, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der Notdienste über eine bekannte Latexempfindlichkeit zu unterrichten, bevor er sich einer medizinischen Prozedur unterzieht. Es empfiehlt sich, Patienten mit einer schweren Latexempfindlichkeit anzuraten, ein medizinisches Notfall-Armband zu tragen.

Bioeffekte

Thermisch

Thermische Bioeffekte entstehen, wenn bei Absorption der Ultraschallenergie Wärme erzeugt wird. Die erzeugte Wärmemenge hängt von Schallstärke, Expositionszeit und den Absorptionseigenschaften des Gewebes ab.

Gewebe absorbiert Ultraschallenergie je nach seinen Absorptionseigenschaften unterschiedlich stark. Die Absorptionseigenschaften werden durch den Absorptionskoeffizienten quantifiziert:

- Flüssigkeiten: Der Absorptionskoeffizient von Flüssigkeiten liegt nahe Null. Flüssigkeiten wie Fruchtwasser, Blut und Urin nehmen äußerst wenig Ultraschallenergie auf. Daher wird der Ultraschall beim Durchqueren einer Flüssigkeit nur geringfügig abgeschwächt. Auch erhöht sich die Temperatur der Flüssigkeit nur geringfügig.
- Knochen: Der Absorptionskoeffizient von Knochen ist sehr hoch. Dichter Knochen absorbiert die Energie sehr schnell und bewirkt einen raschen Anstieg der Temperatur. Das Knochengewebe eines Erwachsenen absorbiert nahezu die gesamte Schallenergie, die darauf auftrifft. Die Absorptionskoeffizienten von fetalem Knochengewebe variieren stark je nach Ossifikationsgrad.
- Weichgewebe: Je nach Organ variiert die Dichte von Weichgewebe stark, während sie innerhalb ein und desselben Organs weitgehend homogen ist. Durch die Bezeichnung

Weichgewebe wird dieses Gewebe von harten Geweben wie Knochen unterschieden. Auch innerhalb eines Organs ist die Gewebedichte nicht überall gleich. Für unsere Zwecke gehen wir jedoch davon aus, dass das Abklingen im gesamten Organ gleichmäßig erfolgt. Dies wird als homogenes Weichgewebemodell bezeichnet.

Das Abklingen wird verursacht durch:

- Absorption: Umwandlung der Schallenergie in Wärme
- Streuung: Umlenkung des Ultraschalls

Mechanisch (nicht thermisch)

Bei mechanischen Bioeffekten handelt es sich um Schwellenwertphänomene, wie etwa Kavitation, die auftreten, wenn die Ausgabe ein bestimmtes Niveau überschreitet. Dieser Schwellenwert ist für unterschiedliche Gewebetypen verschieden.

Kavitation ist durch die Interaktion von Ultraschall mit Gasblasen gekennzeichnet, durch die rasche und potenziell gefährliche Änderungen der Blasengröße hervorgerufen werden. Diese Blasen stammen aus so genannten Keimstellen im Material, deren Wesen und Ursprung in komplexen Medien wie Gewebe oder Blut zurzeit noch nicht vollständig nachvollzogen werden kann. Durch Änderung der Blasengröße können sich Temperatur und Druck in der Blase erhöhen, wodurch es zu mechanischer Belastung des umgebenden Gewebes, der Bildung von Flüssigkeits-Microjets und der Freisetzung freier Radikale kommt. Gashaltige Strukturen wie die Lunge sind besonders anfällig für die Auswirkungen der Schallkavitation, wobei solche Hochfrequenz-Ultraschalluntersuchungen nicht lange genug andauern, um ein signifikantes Anwachsen der Blasen hervorzurufen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass unter solchen Bedingungen Kavitation auftritt. Folgende Faktoren verursachen Kavitation: Druck (Kompression, Luftverdünnung), Frequenz, fokussierte/unfokussierte Strahlen, gepulste/kontinuierliche Wellen, Ausmaß von Stehwellen, Grenzen sowie die Eigenschaften und Zustand des Materials.

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge stellt der Einsatz transienter Kavitation ein Schwellenwertphänomen dar. Damit inertielle Kavitation auftritt, muss eine Kombination aus Verdünnungsdruckwerten, Ultraschallfrequenzen und Kavitationskeimen vorliegen. Wenn die inertielle Kavitation ein Schwellenwertphänomen ist, werden solche Ereignisse unabhängig von der Expositionszeit niemals durch Druckwerte unterhalb des Schwellenwerts hervorgerufen.

Die Kavitation wird in zwei Kategorien unterteilt:

- Stabil: Stabile Kavitation tritt in Verbindung mit schwingenden Gaskörpern auf. Bei dieser Art der Kavitation schwingt bzw. pulsiert ein Gaskörper kontinuierlich um seine Gleichgewichtsgröße. Während sich die Schwingungen einpendeln, fängt das flüssigkeitsartige Medium um den Gaskörper an zu fließen. Dies wird als Microstreaming bezeichnet. Microstreaming kann nachweislich ausreichend Stress verursachen, dass Zellmembranen dadurch zerstört werden.
- Inertial: Während der inertialen (transienten) Kavitation dehnen sich bestehende Blasen bzw. Kavitationskeime aufgrund des Verdünnungsdrucks des Ultraschallfelds aus und kollabieren anschließend in einer heftigen Implosion. Der gesamte Vorgang findet innerhalb von Mikrosekunden statt. Durch die Implosion kann es zu riesigen lokalen Temperaturanstiegen von Tausenden von Grad Celsius sowie zu Drücken von Hunderten von Atmosphären kommen, die alle in einem Volumen von weniger als 1 μm^3 auftreten können. Die Implosion kann Zellen und Gewebe schädigen und letztlich zum Zelltod führen. Außerdem können durch Blasenimplosion hochreaktive chemische Spezies entstehen.

Alle diese Auswirkungen – Microstreaming, Implosion und die Erzeugung reaktiver Chemikalien – treten in einem sehr kleinen Bereich um die Blase herum auf, wo sie sich lediglich auf einige Zellen auswirken.

Bei Exposition der Lunge kann es bei Versuchstieren unter bestimmten Laborbedingungen zu kleinen, lokal begrenzten Hämorrhagien kommen. Diese Läsionen lösen sich von selbst auf und hinterlassen bei normalen Versuchsindividuen keine dauerhaften Effekte. Ihre mögliche Signifikanz für geschwächte Individuen wurde nicht untersucht.

ALARA-Prinzip

Für die Verwendung von diagnostischem Ultraschall gilt das Grundprinzip ALARA (so niedrig wie sinnvollerweise erreichbar). Der Schwellenwert für Bioeffekte des diagnostischen Ultraschalls ist unbestimmt, sodass die Definition des Begriffs „sinnvoll“ dem Urteilsvermögen und den Kenntnissen des Fachpersonals überlassen ist. Es können keine Regeln aufgestellt werden, die umfassend genug sind, um die korrekte Reaktion unter allen Bedingungen vorzugeben. Sie können die Bioeffekte des Ultraschalls minimieren, indem Sie die Ultraschall-Exposition auf das niedrigste Niveau begrenzen, auf dem sinnvolle diagnostische Bilder aufgenommen werden können.

Indizes der Leistungsanzeige sollen weiterführende Informationen zur Qualität bieten und dem Anwender dabei helfen, die ALARA-Prinzipien bei der Verwendung der Ultraschalltechnologie anzuwenden. Variablen, die sich darauf auswirken, wie die Indizes der Leistungsanzeige zur Umsetzung der ALARA-Prinzipien herangezogen werden:

- Indexwerte
- Körpergröße
- Lage des Knochens relativ zum Brennpunkt
- Abklingen im Körperinneren
- Ultraschall-Expositionszeit (besonders hilfreiche Variable, da vom Benutzer gesteuert)

Anwendung von ALARA

Welchen Bildgebungsmodus des Systems Sie auswählen, hängt von den erforderlichen Informationen ab. Die Kenntnis des verwendeten Bildgebungsmodus, die Schallkopffrequenz, Systemeinrichtungswerte, Scanmethoden, Expositionszeit, System- und Schallsondenfähigkeiten sowie die praktische Erfahrung des Bedieners befähigen den Sonographen dazu, das ALARA-Prinzip mit sachkundigem Urteil anzuwenden und die Definition des ALARA-Prinzips zu erfüllen.

Es obliegt dem Bediener des Systems, die angemessene Schallleistung zu verwenden. Bei dieser Entscheidung müssen die folgenden Faktoren berücksichtigt werden: Typ des Patienten, Untersuchungstyp, Patientenanamnese, Schwierigkeitsgrad der Erfassung diagnostisch nützlicher Informationen und die potenzielle lokale Wärmeentwicklung am Patienten aufgrund der Oberflächentemperaturen der Schallsonde. Das Ziel besteht darin, die Exposition des Patienten auf die niedrigsten Indexwerte und die kürzeste Expositionszeit zu begrenzen, bei denen akzeptable diagnostische Ergebnisse erzielt werden können.

Ein hoher Indexwert bedeutet nicht unbedingt, dass ein Bioeffekt auftritt; die Möglichkeit besteht jedoch und muss ernst genommen werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Expositionszeit so weit wie möglich zu begrenzen, um die möglichen Auswirkungen eines hohen Indexwertes zu reduzieren.

Mithilfe von Systemsteuerungen (direkte, indirekte und Empfänger) kann die Bildqualität justiert und die Schallstärke begrenzt werden. Diese Steuerungen beziehen sich auf die Methoden, mit denen der Bediener ALARA umsetzen kann.

Verwenden von Systemsteuerungen zur Umsetzung des ALARA-Prinzips

Direkte Steuerungen

Das System hat keine direkte Steuerung der Schallleistung; es liegt daher in der Verantwortung des Sonographers, die Expositionszeit und Scanmethode zu steuern, um dem ALARA-Prinzip gerecht zu werden. Um sicherzustellen, dass die Schall- und Temperaturgrenzen für die Bildgebungsmodi nicht überschritten werden, reguliert das Clarius Ultrasound Scanner System die Schallleistung automatisch.

Das System wendet auf alle Bildgebungsmodi eine obere Grenze des räumlichen Spitzen- und zeitlichen Mittelwerts der Intensität (I_{SPTA}) von 720 mW/cm^2 an, die nicht überschritten wird. Für den mechanischen Index (MI) und thermischen Index (TI) gilt ein oberer Grenzwert von 1,0.

Indirekte Steuerungen

Steuerungen, die Bildgebungsmodus, Standbildfunktion und Tiefe beeinflussen, wirken sich indirekt auf die Leistung aus. Durch den Bildgebungsmodus wird der Typ des Ultraschallstrahls bestimmt. Da die Standbildfunktion die Ultraschallausgabe anhält, das letzte Bild jedoch auf dem Bildschirm belässt, können Sie mithilfe dieser Funktion die Expositionszeit begrenzen, während Sie ein Bild betrachten und die Position der Schallsonde beibehalten. Bestimmte Steuerungen, wie etwa die Tiefe, entsprechen ungefähr der Leistung und können als allgemeine Möglichkeit zur Reduzierung von MI oder TI verwendet werden.

Steuerungen, die sich indirekt auf die Schallstärke auswirken:

- Pulswiederholfrequenz: Je höher die Pulswiederholfrequenz (Pulse Repetition Frequency; PRF), desto mehr Leistung wird pro Sekunde gepulst, wodurch der zeitliche Mittelwert der Intensität erhöht wird.
- Fokussiertiefe: Indem der Fokus der Schallsonde auf die richtige Tiefe eingestellt wird, wird die Auflösung der betreffenden Struktur verbessert, ohne dass die Schallstärke erhöht werden muss, um die Struktur besser sehen zu können.
- Impulslänge: Im Allgemeinen gilt, dass der zeitliche Mittelwert der Intensität umso größer ist, je länger der Impuls ist, wodurch sowohl die Temperatur im Gewebe erhöht als auch die Wahrscheinlichkeit einer Kavitation vergrößert wird.
- Verweildauer: Bei Scanned-Modi wie dem B-Modus wird die Energie über ein großes Volumen verteilt. Die höchste Temperatur wird bei Scanned-Modi (Ausrüstung hält den Strahl unbeweglich) oft an der Oberfläche entwickelt, wo der Ultraschall in den Körper eintritt.

Empfängersteuerungen

Die Empfängersteuerungen haben keine Auswirkung auf die Leistung. Die folgenden Empfängersteuerungen beeinflussen lediglich die Bilder:

- Verstärkung oder Tiefenausgleich (Time-Gain Control; TGC)
- Dynamikbereich
- Nachverarbeitung

Benutzerverantwortung

Die Tatsache, dass verschiedene Betriebsmodi und Ausgangspegel zur Auswahl stehen, bedeutet, dass der Benutzer eine größere Verantwortung übernehmen muss. Dieser Punkt wird allzu oft vernachlässigt: Viele gehen davon aus, dass bei einem von der FDA zugelassenen Gerät kein Risiko von Bioeffekten besteht. Diese Auffassung ist inkorrekt, da durch Änderung des Betriebsmodus oder durch Handhabung der Steuerelemente potenziell gravierende Änderungen der Leistung und somit der Exposition bewirkt werden. Die Verantwortung für die Patientensicherheit ist hier also vom Hersteller auf den Benutzer verlagert.

Um gute diagnostische Informationen zu erhalten, ist eine große Amplitude des Rücklaufsignals erforderlich. Dies kann entweder durch eine höhere Leistung, vergleichbar mit lauterem Sprechen, oder durch eine größere Empfängerverstärkung, vergleichbar mit einem Hörgerät mit Lautstärkereger, erreicht werden. Sie müssen die besten diagnostischen Informationen bei minimaler Exposition des Patienten erzielen. Der Schwellenwert, ab dem Ultraschallenergie bei einzelnen Patienten Bioeffekte hervorruft, ist unbekannt. Sie müssen daher die meisten Informationen beim geringsten möglichen Ausgangspegel erfassen, indem Sie die Ausgangsintensität der Ausrüstung entsprechend anpassen.

Als allgemeine Richtlinie gilt:

1. Wählen Sie die korrekte Schallkopffrequenz und Anwendung aus.
2. Beginnen Sie mit einem geringen Ausgangspegel.
3. Optimieren Sie das Bild, indem Sie Fokus, Empfängerverstärkung und andere Steuerelemente für die Bildgebung verwenden.
4. Wenn das Bild auch jetzt noch nicht diagnostisch hilfreich ist, erhöhen Sie die Leistung.

Zusätzliche Erwägungen:

- Minimieren Sie die Scanzeit, indem Sie nur medizinisch erforderliche Untersuchungen durchführen.
- Verwenden Sie diagnostische Ultraschalluntersuchungen wie andere medizinische Werkzeuge ebenso auf effiziente und effektive Weise.
- Eine zu schnell durchgeführte Untersuchung kann jedoch die Qualität beeinträchtigen und Folgeuntersuchungen erforderlich machen, sodass die Expositionszeit insgesamt länger ist.
- Wählen Sie den angemessenen TI- und MI-Bereich für die jeweilige Anwendung aus.
- Beachten Sie, dass die Leistung durch Frequenz, Fokus, Impulslänge und Verweildauer beeinflusst wird.

Leistungsanzeige

Die Leistungsanzeige gibt Aufschluss über potenzielle Bioeffekte, die durch die abgegebene Ultraschallenergie verursacht werden können. Anhand dieser Informationen können Benutzer die diagnostische Ultraschallausrüstung und -untersuchung besser steuern, indem sie sicherstellen, dass die erforderlichen diagnostischen Informationen bei minimalem Risiko für den Patienten erfasst werden.

Anzeigestandards

Die Systemleistungsanzeige umfasst die folgenden Expositionsindizes, die auf potenzielle thermische und mechanische Effekte hinweisen:

- TI: Diese Größe wird basierend auf der Schallsonde und der Anwendung kontinuierlich in Schritten von 0,1 über einen Bereich von 0,0 bis zur maximalen Leistung angezeigt und besteht aus den folgenden Indizes:
 - Thermischer Index für Weichgewebe (TIS)
 - Thermischer Index für Knochen (TIB)
 - Thermischer Index für Schädelknochen (TIC)

Halten Sie die Leistungsanzeigeindizes so niedrig wie möglich. Wählen Sie einen TI anhand folgender Überlegungen aus:

- Annäherungsindex für die Anwendung: TIS wird für die Bildgebung von Weichgewebe, TIB für den Fokus am oder in der Nähe von Knochen und TIC für die Bildgebung durch den Knochen in Oberflächennähe (z. B. Schädeluntersuchung) verwendet.
- Abmildernde Faktoren, die zu künstlich hohen oder niedrigen TI-Werten führen können: Lage von Flüssigkeiten, Knochen oder Blutfluss liegt beispielsweise ein stark abmildernder Gewebepfad vor, sodass das tatsächliche Potenzial für das Erwärmen der lokalen Zone geringer ist als vom TI angezeigt?
- Scanned-Betriebsmodi im Gegensatz zu Unscanned-Betriebsmodi, die sich auf den TI auswirken: Für Scanned-Modi (wie den B-Modus) erfolgt die Erwärmung normalerweise nahe der Oberfläche. Bei Unscanned-Modi (wie M-Modus oder Doppler-Modi) besteht das Potenzial für eine Erwärmung normalerweise tiefer in der Fokalzone.
- MI: Diese Größe wird kontinuierlich in Schritten von 0,1 über einen Bereich von 0,0 bis 1,9 angezeigt.

TI-Anzeige

Der TI weist auf Bedingungen hin, die zu einem Temperaturanstieg an der Körperoberfläche, im Körpergewebe oder am Brennpunkt des Ultraschallstrahls am Knochen führen können. TI informiert Sie über einen potenziellen Anstieg der Temperatur des Körpergewebes durch Schätzung des Temperaturanstiegs in Körpergeweben mit spezifischen Eigenschaften. Der tatsächliche Temperaturanstieg wird von Faktoren wie Gewebetyp, Vaskularität und Betriebsmodus beeinflusst. Ziehen Sie den TI als Richtlinie zur Umsetzung des ALARA-Prinzips heran.

Sie können einen der folgenden Typen von TI-Indizes anzeigen:

- TIS: Weist auf das Potenzial zur Erwärmung in homogenem Weichgewebe hin.
- TIB: Weist auf das Potenzial zur Erwärmung am Brennpunkt oder in seiner Nähe hin, nachdem der Ultraschallstrahl Weichgewebe oder Flüssigkeit durchlaufen hat. Dies ist beispielsweise an oder in der Nähe von fetalem Knochengewebe im zweiten oder dritten Schwangerschaftsdrittel der Fall.
- TIC: Weist auf das Potenzial zur Erwärmung von Knochengewebe an oder in der Nähe der Oberfläche hin. Beispiel: Schädelknochen.

MI-Anzeige

Je höher der MI-Wert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mechanische Bioeffekte auftreten. Das Potenzial für mechanische Bioeffekte variiert je nach dem Spitzen-Verdünnungsdruck und der Ultraschallfrequenz. Der MI trägt diesen beiden Faktoren Rechnung. Es gibt keinen spezifischen MI-Wert, der auf das Auftreten eines mechanischen Effekts hinweist. Ziehen Sie den MI als Richtlinie zur Umsetzung des ALARA-Prinzips heran.

Beachten Sie bei der Interpretation des MI, dass er dazu gedacht ist, das Potenzial für mechanische Bioeffekte zu schätzen. Je höher der Indexwert, umso höher ist das Potenzial. Weder $MI = 1$ noch ein anderer Wert gibt darüber Auskunft, ob ein Bioeffekt tatsächlich auftritt. Der Wert sollte uns nicht beunruhigen, sondern bei der Umsetzung des ALARA-Prinzips dienlich sein.

Anzeigegenauigkeit

MI und TI haben eine Genauigkeit von 0,1 Einheiten auf dem System.

Schätzungswerte der MI- und TI-Anzeigegenauigkeit sind in den Tabellen zur akustischen Ausgangsleistung enthalten. Für die Schätzung der Genauigkeit der angezeigten Werte werden die folgenden Faktoren herangezogen:

- Hardwarevariationen

Schwankungen zwischen den Ultraschallsonden und Systemen treten in Folge von piezoelektrischen Kristalleffizienzen, prozessbedingten Unterschieden im Scheinwiderstand und Variationen der empfindlichen Linsenfokussierungsparameter auf.

- Genauigkeit des Schätzalgorithmus

Unterschiede bei der Spannungsregelung für den Systemimpulsgeber tragen ebenfalls zur Variabilität bei. Den zur Schätzung der akustischen Ausgangsleistung verwendeten Algorithmen wohnen bestimmte Unsicherheiten inne, die sich aus der Breite der möglichen Systembetriebsbedingungen und Impulsgeberspannungen ergeben.

- Messvariabilität

Ungenauigkeiten bei den im Labor durchgeführten Messungen können durch die Hydrophonkalibrierung, durch Toleranzen der Leistung, Positionierung, Ausrichtung und Digitalisierung sowie durch die Variabilität zwischen Testbedienern entstehen.

Steuerungen, die sich auf Anzeigeindizes auswirken

Verwenden Sie zur Änderung der TI- und MI-Werte Systemsteuerungen.

Leistungssteuerungen

Die Anzeige umfasst zwei Echtzeit-Ausgabewerte: TI und MI. Diese ändern sich, wenn das System auf die Regelung der Leistung reagiert. In kombinierten Modi tragen die einzelnen Modi jeweils zum Gesamt-TI bei. Zu diesem Gesamtwert trägt einer der Modi als vorherrschender Beiträger bei. Der angezeigte MI stammt aus dem Modus mit dem größten MI-Wert.

B-Modus-Steuerungen

- Fokus:

Wenn die Fokustiefe nahe am natürlichen Fokus der Schallsonde liegt, kann der MI höher ausfallen.

- Zoom:

Durch Erhöhen der Zoomvergrößerung durch Spreizen der Anzeige kann die Bildfrequenz und damit der TI erhöht werden. Außerdem kann die Anzahl der Fokalzonen automatisch erhöht werden, um die Auflösung zu verbessern. Dadurch kann sich der MI ändern, da der Spitzen-MI in einer anderen Tiefe auftreten kann.

Andere Auswirkungen der Steuerung

- B-Modus-Tiefe:

Eine Erhöhung der zweidimensionalen Tiefe verringert automatisch die B-Modus-Bildfrequenz und damit den TI. Das System wählt außerdem möglicherweise automatisch eine tiefere zweidimensionale Fokustiefe aus. Mit der Änderung der Fokustiefe kann sich auch der MI ändern. Der angezeigte MI entspricht dem Wert der Zone mit dem größten MI-Wert.

- Anwendung:

Die Standardwerte für die akustische Ausgangsleistung werden festgelegt, wenn Sie eine Anwendung auswählen. Die Werkseinstellungen hängen von der Schallsonde, der Anwendung und dem Modus ab. Die Standardwerte wurden so gewählt, dass sie unter den von der FDA zugelassenen Grenzen für den Verwendungszweck liegen.

- Steuerungen des Bildgebungsmodus:

Wenn ein neuer Bildgebungsmodus ausgewählt wird, kann sowohl TI als auch MI auf die Standardwerte gesetzt werden. Jeder Modus hat eine entsprechende Pulswiederholfrequenz und einen Maximalintensitätspunkt. Bei kombinierten Modi oder im Simultanbetrieb stellt der TI die Summe der Beiträge der aktivierten Modi dar, und der angezeigte MI ist der größte der MI-Werte für den jeweiligen Modus und die aktivierte Fokalzone. Das System kehrt in den zuvor ausgewählten Status zurück, wenn ein Modus deaktiviert und anschließend erneut ausgewählt wird.

- Schallsonde:

Jede Schallsonde verfügt über einzigartige Spezifikationen für Kontaktfläche, Strahlform und Mittelfrequenz. Durch Auswahl einer Schallsonde werden ihre Standardeinstellungen initiiert, die je nach Gerät, Anwendung und ausgewähltem Modus unterschiedlich sind. Diese Standardwerte wurden so festgelegt, dass sie unter den von der FDA zugelassenen Grenzen für den Verwendungszweck liegen.

Beispiel zur Reduzierung der Leistung:

Angenommen, Sie möchten eine Untersuchung der Leber vornehmen. Als erstes müssen Sie dazu die geeignete Schallsondenfrequenz auswählen. Legen Sie dann die Einstellung für die Ausgangsintensität (Leistung) fest. Überprüfen Sie, ob sich die Einstellung auf der niedrigsten möglichen Position befindet, bei der ein Bild generiert wird. Richten Sie jetzt den Fokus auf

den interessierenden Bereich, und erhöhen Sie die Empfängerverstärkung, um eine gleichmäßige Darstellung des Gewebes zu erzielen. Wenn Sie durch eine höhere Verstärkung ein gutes Bild erhalten, können Sie die Leistung reduzieren und die Verstärkung weiter erhöhen. Eine Steigerung der Leistung auf die nächsthöhere Stufe sollten Sie erst dann durchführen, wenn Sie diese Anpassungen vorgenommen haben und wenn die Werte für Gewebedurchdringung oder die Echoamplitude unzureichend sind.

Schall

Der wichtigste Faktor bei der Bildqualität ist die Schallsonde. Ohne die korrekte Schallsonde kann keine optimale Bildgebung erfolgen. Das System wird entsprechend der von Ihnen getroffenen Wahl der Schallsonde für die Verwendung optimiert.

Das System begrenzt die Patientenkontakttemperatur auf 43 °C (109 °F) und die akustische Ausgangsleistung auf die von der FDA der USA zugelassenen Grenzwerte. Eine Leistungsschutzschaltung schützt vor Überstrom. Wenn die Schutzschaltung zur Leistungsüberwachung eine Überstrombedingung wahrnimmt, wird die Steuerungsspannung an der Schallsonde umgehend ausgeschaltet, sodass ein Überhitzen der Sondenoberfläche verhindert und die akustische Leistung begrenzt wird. Die Validierung der Leistungsschutzschaltung erfolgt bei normalem Systembetrieb.

Ein Temperaturanstieg von weniger als 1,5 °C (2,7 °F) gilt als unbedenklich für menschliches Gewebe (einschließlich embryonales und fetales Gewebe). Temperaturen, die darüber hinausgehen, können je nach Dauer Schädigungen verursachen. Ein Temperaturanstieg von 4 °C (7,2 °F) über 5 Minuten oder länger hinweg gilt als potenziell gefährlich für einen Fetus oder Embryo.

Akustische Artefakte

Als akustisches Artefakt werden Informationen beschrieben, die in einem Bild vorliegen bzw. fehlen und dadurch die abgebildete Struktur oder den abgebildeten Fluss nicht adäquat repräsentieren. Beispiele für akustische Artefakte, die eine korrekte Interpretation behindern:

- Zusätzliche Objekte, die als Artefakte vom Typ Speckle, Schnittdicke, Nachhall, Spiegelbild, Kometenschweif oder Ring-down angezeigt werden.
- Fehlende Objekte aufgrund schlechter Auflösung.
- Inkorrekte Objekthelligkeit aufgrund von Schattenbildung oder Verstärkung.
- Inkorrekte Objektlage aufgrund von Refraktion, Mehrfachreflexion, Nebenkeulen, Grating-Keulen, Geschwindigkeitsfehlern oder Bereichsambiguität.
- Inkorrekte Objektgröße aufgrund schlechter Auflösung, aufgrund von Refraktion oder Geschwindigkeitsfehlern.
- Inkorrekte Objektform aufgrund schlechter Auflösung, aufgrund von Refraktion oder Geschwindigkeitsfehlern.

Akustische Ausgangsleistung und Messung

Die akustische Leistung dieses Systems wurde gemäß den Normen „Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment“ (3. Überarbeitung, AIUM, NEMA, 2004), „Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment“ (2. Überarbeitung, AIUM, NEMA, 2004) und dem FDA-Dokument „Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Scanners“ (September 2008) gemessen und berechnet.

Intensität in situ, herabgesetzt und in Wasser

Alle Intensitätsparameter werden in Wasser gemessen. Da Wasser sehr wenig akustische Energie absorbiert, stellen diese Wassermessungen einen Worst-Case-Wert dar. Biologisches Gewebe hingegen absorbiert akustische Energie. Der tatsächliche Wert der Intensität an einem gegebenen Punkt hängt von Menge und Typ des Gewebes sowie von der Frequenz des Ultraschalls ab, der das Gewebe durchdringt. Der Intensitätswert im Gewebe (in situ) wurde anhand der folgenden Formel geschätzt:

In situ = Wasser $[e^{-(0,23alf)}$], wobei:

Variable	Wert
In situ	In-situ-Intensitätswert
Wasser	Wasser-Intensitätswert
e	2,7183
a	Dämpfungsfaktor
Gewebe	a(dB/cm-MHz)
Fruchtwasser	0,006
Hirn	0,53
Herz	0,66
Niere	0,79
Leber	0,43
Muskel	0,55
l	Hautlinie zur Messtiefe (cm)
f	Mittelfrequenz von Schallsonde/System/Moduskombination (MHz)

Da der Weg des Ultraschalls während einer Untersuchung mit Wahrscheinlichkeit durch verschiedene Längen und Typen von Gewebe verläuft, ist es schwierig, die wahre In-situ-Intensität zu schätzen. Ein Dämpfungsfaktor von 0,3 wird für allgemeine Angabezwecke herangezogen. Für den häufig angegebenen In-situ-Wert wird daher folgende Formel verwendet:

In situ herabgesetzt = Wasser $[e^{-(0,069lf)}$]

Da es sich hierbei nicht um die wahre In-situ-Intensität handelt, wird der Begriff „herabgesetzt“ verwendet.

Durch mathematische Herabsetzung der Wassermessungen unter Verwendung des Koeffizienten 0,3 dB/cm MHz kann es zu niedrigeren akustischen Expositionspegeln kommen, als in homogenem Gewebe mit 0,3 dB/cm MHz gemessen würden. Dies ist der Fall, da es bei Wellenformen akustischer Energie, die sich nichtlinear ausbreiten, in Wasser zu mehr

Verzerrung, Sättigung und Absorption kommt als in Gewebe, wo die Bildung nichtlinearer Effekte durch Abschwächung entlang des Gewebewegs gedämpft wird.

Der maximal herabgesetzte und der maximale Wasserwert treten nicht immer unter den gleichen Betriebsbedingungen auf. Der berichtete maximale Wasserwert und die herabgesetzten Wert stehen aus diesem Grund möglicherweise nicht durch die In-situ(herabgesetzt)-Formel in Verbindung. Beispiel: ein Schallkopf mit Mehrzonenanordnung, der in seiner tiefsten Zone maximale Wasserintensitäten aufweist, jedoch gleichzeitig in seinen flachsten Fokalzonen die größte herabgesetzte Intensität hat.

Gewebemodelle und Geräteuntersuchung

Gerätemodelle sind notwendig, um eine Einschätzung der In-situ-Dämpfung und -Schallexpositionspegel anhand von Messungen der akustischen Leistung in Wasser vornehmen zu können. Derzeit verfügbare Modelle bieten u. U. eine beschränkte Genauigkeit aufgrund der variierenden Gewebewege während der Ultraschalluntersuchung sowie der Unsicherheiten in Bezug auf die akustischen Eigenschaften von Weichgeweben. Kein einzelnes Gewebemodell reicht aus, um die Expositionswerte in allen Situationen aufgrund von Messungen in Wasser vorherzusagen. Zur Beurteilung der Exposition bei spezifischen Anwendungen ist eine fortwährende Verbesserung und Verifikation dieser Modelle erforderlich.

Häufig wird bei der Schätzung der Expositionspegel ein homogenes Gewebemodell mit einem Dämpfungskoeffizienten von 0,3 dB/cm MHz entlang des gesamten Strahlwegs zugrunde gelegt. Dieses Modell ist insofern konservativ ausgelegt, als es die In-situ-Schallexposition überschätzt, wenn der Weg zwischen Schallsonde und interessierendem Bereich gänzlich aus Weichgewebe besteht, da der Dämpfungskoeffizient von Weichgewebe im Allgemeinen über 0,3 dB/cm MHz liegt. Enthält der Weg signifikante Flüssigkeitsmengen, wie im Fall von transabdominal abgetasteten Schwangerschaften im ersten und zweiten Drittel, kann die In-situ-Schallexposition von diesem Modell unterschätzt werden. Das Ausmaß der Unterschätzung hängt von der spezifischen Situation ab. Wenn der Strahlweg länger als 3 cm und das Ausbreitungsmedium vorwiegend Flüssigkeit ist (wie etwa bei transabdominalen OB-Untersuchungen), ist beispielsweise ein genauerer Herabsetzungswert 0,1 dB/cm MHz.

Gewebemodelle mit festem Weg, bei denen die Dicke des Weichgewebes konstant gehalten wird, werden mitunter zur Schätzung von In-situ-Schallexpositionen verwendet, wenn der Strahlweg länger als 3 cm ist und vorwiegend aus Flüssigkeit besteht. Wenn dieses Modell bei transabdominalen Untersuchungen zur Schätzung der maximalen Exposition des Fetus herangezogen wird, kann in allen Trimenons ein Wert von 1 dB/cm MHz verwendet werden.

Die maximalen akustischen Leistungspegel von diagnostischen Ultraschallsonden erstrecken sich über einen breiten Wertebereich:

- Eine Untersuchung von Gerätemodellen aus dem Jahr 1990 hat bei den höchsten Leistungseinstellungen MI-Werte zwischen 0,1 und 1 ergeben. Maximale MI-Werte von ungefähr 2 können bei modernen Geräten auftreten. Die maximalen MI-Werte für den Echtzeit-B-Modus sind vergleichbar.
- Im Rahmen einer statistischen Erhebung zu Doppler-Geräten aus den Jahren 1988 und 1990 wurden berechnete Schätzungen der oberen Grenzwerte der bei transabdominalen Abtastungen auftretenden Temperaturanstiege ermittelt. Die überwiegende Mehrheit der Modelle wies bei Expositionen von Fetalgewebe des ersten Schwangerschaftsdrittels und

von Fetalknochen des zweiten Schwangerschaftsdrittels obere Grenzwerte von unter 1 °C bzw. 4 °C (1,8 °F und 7,2 °F) auf. Die größten ermittelten Werte betragen ungefähr 1,5 °C (2,7 °F) Fetalgewebe des ersten Schwangerschaftsdrittels und 7 °C (12,6 °F) Fetalknochen des zweiten Schwangerschaftsdrittels. Die hier angegebenen Schätzungen des maximalen Temperaturanstiegs beziehen sich auf ein Gewebemodell mit festem Weg und gelten für Schallsonden mit (herabgesetzten) I_{spta} Werten über 500 mW/cm². Die Berechnung der Temperaturanstiege für Fetalknochen und-gewebe erfolgte auf Basis der Berechnungsverfahren, die in den Abschnitten 4.3.2.1 bis 4.3.2.6 von „Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound“ (AIUM Report, 28. Januar 1993) dargelegt sind.

Genauigkeit und Unsicherheit der akustischen Messung

Alle Tabelleneinträge wurden unter den gleichen Betriebsbedingungen ermittelt, unter denen auch der maximale Indexwert in der ersten Spalte der Tabellen zustande kam. In den folgenden Tabellen werden die Messgenauigkeit und-unsicherheit für Leistung, Druck, Intensität und Mittelfrequenz angegeben.



Die Messgenauigkeit für die folgenden Größen wird durch wiederholte Messungen sowie durch Angabe der Standardabweichung als Prozentsatz ermittelt.

GENAUIGKEIT DER AKUSTISCHEN MESSUNG

Messgröße	Präzision (Prozentuale Standardabweichung)
Pr ist der unterschätzte Spitzenwert des Verdünnungsdrucks in Megapascal (MPa)	Pr: 5,4 %
Wo ist die Ultraschalleistung in Milliwatt (mW)	6,2 %
f_c ist die Mittelfrequenz in Megahertz (MHz) (NEMA UD-2-Definition)	<1 %
PII.3 ist das herabgesetzte räumlich-maximale Pulsintensitätsintegral in Joules pro Quadratcentimeter (J/cm ²)	PII.3: 3,2 %

UNSICHERHEIT DER AKUSTISCHEN MESSUNG

Messgröße	Messunsicherheit (Prozent, Konfidenzniveau 95 %)
Pr ist der unterschätzte Spitzenwert des Verdünnungsdrucks in Megapascal (MPa)	Pr: ±11,3 %
Wo ist die Ultraschalleistung in Milliwatt (mW)	±10 %

Brandschutz und elektrische Sicherheit

Brandschutz

Es müssen stets Feuerlöscher für sowohl elektrische als auch nicht elektrische Brände zur Verfügung stehen.

Verwenden Sie im Fall eines elektrischen oder chemischen Brandes nur Feuerlöscher, die speziell für diese Zwecke ausgewiesen sind. Der Einsatz von Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann zu tödlichen oder schweren Körperverletzungen führen. Sofern dies unbedenklich ist, versuchen Sie, das Produkt vom Netz zu trennen, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

Bei Verwendung elektrischer Produkte in einer Umgebung, für die sie nicht ausgelegt sind, kann es zu Bränden oder Explosionen kommen. Die Brandschutzbestimmungen für die Art des medizinischen Bereichs müssen angewendet, befolgt und durchgesetzt werden.

Elektrische Sicherheit



- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, untersuchen Sie vor der Verwendung die Schallsondenoberfläche und das Gehäuse oder das Clarius Dock. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Gehäuse beschädigt ist oder die Oberfläche Risse, Absplitterungen oder Sprünge aufweist.
- Alle Ultraschallsonden, die mit dem Patienten in Kontakt kommen und nicht speziell als defibrillationssicher ausgewiesen sind, müssen vom Patienten entfernt werden, bevor ein Hochspannungs-Defibrillationsimpuls angelegt wird.
- Von einer Schallsonde ausgegebene elektrische Hochfrequenzsignale können den Betrieb von Herzschrittmachern beeinträchtigen. Seien Sie sich dieser unwahrscheinlichen, aber potenziellen Gefahrenquelle bewusst, und stellen Sie die Verwendung des Systems ein, wenn Sie bemerken, dass es Störungen bei einem Herzschrittmacher verursacht.
- Wenn Zubehör angeschlossen wird, das nicht von Clarius bereitgestellt oder zugelassen wurde, kann es zu Stromschlag kommen.
- Elektrochirurgische Geräte (ESUs) und andere Ultraschallgeräte leiten absichtlich elektromagnetische Hochfrequenzfelder (Ströme) in das Körperinnere des Patienten. Da die Ultraschallfrequenzen für die Bildgebung im HF-Bereich liegen, sind die Schaltkreise von Ultraschallgeräten empfindlich gegenüber HF-Störstrahlung.
- Wenn im Anschluss der neutralen Elektrode ein Defekt vorliegt, kann vom chirurgischen Gerät ein Verbrennungsrisiko ausgehen. Verwenden Sie Ultraschallsonden nicht in Verbindung mit chirurgischen HF-Geräten.
- Wenn Zubehör verwendet wird, das nicht zur Verwendung mit dem Clarius Ultrasound Scanner zugelassen ist, kann es zu erhöhten Emissionen des Systems kommen.

Elektromagnetische Sicherheit

Das Clarius Ultraschallgerät und das Clarius Dock verwenden zur Kommunikation mit Ihrem Smartphone oder Tablet Funktechnologie. Die Funkkommunikation kann durch Unwetter und HF-Störstrahlungen beeinträchtigt werden. Solche Umgebungen verringern zwar nicht die Sicherheit des Clarius Ultrasound Scanners, das erfasste Bild kann jedoch unerwünschtes Rauschen und/oder Artefakte enthalten. Die im Clarius Ultrasound Scanner genutzte Technologie dient zur Minimierung dieser Auswirkungen, kann sie jedoch u. U. nicht vollständig unterdrücken.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Der Clarius Ultrasound Scanner und das Clarius Dock wurden unter Beachtung der bestehenden Vorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit gefertigt und im Hinblick auf die Normen der elektromagnetische Verträglichkeit getestet und als kompatibel befunden, sodass in einer typischen medizinischen Installation ein angemessener Schutz vor schädlicher Störstrahlung gegeben ist.



Wenn dieses Statussymbol grün leuchtet, besteht eine gute Funknetzverbindung. Gelb, orange und rot zeigen unterschiedliche Stufen der Überbelegung an. Dieses Statussymbol wird auf der Live-Bildgebungsseite der Clarius App angezeigt.

Die Verwendung dieses Systems bei Vorliegen eines elektromagnetischen Feldes kann eine vorübergehende Verschlechterung der Bildqualität bewirken. Wenn dies häufig auftritt, überprüfen Sie die Systemumgebung, und identifizieren Sie mögliche Strahlungsemissionsquellen. Diese Emissionen können durch andere elektrische Geräte verursacht werden, wie etwa:

- Geräte in demselben oder einem angrenzenden Raum
- Tragbare oder mobile HF-Kommunikationsgeräte (wie Mobiltelefone und Pager)
- In der Nähe befindliche Geräte zur Übertragung von Funk-, TV- oder Mikrowellensignalen

Das im Ultraschallgerät integrierte Funkgerät verwendet das 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzband und unterstützt:

- Bluetooth 4.1 sowie CSA2.
- IEEE Std 802.11a, 802.11b/g und IEEE Std 802.11n Datenübertragungsraten mit 20 MHz oder 40 MHz SISO und 20 MHz MIMO.



Vorsicht:

- Die Verwendung von Teilen und Zubehör, die bzw. das von Clarius nicht empfohlen wird, kann zu erhöhten Emissionen und verringerter Störfestigkeit des Systems führen. Verwenden Sie nur die von Clarius empfohlenen Zubehörteile und peripheren Geräte.
- Die EMV-Vorsichtsmaßnahmen für Medizingeräte müssen entsprechend den Hinweisen zur EMV, die in den Begleitdokumenten des betreffenden Systems enthalten sind, eingehalten werden.

- Das AC-Netzkabel des Clarius Ultrasound Scanner ist auf eine Länge von 1,5 m (4,9 ft) beschränkt.

Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen

Elektrostatische Entladungen (ESD) entstehen durch den Fluss einer elektrischen Ladung von einer Person oder einem Gegenstand mit einer höheren Ladung zu einer Person oder einem Gegenstand mit einer geringeren Ladung. Elektrostatische Entladungen treten vorwiegend in Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit auf, wie sie oft durch Zentralheizung oder Klimaanlage verursacht werden.



So reduzieren Sie elektrostatische Entladungen:

- Behandeln Sie Teppichböden, Linoleum und Matten mit einem antistatischen Spray. Alternativ können Sie zwischen System und Patientenlagerungstisch bzw. -bett einen Schutzleiteranschluss schalten.
- Vermeiden Sie ein Berühren der Anschlussstifte des Akkus.
- Berühren Sie nicht gleichzeitig den Patienten und das Clarius Dock.

Elektromagnetische Emissionen

Sorgen Sie dafür, dass der Clarius Ultrasound Scanner lediglich in den in der folgenden Tabelle angegebenen Betriebsumgebungen verwendet wird. Wenn Sie das System in einer Umgebung einsetzen, in der diese Bedingungen nicht gegeben sind, kann die Systemleistung beeinträchtigt werden.

ERKLÄRUNG ZU ELEKTROMAGNETISCHEN EMISSIONEN

Emissionstest	Konformität	Elektromagnetische Umgebung
HF-Emissionen, CISPR 11	Gruppe 1	Das Gerät verwendet HF-Energie ausschließlich zu seiner internen Funktion. Deshalb sind die HF-Emissionen des Gerätes sehr niedrig. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Störungen in elektronischen Geräten in der Nähe auslösen, ist sehr gering.
HF-Emissionen, CISPR 11	Klasse A	Das Gerät kann in allen Einrichtungen sowie zu Hause und in Einrichtungen verwendet werden, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private Haushalte versorgt.
Oberschwingungsströme, IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spannungsschwankungen/Flicker, IEC 61000-3-3	Entspricht den Bestimmungen	

Elektromagnetische Störfestigkeit

Prüfung der Störfestigkeit	IEC 60601-1-2 Testniveau	Compliance-Niveau
ESD bei Übertragung im Akkumodus und im Lademodus*	+/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV Kontakt	+/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV Kontakt
	+/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV, +/-15 kV Luft	+/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV, +/-15 kV Luft
EN/IEC 61000-4-2		
Störfestigkeit gegenüber Abstrahlungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder – Übertragung im Akkumodus und im Lademodus (1 kHz 80 % AM für ETSI 301 489-1 und -17 nur bei Akku, 2 Hz Modulation für IEC 60601-1-2)*	3 V/M	3 V/M
	2 Hz Modulation	2 Hz Modulation
EN/IEC 61000-4-3		
Schnelle transiente elektrische Störgrößen im Lademodus	+/-0,5 kV, +/-1,0 kV	+/-0,5 kV, +/-1,0 kV
IEC 61000-4-4		
Störfestigkeit gegenüber Stoßspannungen im Lademodus	0,5 kV, 1,0 kV, 2,0 kV Gleichtakt	0,5 kV, 1,0 kV, 2,0 kV Gleichtakt
	0,5 kV, 1,0 kV Differenzbetrieb	0,5 kV, 1,0 kV Differenzbetrieb
IEC 61000-4-5		
Prüfung der Störfestigkeit gegenüber leitungsgeführten hochfrequenten elektromagnetischen Feldern im Lademodus (2 Hz Modulation)	3 VRMS-6VRMS in ISM-Frequenzbändern, 2 Hz Modulation	3 VRMS-6VRMS in ISM-Frequenzbändern, 2 Hz Modulation
IEC 61000-4-6		
Prüfung der Störfestigkeit gegenüber Netzfrequenz-Magnetfeldern im Akku- und Lademodus	30 A/M	30 A/M
IEC 61000-4-8		
Spannungseinbrüche/-unterbrechungen im Lademodus	0 % für 0,5 Zyklen bei 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 °, 315 °	0 % für 0,5 Zyklen bei 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 °, 315 °
	IEC 61000-4-11	
	0 % für 1 Zyklus bei 0 °	0 % für 1 Zyklus bei 0 °
	70 % für 25/30 Zyklen (50/60 Hz) bei 0 °	70 % für 25/30 Zyklen (50/60 Hz) bei 0 °
	0 % für 250/300 Zyklen bei 0 °	0 % für 250/300 Zyklen bei 0 °

* Für ETSI 301 489-1 und ETSI 301 489-17: Nur im Übertragungsmodus geprüft; für dieses Produkt gibt es keinen Wartezustand.

Elektromagnetische Störstrahlung

Wie sich elektromagnetische Störstrahlung von anderen Geräten auf den Clarius Ultrasound Scanner und das Clarius Dock auswirkt, hängt vom Betriebsmodus und den Bildsteuerungseinstellungen des Systems sowie von Art und Ausmaß der elektromagnetischen Phänomene ab. Elektromagnetische Phänomene können intermittierend auftreten, sodass es schwierig sein kann, ihre Ursache zu ermitteln.



Wenn Sie elektromagnetische Störstrahlung feststellen, lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie das System weiterhin verwenden, oder ziehen Sie in Erwägung, das System oder das Clarius Dock an einen anderen Ort zu versetzen.

Die folgende Tabelle beschreibt typische Störstrahlungen, die bei Bildgebungssystemen beobachtet werden. Es ist nicht möglich, alle Erscheinungsformen der Störstrahlung zu beschreiben, da das Phänomen von einer Vielzahl von Parametern des Sendegeräts abhängt, wie etwa dem vom Signalträger verwendeten Modulationstyp, dem Quelltyp und dem Sendepiegel. Außerdem ist es möglich, dass Störstrahlung die Leistung des Bildgebungssystems herabsetzt und im Bild selbst nicht sichtbar ist. Wenn die Diagnoseergebnisse auffällig erscheinen, bestätigen Sie die Diagnose unter Verwendung anderer Methoden.

Bildgebungsmodus	ESD1	RF2	Stromleitung3
B-Modus	Änderung des Betriebsmodus oder der Systemeinstellungen; oder Systemzurücksetzung. Kurzes Blinken im angezeigten oder aufgezeichneten Bild.	Bei Geräten mit Sektorbildung radiale weiße Streifen oder Blinken in den Mittellinien des Bildes. Bei Geräten mit linearer Bildgebung vertikale weiße Streifen, mitunter ausgeprägter an den Seiten des Bildes.	Weißer Punkte, Striche oder diagonale Linien nahe der Bildmitte.

Mögliche Ursachen der elektrostatischen Störstrahlung:

- Elektrostatische Aufladung an isolierten Oberflächen oder Personen
- HF-Energie von Mobiltelefonen, tragbaren Funkgeräten, Smartphones und Tablets und kommerziellen Radio- und Fernsehsendern
- Leitungsgeführte Störstrahlung von Stromleitungen, Schaltnetzteilen und elektrischen Steuerungen sowie Blitzschlag

Trennungsabstand

Empfohlener Trennungsabstand

In der folgenden Tabelle sind die Trennungsabstände aufgeführt, die zwischen dem System und allen Hochfrequenz-Sendegeräten eingehalten werden sollten. Um bei der Verwendung von tragbaren und mobilen Hochfrequenz-Kommunikationsgeräten das Risiko von Störstrahlungen zu reduzieren, halten Sie sich an den empfohlenen Trennabstand (errechnet anhand der für die jeweilige Senderfrequenz zutreffenden Gleichung). Sorgen Sie dafür, dass die Feldstärken von ortsfesten Hochfrequenzsendern gemäß einer elektromagnetischen Standortmessung in jedem Frequenzbereich unter dem in der Tabelle aufgeführten Compliance-Niveau liegen.

Es ist schwierig, Feldstärken theoretisch genau vorherzusagen, wenn diese von ortsfesten Sendern stammen, wie etwa von Basisstationen von Funktelefonen (Handys, schnurlose Telefone) und mobilem Landfunk, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk und Fernsehübertragungen. Um die elektromagnetische Umgebung von ortsfesten Hochfrequenzsendern zu beurteilen, sollten Sie in Erwägung ziehen, eine elektromagnetische Standortmessung durchzuführen. Wenn die am Verwendungsort des Systems gemessene Feldstärke das in der Tabelle angegebene HF-Compliance-Niveau übersteigt, beobachten Sie das System, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert. Wenn Sie eine abnormale Systemfunktion beobachten, ergreifen Sie zusätzliche Maßnahmen, wie eine Neuausrichtung oder Umsetzung des Systems.



Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der jeweils höhere Frequenzbereich.

Die in der Tabelle dargelegten Richtlinien für den empfohlenen Trennabstand treffen u. U. nicht in allen Situationen zu. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion durch Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst.

Die nachstehende Tabelle bietet Richtwerte zur leitungsgeführten und abgestrahlten Störaussendung, die von tragbaren und ortsfesten Hochfrequenz-Sendegeräten ausgeht.

EMPFOHLENE TRENNABSTÄNDE NACH SENDERFREQUENZ

Maximale Nennausgangsleistung des Senders (Watt)	150 kHz bis 80 MHz	80 bis 800 MHz	800 MHz bis 2,5 GHz
0,01	0,35 m (13,8 in)	0,12 m (4,7 in)	0,23 m (9,1 in)
0,1	1,1 m (3,6 ft)	0,38 m (15 in)	0,73 m (28,7 in)
1	3,5 m (11,5 ft)	1,2 m (3,9 ft)	2,3 m (7,5 ft)
10	11 m (36,1 ft)	3,8 m (12,5 ft)	7,3 m (24 ft)
100	35 m (114,8 ft)	12 m (39,4 ft)	23 m (75,5 ft)

Wenn ein tragbarer Sender beispielsweise eine maximale abgestrahlte Leistung von 1 W und eine Betriebsfrequenz von 156 MHz hat, kann er in einem Abstand von mehr als 1,2 m (3,9 ft) zum System betrieben werden. Analog dazu sollte bei einem Bluetooth- und WLAN-fähige Smartphone oder Tablet mit 0,01 W und 2,4 GHz ein Mindestabstand von 0,24 m (9,5 in) zu einem beliebigen Teil des Systems eingehalten werden.

Vermeidung von elektromagnetischer Störstrahlung

Ultraschallsysteme sind dazu ausgelegt, Hochfrequenzsignale zu empfangen. Aus diesem Grund sind sie anfällig gegenüber Störstrahlung, die von HF-Energiequellen erzeugt wird. Weitere Beispiele für solche HF-Energiequellen sind Medizingeräte, IT-Produkte sowie Radio- und Fernsehtürme.

Um die Quelle zu identifizieren, ermitteln Sie, ob das Problem beim System oder bei der Schallsonde liegt:

- Ist die Störung intermittierend oder konstant?
- Tritt die Störung nur bei einem oder bei mehreren Schallsonden auf?
- Tritt das gleiche Problem bei zwei unterschiedlichen Schallsonden auf, die beide die gleiche Frequenz verwenden?
- Liegt die Störung vor, wenn das System an einen anderen Standort innerhalb der Einrichtung verlagert wird?
- Kann der EMV-Einkoppelpfad gedämpft werden? Beispielsweise kann die elektromagnetische Störstrahlung ansteigen, wenn eine Schallsonde oder ein Drucker in der Nähe eines EKG-Kabels platziert wird. Indem das Kabel oder ein anderes Medizingerät weiter von der Schallsonde bzw. dem Drucker entfernt platziert wird, kann die elektromagnetische Störstrahlung reduziert werden.

Wenn Sie die Quelle der Störstrahlung finden, gehen Sie zu www.clarius.me/contact-us und wenden Sie sich an Clarius.

Referenzen



Konformitätserklärung

Die Clarius Produkte erfüllen internationale und nationale Normen und Gesetze. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das gewählte Smartphone oder Tablet und das Ultraschallgerät den rechtlichen Vorschriften des Zuständigkeitsbereichs entsprechen, in dem das Produkt verwendet wird. Clarius erfüllt alle in diesem Kapitel aufgeführten regulatorischen Normen.

Der Clarius Ultrasound Scanner

Autorisierter Vertreter

Name des autorisierten Vertreters (AR) für Europa: Emergo Europe, Den Haag, Niederlande

Produktklassifizierung

Klassifizierung:

- Gerät mit Schallsonden (intern gespeiste ME-Ausrüstung):
 - Health Canada: Klasse III
 - US FDA: Klasse II
 - EU: Klasse IIa
- Schallsonden: Anwendungsteil Typ BF, IP67
- Gewöhnliche Ausrüstung/Dauerbetrieb
- Nicht-AP/APG

Produktserienummer

Clarius hat jedem Ultraschallgerät eine eindeutige Seriennummer zugewiesen. Mithilfe dieser Seriennummer, die im Format PT-R-JJMM-zXXXX angezeigt wird, wird die Qualitätskontrolle nachverfolgt. Anhand der Nummer C360-A-1703-A0100 soll beispielhaft erläutert werden, wie die Seriennummer zu verstehen ist.

PT

Scannertyp. In unserem Beispiel ist dies „C360“.

R

Revision. In unserem Beispiel ist dies „A“.

JJ

Zweistelliges Herstellungsjahr. In unserem Beispiel ist dies „17“, also das Jahr 2017.

MM

Zweistelliger Herstellungsmonat. In unserem Beispiel ist dies „03“, also der Monat März.

Z

Alphabetischer Zähler von A bis Z, der am ersten Tag jedes Kalenderjahres auf A zurückgesetzt wird. In unserem Beispiel ist dies „A“.

XXXX

Vierstelliger numerischer Zähler, der bei 0001 beginnt und am ersten Tag jedes Kalenderjahres auf 0001 zurückgesetzt wird. In unserem Beispiel ist dies „0100“, also das 100. Ultraschallgerät, das in dieser Serie hergestellt wurde.

Technische Daten des Systems

Der Clarius Ultrasound Scanner entspricht den folgenden Spezifikationen:

- Graustufen: 256 im B-Modus
- Abtastzeilen: Bis zu 1.024 Abtastzeilen
- Grenzwerte für Druck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur: Diese Grenzwerte gelten nur für das Clarius Ultraschallgerät, nicht jedoch für das Smartphone oder Tablet. Es liegt in Ihrer Verantwortung, ein mit Clarius kompatibles Smartphone oder Tablet zu wählen, das die Anforderungen Ihrer klinischen Umgebung erfüllt.

	Betriebsgrenzen	Lagerungsgrenzen	Vorübergehende Betriebsbedingungen^a
Druck	620 hPa bis 1060 hPa	n. z.	n. z.
Luftfeuchtigkeit	15 % bis 95 %	0 % bis 95 %	15 % bis 95 %
Temperatur	0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F)	-20 °C (-4 °F) bis 50 °C (122 °F)	-20 °C (-4 °F) bis 35 °C (95 °F)

- a. Dies sind die Bedingungen, unter denen die Schallsonde direkt nach der Entnahme aus einer Umgebung mit 20 °C (60 °F) für eine Dauer von mindestens 20 Minuten betrieben werden kann.

Zum Erreichen einer Betriebstemperatur von 20 °C (68 °F) braucht das Clarius Ultraschallgerät ungefähr 30 Minuten, um:

- sich von einer Lagertemperatur von -20 °C (-4 °F) aufzuwärmen
- sich von einer Lagertemperatur von 50 °C (122 °F) abzukühlen

Die Höchsttemperaturen der Schallsondenoberfläche sind:

- C3 = 35,5 °C (95,9 °F)
- C7 = 35,5 °C (95,9 °F)
- L7 = 39,4 °C (102,92 °F)

Sobald die Schallsonde ihre maximale Oberflächentemperatur erreicht, schaltet sie sich automatisch ab.



Wenn dieses Symbol blau angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Schallsonde kalt ist. Wenn dieses Symbol rot angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Schallsonde warm ist. Sie können jederzeit auf dieses Symbol tippen, um die Oberflächentemperatur der Schallsonde in Grad Celsius anzuzeigen.

Informationen zur Lagerungstemperatur finden Sie unter *Aufbewahren von Ultraschallgeräten* auf Seite 75.

Technische Daten der Schallsonde

	Curved Array C3-45	Curved Array C3-60	Curved Array C7	Linear Array L7
Klinische Verwendung	fetal, abdominal, intra-operativ, pädiatrisch, muskuloskelettal (konventionell), Gynäkologie, Schädel (Erwachsene), Herz (Erwachsene, Pädiatrie), fetales Echo, periphere Gefäße	fetal, abdominal, intra-operativ, pädiatrisch, muskuloskelettal (konventionell), Urologie, Gynäkologie, Schädel (Erwachsene), Herz (Erwachsene, Pädiatrie), fetales Echo, periphere Gefäße	fetal, abdominal, intra-operative, pädiatrisch, kleines Organ (Schilddrüse, Prostata, Skrotum, Brust), muskuloskelettal (konventionell), Urologie, Gynäkologie, Herz (Erwachsene, Pädiatrie), fetales Echo, periphere Gefäße	ophthalmic, abdominal, intra-operative, pädiatrisch, kleines Organ (Schilddrüse, Prostata, Skrotum, Brust), muskuloskelettal (konventionell), periphere Gefäße, Karotiden
Größe	45 mm	60 mm	20 mm	38,5 mm
Frequenzbereich	2–6 MHz	2–6 MHz	3–10 MHz	4–13 MHz

Normen

Biokompatibilität

ANSI/ISO 10993-1:2009 – Biologische Beurteilung von Medizinprodukten- Teil 1: Beurteilung und Prüfungen im Rahmen eines Risikomanagementprozesses.

Chemisch

REACH 02006R1907:2015-03-23 – VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur



Der Clarius Ultrasound Scanner erfüllt die Mindestanforderungen an die Einhaltung der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU der Europäischen Union und ihrer Änderungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Elektrische Sicherheit

Referenznummer	Jahr	Titel
IEC 61157	2013	Normverfahren für die Angabe der akustischen Ausgangsgrößen von medizinischen Ultraschall diagnostikgeräten
IEC 62133	2012	Akkumulatoren und Batterien mit alkalischen oder anderen nicht säurehaltigen Elektrolyten – Sicherheitsanforderungen für tragbare gasdichte Akkumulatoren und daraus hergestellte Batterien für die Verwendung in tragbaren Geräten.
ST/SG/AC.10/11/Rev.5	2009	Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter – Handbuch über Prüfungen und Kriterien

Bundesbestimmungen

MDR (Medical Devices Regulations) von Health Canada; SOR-98-282

Kennzeichnung

ISO 60417:2014 – Graphische Symbole für Betriebsmittel

Qualität

Leistung

Referenznummer	Jahr	Titel
AIUM/NEMA UD 2-2004	2009	NEMA Standards Publikation UD 2-2004 (R2009) Norm zum Messen der akustischen Ausgabe bei diagnostischen Ultraschallgeräten, 3. Überarbeitung (Radiologie)
AIUM/NEMA UD 3-2004	2009	NEMA Standards Publikation UD 3-2004 (R2009) Norm für die Echtzeit-Anzeige des thermischen und des mechanischen Indexes auf diagnostischen Ultraschallgeräten
ANSI/AAMI ES60601-1	2005/(R)2012 A1:2012 C1:2009(R)2012 A2:2010(R)2012	Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale (IEC 60601-1:2005, MOD)
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11	2011	Medizinische elektrische Geräte – Teil 1-6: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit (Adaptierte IEC 60601-1-6:2010, dritte Ausgabe, 2010-01)
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14	2014	Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale (Adaptierte IEC 60601-1:2005, dritte Ausgabe, 2005-12, einschließlich Änderung 1:2012, mit kanadischen Abweichungen)
IEC 60601-1	2012	Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
IEC 60601-1-12	2014	Medizinische elektrische Geräte – Teil 1-12: Requirements for Medical Electrical Equipment and Medical Electrical Systems Intended For Use in the Emergency Medical Services Environment
IEC 60601-1-2	2014	Medizinische elektrische Geräte – Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Störgrößen – Anforderungen und Prüfungen

IEC 60601-1-6	2013	Medizinische elektrische Geräte – Teil 1-6: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit
IEC 60601-2-37	2007	Medizinische elektrische Geräte – Teil 2-37: Spezifische Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und unerlässliche Leistung von Ultraschallgeräten zu medizinischen Diagnose- und Überwachungszwecken

Risiko, Produktspezifikation, Entwicklungsüberprüfung und Verifikation/Validierung

Referenznummer	Jahr	Titel
21 CFR 11	2014	Part 11 Electronics Records and Electronic Signatures
21 CFR 801	2014	Part 801 Labeling
21 CFR 820	2014	Part 820 Quality System Regulation
21 CFR 821	2014	Part 821 Medical Device Tracking Requirements
21 CFR 822	2014	Part 822 Postmarket Surveillance
21 CFR 830	2014	Part 830 Unique Device Identification
BS EN 1041	2013	Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller von Medizinprodukten
CMDR	2011	Canadian Medical Devices Regulations (CMDR): <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen an Sicherheit und Effektivität (Abschnitte 10-20) • Kennzeichnungsanforderungen (Abschnitte 21-23)
IEC 62304	2006	Software für Medizinprodukte – Software-Lebenszyklus-Prozesse
IEC 62366	2014	Medizinprodukte – Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf Medizinprodukte
IEC/TR 80002-3	2014	Software für Medizinprodukte – Teil 3: Prozessreferenzmodell für Software-Lebenszyklus-Prozesse bei Medizinprodukten.
IEEE 11073- 20601a	2010	Medizinische Informatik – Kommunikation von Geräten für die persönliche Gesundheit. Teil 20601: Anwendungsprofil – Optimiertes Datenübertragungsprotokoll
ISO 10993-1	2009	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 1: Beurteilung und Prüfungen im Rahmen eines Risikomanagementprozesses.
ISO 13485	2003	Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke
EN ISO 13485	2012	
ISO 14971	2007	Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
EN ISO 14971	2012	
ISO 15223-1	2012	Medizinprodukte – Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen
MDD	1993	Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
		ANNEX II

Sicherheit und Datenschutz

IEC TR 80002-3:2014 – Software für Medizingeräte- Teil 3: Prozessreferenzmodell für Software-Lebenszyklus-Prozesse bei Medizinprodukten.

Funk

USA

- FCC15.247

Europa

- ETSI EN 300 328:2006-05 – Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)
- ETSI EN 301 489-1:2008-02 – Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)
- ETSI EN 301 489-17:2009-05 – Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)

Tabellen der akustischen Ausgangsleistung

C3-45-Schallsonde: B-Modus und M-Modus

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C3-45, B-MODUS- UND M-MODUS-BETRIEB

Index-Kennung		MI	TIS			TIB	TIC
			Scan	Nicht-Scan		Nicht-Scan	
				$A_{\text{aprt}} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximaler Indexwert		0,863	0,110	-	0,004	0,027	(b)
Verknüpfter akustischer Parameter	$P_{r,3}$	(MPa)	1,59				
	W_o	(mW)		13,3	-		0,609 (b)
	mindestens $[W_{.3}(z_1), I_{TA,3}(z_1)]$	(mW)				0,322	
	z_1	(cm)				2,67	
	z_{bp}	(cm)				2,67	
	z_{sp}	(cm)	2,50				2,50
	$d_{eq}(z_{sp})$	(cm)					0,269
	f_c	(MHz)	3,41	3,36	-	3,39	3,39 (b)
	Abmessungen von A_{aprt}	X (cm)		1,92	-	1,92	1,92 (b)
Y (cm)			1,30	-	1,30	1,30 (b)	
Sonstige Informationen	PD	(μs)	0,362				
	PRF	(Hz)	5760				
	$p_r@PII_{\text{max}}$	(MPa)	2,14				
	$d_{eq}@PII_{\text{max}}$	(cm)					0,269
	Brennweite	FL _x (cm)		2,50	-	2,70	
		FL _y (cm)		5,97	-	6,14	
	$I_{pa,3}@MI_{\text{max}}$	(W/cm ²)	77,3				
Betriebssteuerungsbedingungen	Steuerung 1		MI				
	Steuerung 2			B TIS			
	Steuerung 3				M TIS		
	Steuerung 4					M TIB	
	Steuerung 5						

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C3-45, B-MODUS- UND M-MODUS-BETRIEB

(a) Wert < 1; Index ist für diesen Betriebsmodus nicht erforderlich.

(b) Verwendungszweck umfasst nicht transkranial oder Schädel neonatal, sodass TIC nicht berechnet wird.

Steuerung 1: Untersuchungstyp: Schwierig, OB/GYN, Lunge; Optimierung: B-Modus, M-Modus; Tiefe: 5 cm; die PRF für M-Modus ist 200 Hz

Steuerung 2: Untersuchungstyp: Schwierig, OB/GYN, Lunge; Optimierung: B-Modus; Tiefe: 5 cm

Steuerung 3: Untersuchungstyp: OB/GYN, Lunge; Optimierung: M-Modus; Tiefe: 5,4 cm

Steuerung 4: Untersuchungstyp: OB/GYN, Lunge; Optimierung: M-Modus; Tiefe: 5,0 cm

C3-45-Schallsonde: Farbdoppler-Modus

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C3-45, FARBDOPPLER-BETRIEB

Index-Kennung			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Nicht-Scan		Nicht-Scan	
					$A_{aprt} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{aprt} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximaler Indexwert			1,10	1,37	-	-	-	(b)
Verknüpfter akustischer Parameter	$P_{r,3}$	(MPa)	2,03					
	W_0	(mW)		160	-		-	(b)
	mindestens $[W_{,3}(z_1), I_{TA,3}(z_1)]$	(mW)				-		
	z_1	(cm)				-		
	z_{bp}	(cm)				-		
	z_{sp}	(cm)	2,63				-	
	$d_{eq}(z_{sp})$	(cm)					-	
	f_c	(MHz)	3,44	3,44	-	-	-	(b)
	Abmessungen von A_{aprt}	X (cm)		1,94	-	-	-	(b)
Y (cm)			1,30	-	-	-	(b)	
Sonstige Informationen	PD	(μ s)	1,03					
	PRF	(Hz)	8880					
	$p_r@PII_{max}$	(MPa)	2,78					
	$d_{eq}@PII_{max}$	(cm)					-	
	Brennweite	FL _x (cm)		2,85	-	-		
		FL _y (cm)		6,27	-	-		
	$I_{pa,3}@MI_{max}$	(W/cm ²)	191					
Betriebssteuerungsbedingungen	Steuerung 1		CFD MI					
	Steuerung 2			CFD TIS				
	Steuerung 3							
	Steuerung 4							
	Steuerung 5							

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C3-45, FARBDOPPLER-BETRIEB

(a) Wert < 1; Index ist für diesen Betriebsmodus nicht erforderlich.

(b) Verwendungszweck umfasst nicht transkraniell oder Schädel neonatal, sodass TIC nicht berechnet wird.

Steuerung 1: Untersuchungstyp: Herz; Optimierung: CFD aktiviert; Tiefe: 5,9 cm

Steuerung 2: Untersuchungstyp: Herz; Optimierung: CFD aktiviert; Tiefe: 5,9 cm

C3-60-Schallsonde: B-Modus und M-Modus

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C3-60, B-MODUS- UND M-MODUS-BETRIEB

Index-Kennung			MI	TIS			TIB	TIC	
				Scan	Nicht-Scan				Nicht-Scan
					$A_{\text{aprt}} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$			
Maximaler Indexwert			0,838	0,121	-	0,005	0,029	(b)	
Verknüpfter akustischer Parameter	$P_{r,3}$	(MPa)	1,59						
	W_0	(mW)		15,0	-		0,627	(b)	
	mindestens $[W_{.3}(z_1), I_{TA,3}(z_1)]$	(mW)				0,332			
	z_1	(cm)				2,80			
	z_{bp}	(cm)				2,80			
	z_{sp}	(cm)	2,63				2,567		
	$d_{eq}(z_{sp})$	(cm)					0,262		
	f_c	(MHz)	3,58	3,58	-	3,583	3,583	(b)	
	Abmessungen von A_{aprt}	X (cm)		2,11	-	2,112	2,112	(b)	
Y (cm)			1,30	-	1,300	1,300	(b)		
Sonstige Informationen	PD	(μs)	0,343						
	PRF	(Hz)	4800						
	$p_r@PII_{\text{max}}$	(MPa)	2,20						
	$d_{eq}@PII_{\text{max}}$	(cm)					0,248		
	Brennweite	FL_x (cm)		2,63	-	2,80			
		FL_y (cm)		6,05	-	6,19			
	$I_{pa,3}@MI_{\text{max}}$	(W/cm^2)	97,7						
Betriebssteuerungsbedingungen	Steuerung 1		MI						
	Steuerung 2			B TIS					
	Steuerung 3					TIS			
	Steuerung 4						MTIB		
	Steuerung 5								

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C3-60, B-MODUS- UND M-MODUS-BETRIEB

(a) Wert < 1; Index ist für diesen Betriebsmodus nicht erforderlich.

(b) Verwendungszweck umfasst nicht transkraniell oder Schädel neonatal, sodass TIC nicht berechnet wird.

Steuerung 1: Untersuchungstyp: Schwierig, OB/GYN, Lunge; Optimierung: B-Modus, M-Modus; Tiefe: 5 cm; die PRF für M-Modus ist 200 Hz

Steuerung 2: Untersuchungstyp: Schwierig, OB/GYN, Lunge; Optimierung: B-Modus; Tiefe: 5,2 cm

Steuerung 3: Untersuchungstyp: Schwierig, OB/GYN, Lunge; Optimierung: M-Modus; Tiefe: 5,4 cm

Steuerung 4: Untersuchungstyp: Schwierig, OB/GYN, Lunge; Optimierung: M-Modus; Tiefe: 5 cm

C3-60-Schallsonde: Farbdoppler-Modus

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C3-60, FARBDOPPLER-BETRIEB

Index-Kennung			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Nicht-Scan			
					$A_{\text{aprt}} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximaler Indexwert			0,993	0,949	-	-	-	(b)
Verknüpfter akustischer Parameter	$P_{r,3}$	(MPa)	1,86					
	W_o	(mW)		120	-		-	(b)
	mindestens [$W_{,3}(z_1)$, $I_{TA,3}(z_1)$]	(mW)				-		
	z_1	(cm)				-		
	z_{bp}	(cm)				-		
	z_{sp}	(cm)	2,90				-	
	$d_{eq}(z_{sp})$	(cm)					-	
	f_c	(MHz)	3,51	3,51	-	-	-	(b)
	Abmessungen von A_{aprt}	X (cm)		2,11	-	-	-	(b)
Y (cm)			1,30	-	-	-	(b)	
Sonstige Informationen	PD	(μs)	1,02					
	PRF	(Hz)	6600					
	$p_r@PII_{\text{max}}$	(MPa)	2,65					
	$d_{eq}@PII_{\text{max}}$	(cm)					-	
	Brennweite	FL_x (cm)		2,85	-	-		
		FL_y (cm)		6,27	-	-		
	$I_{pa,3}@MI_{\text{max}}$	(W/cm^2)	220					
Betriebssteuerungsbedingungen	Steuerung 1		CFD MI					
	Steuerung 2			CFD TIS				
	Steuerung 3							
	Steuerung 4							
	Steuerung 5							

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C3-60, FARBDOPPLER-BETRIEB

(a) Wert < 1; Index ist für diesen Betriebsmodus nicht erforderlich.

(b) Verwendungszweck umfasst nicht transkranial oder Schädel neonatal, sodass TIC nicht berechnet wird.

Steuerung 1: Untersuchungstyp: Herz; Optimierung: CFD aktiviert; Tiefe: 5,6 cm

Steuerung 2: Untersuchungstyp: Herz; Optimierung: CFD aktiviert; Tiefe: 5,6 cm

C7-Schallsonde: B-Modus und M-Modus

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C7, B-MODUS- UND M-MODUS-BETRIEB

Index-Kennung			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Nicht-Scan			
					$A_{\text{aprt}} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximaler Indexwert			0,795	0,109	(a)	-	0,011	(b)
Verknüpfter akustischer Parameter	$P_{r,3}$	(MPa)	1,95					
	W_0	(mW)		4,97	(a)		0,127	(b)
	mindestens $[W_{,3}(z_1), I_{TA,3}(z_1)]$	(mW)				-		
	z_1	(cm)				-		
	z_{bp}	(cm)				-		
	z_{sp}	(cm)	2,07				2,10	
	$d_{\text{eq}}(z_{sp})$	(cm)					0,100	
	f_c	(MHz)	6,03	6,03	(a)	-	6,04	(b)
	Abmessungen von A_{aprt}	X (cm)		1,31	(a)	-	1,28	(b)
Y (cm)			0,500	(a)	-	0,500	(b)	
Sonstige Informationen	PD	(μs)	0,215					
	PRF	(Hz)	9600					
	$p_r@PII_{\text{max}}$	(MPa)	3,00					
	$d_{\text{eq}}@PII_{\text{max}}$	(cm)					0,100	
	Brennweite	FL_x (cm)		2,00	(a)	-		
		FL_y (cm)		7,68	(a)	-		
	$I_{pa,3}@MI_{\text{max}}$	(W/cm^2)	168					
Betriebssteuerungsbedingungen	Steuerung 1		TI					
	Steuerung 2			B TIS				
	Steuerung 3					M TIB		
	Steuerung 4							
	Steuerung 5							

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C7, B-MODUS- UND M-MODUS-BETRIEB

(a) Wert < 1; Index ist für diesen Betriebsmodus nicht erforderlich.

(b) Verwendungszweck umfasst nicht transkraniell oder Schädel neonatal, sodass TIC nicht berechnet wird.

Steuerung 1: Untersuchungstyp: Abdominal, Kleine Teile; Optimierung: B-Modus, M-Modus; Tiefe: 1–5 cm; die PRF für M-Modus ist 200 Hz

Steuerung 2: Untersuchungstyp: Abdominal, Kleine Teile; Optimierung: B-Modus, Tiefe: 1–5 cm

Steuerung 3: Untersuchungstyp: Alle; Optimierung: M-Modus, Tiefe: 1–5 cm

C7-Schallsonde: Farbdoppler-Modus

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C7, FARBDOPPLER-BETRIEB

Index-Kennung			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Nicht-Scan		Nicht-Scan	
					$A_{\text{aprt}} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximaler Indexwert			1,05	0,509	-	-	-	(b)
Verknüpfter akustischer Parameter	$P_{r,3}$	(MPa)	2,14					
	W_0	(mW)		34,5	-		-	(b)
	mindestens $[W_{.3}(z_1), I_{TA.3}(z_1)]$	(mW)				-		
	z_1	(cm)				-		
	z_{bp}	(cm)				-		
	z_{sp}	(cm)	1,50				-	
	$d_{\text{eq}}(z_{\text{sp}})$	(cm)					-	
	f_c	(MHz)	4,11	4,06	-	-	-	(b)
	Abmessungen von A_{aprt}	X (cm)		1,31	-	-	-	(b)
Y (cm)			0,500	-	-	-	(b)	
Sonstige Informationen	PD	(μs)	0,928					
	PRF	(Hz)	6600					
	$p_r@PII_{\text{max}}$	(MPa)	2,65					
	$d_{\text{eq}}@PII_{\text{max}}$	(cm)					-	
	Brennweite	FL_x (cm)		3,90	-	-		
		FL_y (cm)		5,86	-	-		
	$I_{\text{pa.3}}@MI_{\text{max}}$	(W/cm^2)	204					
Betriebssteuerungsbedingungen	Steuerung 1		CFD MI					
	Steuerung 2			CFD TIS				
	Steuerung 3							
	Steuerung 4							
	Steuerung 5							

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL C7, FARBDOPPLER-BETRIEB

(a) Wert < 1; Index ist für diesen Betriebsmodus nicht erforderlich.

(b) Verwendungszweck umfasst nicht transkranial oder Schädel neonatal, sodass TIC nicht berechnet wird.

Steuerung 1: Untersuchungstyp: Herz, Optimierung: CFD aktiviert, Tiefe: 3 cm

Steuerung 2: Untersuchungstyp: Herz, Optimierung: CFD aktiviert, Tiefe: 7,8 cm

L7-Schallsonde: B-Modus und M-Modus

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL L7, B-MODUS- UND M-MODUS-BETRIEB

Index-Kennung			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Nicht-Scan		Nicht-Scan	
					$A_{\text{aprt}} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximaler Indexwert			1,00	0,235	(a)	-	0,0175	(b)
Verknüpfter akustischer Parameter	$P_{r,3}$	(MPa)	2,66					
	W_0	(mW)		9,33	(a)		0,194	(b)
	mindestens [$W_{,3}(z_1)$, $I_{TA,3}(z_1)$]	(mW)				-		
	z_1	(cm)				-		
	z_{bp}	(cm)				-		
	z_{sp}	(cm)	1,90				1,90	
	$d_{\text{eq}}(z_{\text{sp}})$	(cm)					0,098	
	f_c	(MHz)	7,04	7,04	(a)	-	7,04	(b)
	Abmessungen von A_{aprt}	X (cm)		1,34	(a)	-	1,34	(b)
Y (cm)			0,450	(a)	-	0,450	(b)	
Sonstige Informationen	PD	(μs)	0,180					
	PRF	(Hz)	9600					
	$p_r@PII_{\text{max}}$	(MPa)	4,21					
	$d_{\text{eq}}@PII_{\text{max}}$	(cm)					0,098	
	Brennweite	FL_x (cm)		2,00	(a)	-		
		FL_y (cm)		2,66	(a)	-		
	$I_{\text{pa},3}@MI_{\text{max}}$	(W/cm^2)	285					
Betriebssteuerungsbedingungen	Steuerung 1		MI					
	Steuerung 2			B TIS				
	Steuerung 3					M TIB		
	Steuerung 4							
	Steuerung 5							

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL L7, B-MODUS- UND M-MODUS-BETRIEB

- (a) Wert < 1; Index ist für diesen Betriebsmodus nicht erforderlich.
(b) Verwendungszweck umfasst nicht transkranial oder Schädel neonatal, sodass TIC nicht berechnet wird.

Steuerung 1: Untersuchungstyp: Alle; Optimierung: B-Modus, M-Modus; Tiefe: 3–6 cm; die PRF für M-Modus ist 200 Hz

Steuerung 2: Untersuchungstyp: Alle; Optimierung: B-Modus; Tiefe: 3–6 cm

Steuerung 3: Untersuchungstyp: Alle; Optimierung: M-Modus; Tiefe: 3–6 cm

L7-Schallsonde: Farbdoppler-Modus

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL L7, FARBDOPPLER-BETRIEB

Index-Kennung			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Nicht-Scan			
					$A_{\text{aprt}} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximaler Indexwert			0,84	0,159	-	-	-	(b)
Verknüpfter akustischer Parameter	$P_{r,3}$	(MPa)	1,89					
	Wo	(mW)		8,76	-		-	(b)
	mindestens $[W_{.3}(z_1), I_{TA.3}(z_1)]$	(mW)				-		
	z_1	(cm)				-		
	z_{bp}	(cm)				-		
	z_{sp}	(cm)	1,40				-	
	$d_{\text{eq}}(z_{\text{sp}})$	(cm)					-	
	f_c	(MHz)	5,08	5,08	-	-	-	(b)
	Abmessungen von A_{aprt}	X (cm)		2,67	-	-	-	(b)
Y (cm)			0,450	-	-	-	(b)	
Sonstige Informationen	PD	(μs)	0,766					
	PRF	(Hz)	5310					
	$p_r@PII_{\text{max}}$	(MPa)	2,42					
	$d_{\text{eq}}@PII_{\text{max}}$	(cm)					-	
	Brennweite	FL_x (cm)		2,00	-	-		
		FL_y (cm)		2,66	-	-		
	$I_{\text{pa.3}}@MI_{\text{max}}$	(W/cm^2)	158					
Betriebssteuerungsbedingungen	Steuerung 1		CFD MI					
	Steuerung 2			CFD TIS				
	Steuerung 3							
	Steuerung 4							
	Steuerung 5							

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL L7, FARBDOPPLER-BETRIEB

(a) Wert < 1; Index ist für diesen Betriebsmodus nicht erforderlich.

(b) Verwendungszweck umfasst nicht transkranial oder Schädel neonatal, sodass TIC nicht berechnet wird.

Steuerung 1: Untersuchungstyp: Alle; Optimierung: CFD aktiviert; Tiefe: 3 cm

Steuerung 2: Untersuchungstyp: Alle; Optimierung: CFD aktiviert; Tiefe: 3 cm

L7-Schallsonde: Nadelverstärkungs-Modus

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL L7, B-MODUS-BETRIEB

Index-Kennung			MI	TIS			TIB	TIC
				Scan	Nicht-Scan		Nicht-Scan	
					$A_{\text{aprt}} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximaler Indexwert			1,08	0,198	-	-	-	(b)
Verknüpfter akustischer Parameter	$P_{r,3}$	(MPa)	2,48					
	W_0	(mW)		10,4	-		-	(b)
	mindestens $[W_{,3}(z_1), I_{TA,3}(z_1)]$	(mW)				-		
	z_1	(cm)				-		
	z_{bp}	(cm)				-		
	z_{sp}	(cm)	1,90				-	
	$d_{eq}(z_{sp})$	(cm)					-	
	f_c	(MHz)	5,24	5,24	-	-	-	(b)
	Abmessungen von A_{aprt}	X (cm)		1,92	-	-	-	(b)
Y (cm)			0,450	-	-	-	(b)	
Sonstige Informationen	PD	(μs)	0,454					
	PRF	(Hz)	2400					
	$p_r@PII_{\text{max}}$	(MPa)	3,50					
	$d_{eq}@PII_{\text{max}}$	(cm)					-	
	Brennweite	FL_x (cm)		1,90	-	-		
		FL_y (cm)		4,56	-	-		
	$I_{pa,3}@MI_{\text{max}}$	(W/cm^2)	314					
Betriebssteuerungsbedingungen	Steuerung 1		MI					
	Steuerung 2			TIS				
	Steuerung 3							
	Steuerung 4							
	Steuerung 5							

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL L7, B-MODUS-BETRIEB

(a) Wert < 1; Index ist für diesen Betriebsmodus nicht erforderlich.

(b) Verwendungszweck umfasst nicht transkranial oder Schädel neonatal, sodass TIC nicht berechnet wird.

Steuerung 1: Untersuchungstyp: Brust, MSK, MSK Knöchel, MSK Ellenbogen, MSK Hüfte, MSK Knie, MSK Schulter, MSK Wirbelsäule, MSK Handgelenk, Nerven, Kleine Teile; Optimierung: Nadelmodus aktiviert; Tiefe: 1–7 cm

Steuerung 2: Untersuchungstyp: Brust, MSK, MSK Knöchel, MSK Ellenbogen, MSK Hüfte, MSK Knie, MSK Schulter, MSK Wirbelsäule, MSK Handgelenk, Nerven, Kleine Teile; Optimierung: Nadelmodus aktiviert; Tiefe: 1–7 cm

L7-Schallsonde: Augenmodus

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL L7, B-MODUS-BETRIEB

Index-Kennung			MI	TIS		TIB	TIC	
				Scan	Nicht-Scan			Nicht-Scan
					$A_{\text{aprt}} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{\text{aprt}} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximaler Indexwert			0,187	0,004	-	-	(b)	
Verknüpfter akustischer Parameter	$P_{r,3}$	(MPa)	0,487					
	W_0	(mW)		0,153	-		(b)	
	mindestens [$W_{,3}(z_1)$, $I_{TA,3}(z_1)$]	(mW)				-		
	z_1	(cm)				-		
	z_{bp}	(cm)				-		
	z_{sp}	(cm)	0,900				-	
	$d_{\text{eq}}(z_{sp})$	(cm)					-	
	f_c	(MHz)	6,79	6,79	-	-	-	(b)
	Abmessungen von A_{aprt}	X (cm)		0,499	-	-	-	(b)
Y (cm)			0,450	-	-	-	(b)	
Sonstige Informationen	PD	(μs)	0,183					
	PRF	(Hz)	4800					
	$p_r@PII_{\text{max}}$	(MPa)	0,601					
	$d_{\text{eq}}@PII_{\text{max}}$	(cm)					-	
	Brennweite	FL _x (cm)		0,900	-	-		
		FL _y (cm)		3,49	-	-		
	$I_{\text{pa},3}@MI_{\text{max}}$	(W/cm ²)	6,43					
Betriebssteuerungsbedingungen	Steuerung 1		MI					
	Steuerung 2			TI				
	Steuerung 3							
	Steuerung 4							
	Steuerung 5							

BERICHTSTABELLE ZUR AKUSTISCHEN AUSGANGSLEISTUNG FÜR TRACK 3: SCHALLSONDE MODELL L7, B-MODUS-BETRIEB

(a) Wert < 1; Index ist für diesen Betriebsmodus nicht erforderlich.

(b) Verwendungszweck umfasst nicht transkranial oder Schädel neonatal, sodass TIC nicht berechnet wird.

Steuerung 1: Untersuchungstyp: Auge; Optimierung: Allgemein; Tiefe: 1–7 cm

Steuerung 2: Untersuchungstyp: Auge; Optimierung: Allgemein; Tiefe: 1–7 cm

Leitfäden zur Kontrolle von Bioeffekten

Weiterführende Informationen zu Ultraschall-Bioeffekten und verwandten Themen finden Sie in den folgenden Publikationen:

- „Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound.“ AIUM Report, 28. Januar 1993.
- „American Institute of Ultrasound in Medicine Bioeffects Consensus Report.“ Journal of Ultrasound in Medicine, Band 27, 4. Ausgabe, April 2008.
- Dritte Ausgabe der Broschüre AIUM Medical Ultrasound Safety, 2014.
- Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Scanners. FDA, September 2008.
- WFUMB. „Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine: Conclusions and Recommendations on Thermal and Non-Thermal Mechanisms for Biological Effects of Ultrasound.“ Ultrasound in Medicine and Biology, 1998: Band 24, Beilage 1.
- Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Scanners, FDA, 2008.
- Medical Ultrasound Safety, American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), 2014.
- Acoustic Output Measurement and Labeling Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment, American Institute of Ultrasound in Medicine, 1993.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind chemisch verträglich mit dem Clarius Ultrasound Scanner und dem Zubehör. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Produkte sind chemisch verträglich und wurden auf ihre Wirksamkeit geprüft.

VERWENDUNG VON REINIGUNGS- UND DESINFIZIERUNGSMITTELN

Produkt	Verwendungszweck ^a	Clarius Ultraschallgerät	Clarius Clip-on	Clarius Fan	Clarius Dock
Accel® PREvention™ Tücher	LLD, ILD	✓	✓	✓	✓
Accel® TB Tücher	LLD, ILD	✓	✓	✓	✓
CaviWipes	LLD, ILD	✓	✓	✓	✓
CIDEX® OPA	HLD	✓	✓	✓	
MetriCide™ OPA Plus High-Level-Desinfektionsmittellösung	HLD	✓	✓	✓	
Sani-Cloth® HB keimtötende Einwegtücher	LLD, ILD	✓	✓	✓	✓

VERWENDUNG VON REINIGUNGS- UND DESINFIZATIONSMITTELN

Sani-Cloth® Plus keimtötende Einwegtücher	LLD, ILD	✓	✓	✓	✓
Tristel Trio Wipes System	HLD	✓	✓	✓	✓
Virox™AHP® 5 RTU Tücher	LLD, ILD	✓	✓	✓	✓

a. CL = Reinigungsmittel, HLD = High-Level-Desinfektionsmittel, ILD = Intermediate-Level-Desinfektionsmittel, LLD = Low-Level-Desinfektionsmittel, S = Sterilisationsmittel

Sie können auch andere Produkte verwenden, die nicht in der Tabelle aufgeführt werden, solange diese die aufgeführten Wirkstoffe enthalten und für die medizinische Verwendung vermarktet werden.

Aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist es nicht möglich, alle in Frage kommenden Produkte aufzuführen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein bestimmtes Produkt geeignet ist, gehen Sie zu www.clarius.me/contact-us, und wenden Sie sich an Clarius und fragen Sie nach.

Daten zu Reinigungs- und Desinfektionsmitteln**DATEN ZU REINIGUNGS- UND DESINFIZATIONSMITTELN**

Lösung	Herkunft^a	Nutzung	Wirkstoffe
Accel® PREvention™ Tücher	CA	Wischtuch	Wasserstoffperoxid
Accel® TB Tücher	CA	Wischtuch	Wasserstoffperoxid
CaviWipes	US	Wischtuch	Alkohol, Quartäre Ammoniumverbindungen
CIDEX® OPA	US	Eintauchen	Ortho-Phthalaldehyd
MetriCide™ OPA Plus High-Level-Desinfektionsmittellösung	US	Eintauchen	Ortho-Phthalaldehyd
Sani-Cloth® HB keimtötende Einwegtücher	US	Wischtuch	Alkohol, Quartäre Ammoniumverbindungen
Sani-Cloth® Plus keimtötende Einwegtücher	US	Wischtuch	Alkohol, Quartäre Ammoniumverbindungen
Tristel Trio Wipes System	GB	Tücher für Vorreinigung, Abtötung von Sporen, Spülen	Enzyme, Chlordioxid
Virox™AHP® 5 RTU Tücher	CA	Wischtuch	Wasserstoffperoxid

a. CA = Kanada, US = USA

Bekannte Defekte

In diesem Abschnitt werden Störungen aufgeführt, die Clarius für die vorliegende Version bekannt sind, die sich jedoch insgesamt nicht auf die Sicherheit und Effizienz des Clarius Ultrasound Scanners auswirken oder Vorschriften verletzen. Die hier aufgeführten Probleme sind für den Benutzer und den Patienten risikoarm. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind daher nicht erforderlich.

- Bei der Aktualisierung der Firmware des Ultraschallgeräts zeigt die Clarius App die vorherige Versionsnummer der Sonde an. Um die Anzeige zu aktualisieren, starten Sie die Clarius App neu.
- Wenn die Clarius App länger als 10 Sekunden unterbrochen ist, dauert es auf manchen Android™-Geräten einige Sekunden, bis die Clarius App bei erneuter Aktivierung eine neue Verbindung herstellt. In diesem Fall können Sie 30 Sekunden warten, bis die Clarius App erneut verbunden ist, oder Sie können eine manuelle Verbindung mit dem Ultraschallgerät herstellen.
- Wenn Sie auf einem Android™-Gerät die Bluetooth-Verbindung trennen, indem Sie den Akku des Ultraschallgeräts entnehmen, weist die Clarius App nicht sofort darauf hin.
- Bestimmte Android™-Geräte zeigen ein instabiles Verhalten bezüglich der Bluetooth-Verbindung. Wenn Sie dieses Verhalten antreffen, schließen Sie die Clarius App, deaktivieren Sie Bluetooth, warten Sie 30 Sekunden, öffnen Sie die Clarius App erneut, und aktivieren Sie Bluetooth erneut. Alternativ können Sie Ihr Android™-Gerät neu starten.
- Bei der Verbindung mit der Clarius App und der unmittelbaren Weiterleitung zur Bildgebungsseite überlagert sich diese Seite gelegentlich mit der Seite Angaben zum Patienten.
- Bei der Verwendung des Farbdoppler-Modus wird die Farbbox möglicherweise aus dem Bild verschoben.
- Einige Android™-Kameras verfügen über keine automatische Scharfstellung, sodass die Erfassung des Barcodes erschwert wird. Hinweis: Falls die Lichtverhältnisse nicht optimal sind, öffnen Sie Ihre Kamera-App und kehren Sie zur Clarius App zurück.
- Die Clarius App erfasst das Logo der Einrichtung nicht ordnungsgemäß.
- Die retrospektive Kinodarstellung sollte stets 20 Sekunden umfassen, erfasst jedoch stattdessen die in der prospektiven Kinodarstellung angegebene Anzahl an Sekunden.

Glossar der Begriffe

In Verbindung mit Ultraschall verwendete Begriffe, die in diesem Glossar nicht enthalten sind, finden Sie in der Publikation Recommended Ultrasound Terminology, 3. Ausgabe, herausgegeben von AIUM.

Akustische Ausgangsleistungen

A_{aprt}

Fläche der aktiven Apertur in cm^2 .

$d_{eq}(z)$

Äquivalenter Strahldurchmesser als Funktion der axialen Entfernung z ist gleich $[(4/\pi)(W_0/I_{TA}(z))]^{0,5}$, wobei $I_{TA}(z)$ der zeitliche Mittelwert der Intensität als Funktion von z in cm ist.

 $d_{eq}@PII_{max}$

Äquivalenter Strahldurchmesser an dem Punkt, an dem das räumlich-maximale Freifeld-Pulsintensitätsintegral den Maximalwert in cm erreicht.

Tiefe

Bezieht sich auf die Tiefe der Anzeige. Für die Berechnung der Echoposition im Bild wird eine konstante Schallgeschwindigkeit von 1538,5 m/s angenommen.

Abmessungen von A_{aprt}

Abmessungen der aktiven Apertur für die Azimut-Ebene (x) und die Elevation-Ebene (y) in cm.

 f_c

Die Mittelfrequenz (MHz). Für MI ist f_c die mit dem Übertragungsmuster verbundene Mittelfrequenz, aus der der berichtete MI-Wert des globalen Maximums hervorgeht. Für TI ist f_c für kombinierte Modi mit Übertragungsmustern mit ungleicher Mittelfrequenz als Gesamtbereich der Mittelfrequenzen der entsprechenden Übertragungsmuster definiert.

in situ

An der natürlichen oder ursprünglichen Position.

FL

Brennweite bzw. Länge der Azimut-Ebene (x) und der Elevation-Ebene (y), sofern unterschiedlich, in cm.

 $I_{pa,3}@MI_{max}$

Herabgesetzter Mittelwert der Pulsintensität am Maximum MI in W/cm^2 .

 $I_{SPTA,3}$

Herabgesetzter räumlicher Spitzenwert der zeitlich gemittelten Intensität in mW/cm^2

 $I_{SPTA,3z1}$

Herabgesetzter räumlicher Spitzenwert der zeitlich gemittelten Intensität in axialer Entfernung z_1 in mW/cm^2 .

 $I_{TA,3}(z_1)$

Herabgesetzter räumlicher Spitzenwert der zeitlich gemittelten Intensität in axialer Entfernung in mW/cm^2 .

MI (mechanischer Index)

Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit eines Auftretens von Bioeffekten. Je höher der MI, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mechanische Bioeffekte auftreten.

PD

Die mit dem Übertragungsmuster verbundene Pulsdauer (in Mikrosekunden), aus der der berichtete MI-Wert hervorgeht.

 $P_{r,3}$

Herabgesetzter Spitzenwert des mit dem Übertragungsmuster verbundenen Verdünnungsdrucks, aus dem der unter MI berichtete Wert in MPa hervorgeht.

 $p_r@PII_{max}$

Spitzenwert des Verdünnungsdrucks an dem Punkt, an dem das räumlich-maximale Freifeld-Pulsintensitätsintegral den Maximalwert in MPa erreicht.

PRF

Die mit dem Übertragungsmuster verbundene Pulswiederholfrequenz, aus der der berichtete MI-Wert in Hz hervorgeht.

TI (thermischer Index)

Das Verhältnis der gesamten akustischen Leistung zur akustischen Leistung, die erforderlich ist, um die Gewebetemperatur unter definierten Voraussetzungen um 1 °C (1,8 °F) zu erhöhen.

TI-Typ

Der für Schallsonde, Bildgebungsmodus und Untersuchungstyp geeignete thermische Index.

TI-Wert

Thermischer Indexwert für Schallsonde, Bildgebungsmodus und Untersuchungstyp.

TIB (thermischer Index für Knochen)

Ein thermischer Index für Anwendungen, bei denen der Ultraschallstrahl durch Weichgewebe verläuft und sich ein Fokusbereich in unmittelbarer Nähe von Knochengewebe befindet.

$TIS^{Nicht-Scan}$ ist der thermische Index für Knochen im Non-Autoscanning-Modus.

TI (thermischer Index für Schädelknochen)

Ein thermischer Index für Anwendungen, bei denen der Ultraschallstrahl nahe der Eintrittsstelle des Strahls in den Körper durch Knochen verläuft.

TIS (thermischer Index für Weichgewebe)

Ein thermischer Index für Weichgewebe.

 TIS^{Scan}

Der thermische Index für Weichgewebe in einem Autoscanning-Modus.

TIS^{Nicht-Scan}

Der thermische Index für Weichgewebe im Non-Autoscanning-Modus.

 $W_3(z_1)$

Herabgesetzte Ultraschalleistung in axialer Entfernung z_1 in mW.

 W_0

Ultraschalleistung in mW, außer im Fall von TIS_{Scan} , wo es die Ultraschalleistung angibt, die durch ein 1-cm-Fenster verläuft.

 z_1

Axiale Entfernung, die der Lage des Maximums entspricht [$\min(W_3(z), I_{TA,3}(z) \times 1 \text{ cm}^2)$], wobei $z \geq z_{bp}$ in cm.

 z_{bp}

1,69 (A_{aprt}) in cm.

 z_{sp}

Für MI ist dies die axiale Entfernung, an der pr.3 gemessen wird. Für TIB ist dies die axiale Entfernung, an der TIB das globale Maximum in cm darstellt (z. B. $z_{sp} = z_{b,3}$).

 $z@PII_{,3max}$

Die axiale Entfernung, die dem Maximum des herabgesetzten räumlich-maximalen Pulsintensitätsintegrals in MPa entspricht.

Akustische Artefakte

Akustische Sättigung

Tritt auf, wenn empfangene Signale den Grenzwert der oberen Amplitude für das System erreichen. Ab diesem Punkt kann das System Signalintensitäten nicht mehr unterscheiden bzw. anzeigen. Am Sättigungspunkt bewirken erhöhte Eingangswerte keine Erhöhung der Ausgangswerte.

Aliasing

Tritt auf, wenn die Dopplerfrequenz über dem Nyquist-Limit liegt. In der Spektralanzeige durch nach oben oder unten überschießende Doppler-Spitzen gekennzeichnet, die auf der anderen Seite der Grundlinie weitergehen. In der Farbanzeige ist ein sofortiger Farbwechsel von einem Nyquist-Limit zum nächsten zu sehen.

Kometenschweif

Eine Art von Wiederholungsartefakt, das entsteht, wenn sich zwei oder mehr starke Reflektoren nah aneinander befinden und eine hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit aufweisen. In diesem Fall pflanzt sich der Schall nicht direkt zu einem Reflektor und von dort zurück zur

Ultraschallsonde fort, und am Reflektor tritt ein ausgeprägtes lineares Echo auf, das sich tiefer als der Reflektor erstreckt.

Verstärkung

Eine vergrößerte relative Echoamplitude, die durch eine im Weg befindliche Struktur mit geringer Dämpfung verursacht wird.

Fokale Verstärkung (Focal Banding)

Die erhöhte Intensität im Fokusbereich, die in der Anzeige als Aufhellung der Echos sichtbar ist.

Spiegelbildartefakt

Dieser Artefakttyp tritt am häufigsten im Zwerchfellbereich auf. Es entsteht durch die Reflexion des Schalls an einem weiteren Reflektor.

Spiegelung

Das Auftreten von Artefakten in einer Spektralanzeige, in der die Kanäle zur Verarbeitung des Vorwärts- und Rücksignals nicht korrekt voneinander getrennt sind. Dadurch kommt es zu einer Spiegelung starker Signale von einem Kanal in den anderen.

Mehrwegepositionierung und Refraktion

Artefakte, die auftreten, wenn der Weg zu einem Reflektor nicht mit dem Rückweg vom Reflektor übereinstimmt. Je länger der Schall zu und von einem Reflektor unterwegs ist, desto größer ist der Achsenfehler bei der Reflektorpositionierung (erhöhter Bereich). Refraktions- und Mehrwegepositionierungsfehler sind im Allgemeinen relativ gering und tragen weniger zu groben Fehlern bei der Objektlokalisierung als vielmehr zur allgemeinen Verschlechterung des Bildes bei.

Fehler bei der Ausbreitungsgeschwindigkeit

Diese Fehler treten auf, wenn der vom Ultraschallsystem angenommene Wert für die Ausbreitungsgeschwindigkeit inkorrekt ist. Wenn die tatsächliche Geschwindigkeit größer ist als die angenommene, ist der berechnete Abstand zu einem Reflektor zu gering, sodass der Reflektor zu weit von der Schallsonde entfernt dargestellt wird. Aufgrund eines Geschwindigkeitsfehlers kann eine Struktur mit inkorrekt Größe und Form angezeigt werden.

Bereichsambiguität

Kann auftreten, wenn Reflexionen empfangen werden, nachdem der nächste Puls übertragen wurde. Bei der Ultraschallbildgebung wird davon ausgegangen, dass bei jedem generierten Puls alle Reflexionen empfangen werden, bevor der nächste Puls gesendet wird. Das Ultraschallsystem berechnet den Abstand zum Reflektor anhand der Echoankunftszeit unter der Annahme, dass alle Echos vor dem jeweils zuletzt ausgegebenen Puls generiert wurden. Die maximale Tiefe, die das System eindeutig abbilden kann, bestimmt die maximale Pulswiederholfrequenz.

Reverberation

Der kontinuierliche Empfang eines bestimmten Signals, der nicht durch Reflexion an einer bestimmten akustischen Oberfläche, sondern durch Reverberation hervorgerufen wird. Dieses Phänomen ist vergleichbar mit dem Effekt, der durch an gegenüberliegenden Wänden

angebrachte Spiegel zustande kommt, in denen sich ein Objekt (beispielsweise ein Kopf) spiegelt. Das Bild des Kopfes wird unendlich oft zwischen den beiden Spiegeln hin und her reflektiert, was zu einer optischen Illusion von mehreren Köpfen führt. Reverberationen sind leicht identifizierbar, da sie in der Anzeige abstandsgleich erscheinen.

Streuung

Dies sind diffuse Schallwellen mit geringen Amplituden, die auftreten, wenn Schallenergie von Gewebeoberflächen reflektiert wird, die kleiner sind als eine Wellenlänge. Beim diagnostischen Ultraschall stammen die Doppler-Signale vorwiegend von der Schallenergie, die von roten Blutkörperchen rückgestreut wird.

Schattenbildung

Dies ist die Reduktion der Echoamplitude von Reflektoren, die hinter einer stark reflektierenden oder dämpfenden Struktur liegen. Dieses Phänomen tritt bei der Untersuchung von Läsionen oder Strukturen auf, deren Dämpfungsrate höher ist als die des umgebenden Gewebes. Die Läsion verursacht eine Verringerung der Strahlintensität, wodurch wiederum die Echosignale von den Strukturen hinter der Läsion reduziert werden. Infolgedessen bildet sich auf der Anzeige ein dunkler Schatten hinter der Läsion. Dieser Schatten dient als nützlicher diagnostischer Hinweis.

Nebenkeulen (von Einzelelement-Schallsonden) und Grating-Keulen (von Array-Schallsonden)

Diese verursachen, dass Objekte, die sich nicht direkt vor der Schallsonde befinden, fälschlicherweise in lateraler Position dargestellt werden.

Speckle

Erscheint als Gewebestruktur in der Nähe der Schallsonde, reagiert jedoch nicht auf Streuer im Gewebe. Diese Erscheinung wird durch Ultraschallwellen-Interferenz hervorgerufen und führt zu einer allgemeinen Verschlechterung des Bildes.

Spektrale Verbreiterung

Ein Anzeigephänomen, das auftritt, wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt die Anzahl der energietragenden Fourier-Frequenzkomponenten ansteigt. Als Folge davon verbreitert sich die Spektralanzeige. Spektrale Verbreiterung kann als Hinweis auf den gestörten Fluss um eine Läsion herum dienen und ist daher von diagnostischer Bedeutung. Allerdings kann eine Verbreiterung auch von der Interaktion zwischen Fluss und Probenvolumengröße herrühren und in diesem Fall ein Artefakt darstellen.

Schallgeschwindigkeitsartefakte

Diese Artefakte treten auf, wenn der Schallausbreitungsweg zu einem Reflektor hin teilweise durch Knochengewebe verläuft und die Schallgeschwindigkeit größer ist als im durchschnittlichen Weichgewebe. Es treten Echopositions-Registrierungsartefakte auf. Reflektoren erscheinen aufgrund der höheren Schallgeschwindigkeit näher an der Schallsonde, als sie tatsächlich sind, sodass sich für Wege ohne Knochengewebe eine kürzere Echoübertragungszeit ergibt.



Clarius Mobile Health Corp.
 #350- 3605 Gilmore Way
 Burnaby, BC V5G 4X5
 Kanada
 +1 (778) 800-9975
 www.clarius.me



www.anatel.gov.br

수입업자:

이머고코리아유한회사
 서울특별시 구로구 디지털로 34길 55 1407호
 구로동, 코오롱사이언스밸리 2차

REVISIONSVERLAUF

Softwareversion	Revisionsdatum	Beschreibung der Änderungen
2.1.0	21. Dezember 2016	Erste offizielle Ausgabe.
2.1.1	14. Februar 2017	Namensänderung von Clarius Ultrasound App zu Clarius App. Neue Kapitel und Warnhinweise hinzugefügt; Bildschirmansichten ersetzt; aktualisierte Anleitungen.
2.1.2	2. März 2017	Hinzufügen einer Notiz zum Gummigriff der Schallsonde.
3.1.0	4. August 2017	Informationen über Farbdoppler, Power-Doppler, M-Modus, Nadelverstärkung, und neues Zubehör hinzugefügt.
3.2.0	12. Dezember 2024	Statusleuchten